

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 146 DEL 27/01/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: AFFIDAMENTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA, FORNITURA DI N. 2 VIDEODUODENOSCOPI PER L'U.O.S.D. ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. DI SANTORSO. GARA 2022-196-TH

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 39/23

Il Dirigente, Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Elisabetta Zambonin

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica relaziona quanto segue.

Dato atto che:

- con prot. n. 66682 del 26.07.2022 il Responsabile dell'U.O.S Ingegneria Clinica ha trasmesso il modulo di richiesta, redatto in collaborazione con il Direttore dell'U.O.S.D. di Endoscopia Digestiva, dr. Gianluca Baldassarre, per l'acquisto di n. 2 Videoduodenoscopi per l'U.O.S.D. Endoscopia Digestiva del P.O. di Santorso in sostituzione di analoghe attrezzature completamente ammortizzate (inv. nn. 786498-813181), per un importo presunto di € 52.500,00;
- su tale richiesta, con mail del 02.08.2022, ha espresso parere favorevole l'U.O.C. Direzione Medica di Santorso.

Preso atto che:

- la fornitura in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate del D.P.C.M. di cui all'art. 9 co. 3 del d.l. 66/2014 e s.m.i. e relativi indirizzi applicativi, e non risulta presente nelle Convenzioni stipulate da CONSIP o dalla Centrale regionale di riferimento;
- l'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii., prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto per importi inferiori a € 139.000,00.

Dato atto altresì che:

- l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha provveduto pertanto a pubblicare sulla piattaforma telematica ARIA – Sintel (<http://www.ariaspa.it>), sul sito internet aziendale (<http://www.aulss7.veneto.it>) e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili (M.I.M.S.), con nota di prot. n. 77181/22 del 02.09.2022, specifico Avviso di Indagine di Mercato comparativa con preventivo per la fornitura di n. 2 Videoduodenoscopi per l'U.O.S.D. Endoscopia Digestiva del P.O. di Santorso, per l'importo a base d'asta pari a € 52.500,00=IVA esclusa, a seguito del quale, entro il termine fissato del 19.09.2022 ore 10:00 sono pervenute le proposte tecniche ed economiche delle seguenti ditte:

Nome Ditta Sede	Modello	Offerta
Pentax Italia S.r.l. Via C. Prudenziro, 16 Milano P. IVA 11159150157	Videoduodeno ed34-i10t2	€ 52.380,00=IVA esclusa
Olympus Italia S.r.l Via San Bovio, 1-3 Segrate (MI) P:IVA: 10994940152	Videoduodeno Tjf-Q190 V	€ 52.028,32=IVA esclusa

- con email del 14.12.2022 è pervenuta la relazione di scelta, redatta dall'Ing. Ettore Masucci, Dirigente dell'U.O.S. Ingegneria Clinica, quale esperto individuato in data 05.10.2022 dalla Direzione Generale, con cui viene individuata l'offerta della ditta Olympus Italia S.r.l. per le motivazioni riportate nella relazione allegata (Allegato 1).
- l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica con prot. n. 109913 del 16.12.2022 ha provveduto, pertanto, ad attivare sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel, la procedura di affidamento diretto, ai sensi ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii, con la ditta Olympus Italia S.r.l. (P.IVA 10994940152) della fornitura di n. 2 Videoduodenoscopi per l'U.O.S.D. Endoscopia Digestiva del P.O. di Santorso, per l'importo

complessivo di € 52.028,32= IVA 22% esclusa, comprensivo di garanzia full-risk per la durata di 24 mesi (€ 63.474,55 = IVA 22% inclusa).

Preso atto che entro il termine ultimo fissato nella richiesta di offerta (ore 14:00 del giorno 22.12.2022) la suddetta ditta ha presentato offerta per la fornitura di n. 2 Videoduodenoscopi TJF-Q190V EVIS EXERA III per l'U.O.S.D. Endoscopia Digestiva del P.O. di Santorso, per l'importo unitario di € 26.014,16, e complessivo di € 52.028,32= IVA 22% esclusa, comprensivo di garanzia full-risk per la durata di 24 mesi (€ 63.474,55 = IVA 22% inclusa).

Dato atto che l'importo per l'acquisto di tali attrezzature è compreso nel Piano Investimenti di cui alla Delibera n. 2513 del 30.12.2022 "Proposta di Bilancio economico preventivo 2023 e Piano Triennale degli Investimenti 2023-2025" nella specifica voce n. 52 coperta per l'intero importo mediante risorse di cui al Budget CRITE - DGR 929/2021, come da parere favorevole della C.R.I.T.E. con nota prot. n. 26472 del 20/01/2022 (ns. prot. n. 4844/2022).

Considerato quanto sopra esposto, si ritiene, pertanto, di procedere, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020, all'affidamento diretto alla ditta Olympus Italia S.r.l. (P.IVA 10994940152) della fornitura di n. 2 Videoduodenoscopi TJF-Q190V EVIS EXERA III, come da offerta ID Sintel n. 162971251 del 21/12/2022, al costo complessivo di € 52.028,32=IVA 22% esclusa, comprensivo di garanzia full risk 24 mesi (€ 63.474,55 = IVA 22% inclusa).

Dato atto che si rende necessario individuare, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto, il Dr. Antonio Ferronato, Dirigente Medico dell'U.O.S.D. Endoscopia Digestiva del P.O. di Santorso, come da comunicazione del 05.10.2022 della Direzione Generale.

Preso atto che ai sensi del Regolamento Aziendale di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/16, approvato con deliberazione n. 1821 del 29/10/2021, la fornitura di cui trattasi prevede una quota di incentivazione per le funzioni tecniche pari ad un massimo del 2% dell'importo posto a base di gara, trattandosi di affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria come previsto dall'art. 7 del citato Regolamento Aziendale, l'importo complessivo di € 1.050,00 viene previsto nel quadro economico della gara.

Visti l'art.1 comma 2 lett. a) del D. L. 76/2020, convertito dalla L.120/2020 e ss.mm.ii., il d.lgs.50/2016 e il Regolamento aziendale per gli acquisti sotto soglia di cui alla delibera n. 2119 del 11.11.2022.

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica propone, pertanto, di:

- procedere, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii., all'affidamento diretto alla Olympus Italia Srl (P.IVA 10994940152) della fornitura di n. 2 Videoduodenoscopi per l'U.O.S.D. Endoscopia Digestiva del P.O. di Santorso, come da offerta ID Sintel n. 162971251 del 21/12/2022, per l'importo complessivo di € 52.028,32= IVA 22% esclusa, comprensivo di garanzia full-risk per la durata di 24 mesi (€ 63.474,55 = IVA 22% inclusa);
- individuare quale Direttore dell'Esecuzione del contratto il Dr. Antonio Ferronato, Dirigente Medico dell'U.O.S.D. Endoscopia Digestiva del P.O. di Santorso, come da comunicazione del 05.10.2022 della Direzione Generale.

II DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e come da relazione di scelta allegata al presente provvedimento (Allegato 1), ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii., all'affidamento diretto, previa indagine di mercato comparativa, alla ditta Olympus Italia Srl (P.IVA 10994940152) della fornitura di n. 2 Videoduodenoscopi TJF-Q190V EVIS EXERA III per l'U.O.S.D. Endoscopia Digestiva del P.O. di Santorso, come da offerta ID Sintel n. 162971251 del 21/12/2022, per l'importo complessivo di € 52.028,32= IVA 22% esclusa, comprensivo di garanzia full-risk per la durata di 24 mesi (€ 63.474,55 = IVA 22% inclusa);
2. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, i dati sono i seguenti:
 - CIG: 9551398EF6
 - Ditta: Olympus Italia S.r.l. (P.IVA 10994940152) Via San Bovio, 1-3 Segrate (MI)
3. di dare atto che la spesa di cui al punto 1) pari ad € 63.474,55= IVA 22% inclusa, oltre ad € 1.050,00, quota di incentivazione per funzioni tecniche, pari ad un importo complessivo di € 64.524,55=IVA 22% inclusa, trova copertura nel Bilancio Economico Preventivo 2023 come sotto riportato:

Anno	Conto	PRG	Descrizione	Impegno IVA compresa
2023	AAA420000	Budget 508	Attrezzature sanitarie scientifiche	€ 63.474,55
2023	BA2884000	Budget 650	Accantonamenti incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 1.050,00

e che l'importo di € 63.474,55 =IVA 22% inclusa per l'acquisto dell'attrezzatura è compreso nel Piano Investimenti di cui alla Delibera n. 2513 del 30.12.2022 "Proposta di Bilancio economico preventivo 2023 e Piano Triennale degli Investimenti 2023-2025" nella specifica voce n. 52 coperta per l'intero importo mediante risorse di cui al Budget CRITE - DGR 929/2021, come da parere favorevole della C.R.I.T.E. con nota prot. n. 26472 del 20/01/2022 (ns. prot. n. 4844/2022).

4. di nominare come da designazione della Direzione Generale con email del 05.10.2022, quale Direttore di Esecuzione del Contratto il Dr. Antonio Ferronato, Dirigente Medico dell'U.O.S.D. Endoscopia Digestiva del P.O. di Santorso, il quale con nota prot. n. 89377/22 del 12.10.2022 ha reso la dichiarazione di assenza di cause d'incompatibilità e conflitto d'interesse al suddetto ruolo;
5. di incaricare l'U.O.C. proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 33/2013 e ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul sito aziendale e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (M.I.M.S.) e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale

dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.



RELAZIONE DI SCELTA

Oggetto: Affidamento diretto fornitura di n. 2 Videoduodenoscopi per l'U.O.S.D. Endoscopia Digestiva del P.O. di Santorso. GARA 2022-196-TH.

Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie)

1	Videoduodenoscopio di ultima generazione, leggero ed ergonomico
2	Ampiezza campo di visione 100°
3	Direzione di visione laterale, almeno 10° retro
4	Profondità campo di visione almeno 5 - 60 mm
5	Angolazioni tratto angolabile almeno 120°-90° Up-Down / 105°-90° Right-Left
6	Diametro canale bioptico 4.2 mm
7	Lunghezza utile inseribile di almeno 1240 mm
8	Tasti di comando remoto programmabili a scelta dell'utente
9	Cappuccio distale monouso
10	Compatibilità con processore Olympus ad alta definizione CV-190 Plus o con processore Pentax ad alta definizione Mod. EPK-i7010

Importo a base d'asta della fornitura:

- € 52.500,00= IVA esclusa

Aspetti da valutare:

- Qualità e facilità di esecuzione delle manovre di base (aspirazione, lavaggio ottica, lavaggio della parte delle viscere, efficienza canale operativo);
- Funzionalità meccanica (stabilità, manovrabilità, precisione e trasmissione dei movimenti);
- Economicità della proposta economica.

All'Avviso di Indagine di mercato – rif. Ns. prot. n. 77181/22 del 02/09/2022 –hanno presentato offerta le seguenti ditte:

DITTA	MARCA E MODELLO
OLYMPUS ITALIA Srl	Produttore: OLYMPUS CORPORATION Modello: TJF-Q190V
PENTAX ITALIA Srl	Produttore: Hoya Corporation - Giappone Modello: ED34-i10T2

Dall'esame della documentazione tecnica presentata, le proposte risultano rispondenti alle caratteristiche di minima richieste.

Nei giorni 09 e 23 novembre 2022, presso i locali del Polo Endoscopico (piano 0) del P.O. di Santorso, sono state convocate le Ditte che hanno manifestato interesse per la presentazione, in prova visione, degli strumenti proposti.

Gli specialisti di prodotto hanno provveduto ad illustrare le caratteristiche, funzionalità e modalità d'uso dei prodotti offerti che sono stati regolarmente testati.

Prendendo in considerazione i criteri di valutazione si rileva quanto segue:

Criterio: *Qualità e facilità di esecuzione delle manovre di base (aspirazione, lavaggio ottica, lavaggio della parte delle viscere, efficienza canale operativo);*

Dalla prova visione non si rilevano elementi contraddistinguenti un prodotto rispetto ad un altro.

Criterio: *Funzionalità meccanica (stabilità, manovrabilità, precisione e trasmissione dei movimenti);*

Per quanto riferito alla funzionalità meccanica, in particolare alla stabilità, dalla prova visione si è avuto modo di constatare quanto segue: lo strumento Pentax è risultato morbido con tendenza a fare la "via lunga" e quindi per arrivare ad un preciso punto bisogna inserire maggior strumento, al contrario dello strumento Olympus che ha maggior stabilità e rigidità, permettendo manovre più semplici. Inoltre una volta raggiunta la posizione di fronte la papilla di Vater l'Olympus è più stabile e perde meno la posizione con i movimenti fisiologici del paziente.

La manovrabilità è risultata analoga.

Per quanto relativo alla precisione, Pentax ha una maggiore risoluzione e si valuta meglio l'anatomia della papilla mentre Olympus ha un angolo di visione della telecamera migliore per cui la papilla risulta essere sempre nella visuale corretta. Per l'uso endoscopico risulta fondamentale la visuale rispetto alla risoluzione.

La trasmissione del movimento dell'elevatore dello strumento Pentax è maggiormente rallentata rispetto all'Olympus e questo ne compromette l'indagine clinica.

Con il Pentax, inoltre, si nota che usando device più rigidi (sfinterotomi o catetari a palloncini ad esempio) l'elevatore riscontra minore escursione rispetto l'Olympus.

Criterio: *Economicità della proposta economica*

DITTA	MARCA E MODELLO	GARANZIA	Importo Offerta (iva esclusa)
OLYMPUS ITALIA Srl	Produttore: OLYMPUS CORPORATION Modello: TJF-Q190V	24 MESI F.R.	€ 52.028,32
PENTAX ITALIA Srl	Produttore: Hoya Corporation - Giappone Modello: ED34-i10T2	24 MESI F.R.	€ 52.380,00

Schematicamente:

<i>Criteria</i>	OLYMPUS ITALIA Srl	PENTAX ITALIA Srl
<i>Qualità e facilità di esecuzione delle manovre di base (aspirazione, lavaggio ottica, lavaggio della parte delle viscere, efficienza canale operativo)</i>	Buona la qualità e la facilità di esecuzione delle manovre di base	Buona la qualità e la facilità di esecuzione delle manovre di base
<i>Funzionalità meccanica (stabilità, manovrabilità, precisione e trasmissione dei movimenti);</i>	<ul style="list-style-type: none"> • maggior stabilità e rigidità • angolo di visione della telecamera migliore per cui la papilla risulta essere sempre nella visuale corretta 	<ul style="list-style-type: none"> • morbido con tendenza a fare la "via lunga" (inserire maggior strumento) • trasmissione del movimento dell'elevatore maggiormente rallentata e questo ne compromette l'indagine clinica • minore escursione dell'elevatore usando device più rigidi
<i>Garanzia</i>	24 MESI	24 MESI
<i>Offerta economica (IVA esclusa)</i>	€ 52.028,32	€ 52.380,00

In base ai criteri di valutazione sopra riportati si ritiene che il prodotto che realizza la migliore scelta è quello offerto dalla ditta OLYMPUS ITALIA Srl con il mod. TJF-Q190V. Tale prodotto, oltre ad essere quello con il prezzo più basso, presenta aspetti di funzionalità meccanica (stabilità, rigidità, angolo di visione), in grado di rispondere pienamente alle esigenze.

Santorso, 12/12/2022

ing. Ettore Masucci

F.to Ettore Masucci