REGIONE DEL VENETO
ULSS7 PEDEMONTANA
Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1791 DEL 19/11/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa LAURA ESPOSITO

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: AFFIDAMENTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA, FORNITURA DI N. 4 LETTI PER IL SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (SPDC) DEL P.O. DI BASSANO DEL GRAPPA. GARA AULSS7_2026_01088.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 1835/26

Il Dirigente, Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Fabiola Grazian

---

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. n. 0089958/26 del 30/09/2026 il Responsabile dell'U.O.S. Ingegneria Clinica ha trasmesso il modulo di richiesta, redatto in collaborazione con il Dr. Nicola Magnavita, Direttore dell'U.O.C. Psichiatria del P.O. di Bassano del Grappa, per l'acquisto di n. 4 letti in sostituzione di analoghe apparecchiature obsolete e completamente ammortizzate (inv. 001980, 002003, 001982 e 001979);
- su tale richiesta con nota prot. 0090204/26 del 30/09/2026 l'U.O.C. Direzione Medica del P.O. di Bassano del Grappa ha espresso parere favorevole.

Dato atto che l'importo per l'acquisto di tali attrezzature è compreso nel Piano Investimenti di cui alla delibera n. 2453 del 31/12/2025 "Approvazione Bilancio economico preventivo anno 2026 e piano triennale degli investimenti 2026-2028" nella specifica voce ID_2026 n. 192 (Codice Commessa 6/2026/1), coperta con il Budget aziendale investimenti 2026.

Preso atto che:

- la fornitura in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal D.P.C.M. dell'11.07.2018 e relativi indirizzi applicativi e non risulta presente nelle Convenzioni stipulate da CONSIP o dalla Centrale regionale di riferimento di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto per importi inferiori ad € 140.000,00.

Dato atto che:

- l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha provveduto pertanto a pubblicare sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel (http://www.ariaspa.it) e sul sito internet aziendale (http://www.aulss7.veneto.it), con nota prot. n. 0090572/26/26 del 01/10/2026, n. 0093139/26 del 08/10/2026 e n. 0093141/26 in pari data, specifico Avviso di Indagine di Mercato comparativa per la fornitura di n. 4 letti per il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) del P.O. di Bassano per l'importo complessivo pari ad € 10.800,00= IVA esclusa, a seguito del quale, entro il termine fissato del 15/10/2026 ore 10:00, sono pervenute le proposte tecniche ed economiche delle seguenti ditte:

Nome Ditta - C.F.	*Importo IVA esclusa*	*Ricezione offerta*
Linet Italia Srl 02879890982	Importo unitario: € 2.497,00= Importo complessivo: € 9.988,00=	mercoledì 14 ottobre 2026 ore 12.38.58
Gardhen Bilance Srl 03281501217	Importo unitario: € 4.270,00= Importo complessivo: € 17.080,00=	martedì 13 ottobre2026 ore 14.16.38
Medstrom Srl 08194510965	Importo unitario: € 3.100,00= Importo complessivo: € 12.400,00=	martedì 13 ottobre 2026 ore 9.30.53

Stryker Italia Srl 12572900152	Importo unitario: € 2.700,00= Importo complessivo: € 10.800,00	venerdì 9 ottobre 2026 ore 15.43.46

- con email del 20/10/2026 sono state individuate quali esperte la dott.ssa Denise Gaio, Coord. Inf. U.O.C. Psichiatria del P.O. di Bassano e l'ing. Sofia Panagiotakopoulou, Collaboratore tecnico U.O.S. Ingegneria Clinica, come da proposta dell'ing. Masucci, Responsabile U.O.S. Ingegneria Clinica, vistata favorevolmente dal Direttore Sanitario e approvata dal Direttore Generale;
- con successiva email del 20/10/2026 sono state pertanto trasmesse agli esperti sopra citati le proposte tecniche ed economiche delle suddette ditte per la relativa valutazione tecnico-qualitativa;
- con email del 11/11/2026 è pervenuta la relazione di scelta redatta dalle esperte sopra citate, con cui viene individuata quale migliore offerta quella della ditta Medstrom Srl per le motivazioni riportate nella relazione allegata (allegato n. 1);
- l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica con prot. n. 0104420/26 del 11/11/2026 ha provveduto, pertanto, ad attivare sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel (ID Sintel n. 226423306) l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, con la ditta Medstrom Srl (C.F. 08194510965) per la fornitura di n. 4 letti mod. Solo MH per il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) del P.O. di Bassano per l'importo complessivo pari ad € 12.400,00= IVA esclusa. 27.900,00= IVA esclusa.

Preso atto altresì che entro il termine ultimo fissato nella richiesta di offerta (giorno 13/11/2025 ore 14:00), la suddetta ditta ha offerto n. 4 letti cod. SOLOMHFGPNL10P per l'importo complessivo pari ad € 12.400,00= IVA 22% esclusa (€ 15.128,00= IVA 22% inclusa), comprensivi di garanzia full-risk per la durata di 24 mesi.

Considerato che con email in data 16/11/2026 l'U.O.S. Ingegneria Clinica ha confermato la rispondenza dell'offerta presentata alle specifiche richieste.

Dato atto che, come da proposta dell'ing. Ettore Masucci, Responsabile dell'U.O.S. Ingegneria Clinica, vistata favorevolmente dal Direttore Sanitario e approvata dal Direttore Generale con email del 20/10/2026, si propone quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) l'ing. Sofia Panagiotakopoulou, Collaboratore tecnico U.O.S. Ingegneria Clinica, la quale ha reso la dichiarazione di assenza di cause d'incompatibilità e conflitto d'interesse al suddetto ruolo (nota prot. n. 0105815/26 del 16/11/2026).

Considerato che la verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 D. Lgs. n. 36/2023 risulta positivamente conclusa.

Accertato che, si rende necessario individuare quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) la dott.ssa Elisabetta Berno, Responsabile U.O.S. Gestione Gare.

Visto l'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023.

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica propone, pertanto, di:

- procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, all'affidamento diretto alla ditta Medstrom Srl (C.F. 08194510965) di Milano della fornitura di n. 4 letti cod. SOLOMHFGPNL10P per il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) del P.O. di Bassano per l'importo complessivo pari ad € 12.400,00= IVA 22% esclusa (€ 15.128,00= IVA 22% inclusa), comprensivi di garanzia full-risk per la durata di 24 mesi;
- individuare quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) la dott.ssa Elisabetta Berno, Responsabile U.O.S. Gestione Gare;
- nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) l'ing. Sofia Panagiotakopoulou, Collaboratore tecnico U.O.S. Ingegneria Clinica.

Il DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il Direttore dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget.

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di procedere per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, all'affidamento diretto alla ditta Medstrom Srl (C.F. 08194510965) di Milano della fornitura di n. 4 letti cod. SOLOMHFGPNL10P per il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) del P.O. di Bassano per l'importo complessivo pari ad € 12.400,00= IVA 22% esclusa (€ 15.128,00= IVA 22% inclusa), comprensivi di garanzia full-risk per la durata di 24 mesi;

2. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto pari ad € 15.128,00= IVA 22% inclusa trova riferimento come segue:

Anno	Conto	PRG	Descrizione	Impegno IVA compresa
2026	AAA420000	Budget 508	Attrezzature sanitarie scientifiche	€ 15.128,00

   e l'importo pari ad € 15.128,00= IVA 22% inclusa per l'acquisto di tali attrezzature è compreso nel Piano Investimenti di cui alla delibera n. 2453 del 31.12.2025 "Approvazione Bilancio economico preventivo anno 2026 e piano triennale degli investimenti 2026-2028" nella specifica voce ID_2026 n. 192 (Codice Commessa 6/2026/1), coperta con il Budget aziendale investimenti 2026;

3. di individuare quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) la dott.ssa Elisabetta Berno, Responsabile U.O.S. Gestione Gare

4. di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) l'ing. Sofia Panagiotakopoulou, Collaboratore tecnico U.O.S. Ingegneria Clinica;

5. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, i dati sono i seguenti:
   CIG: BDC05DF5F0
   Ditta: Medstrom Srl, Via G. Leopardi n.1 - Milano
   C.F.: 08194510965

6. di incaricare l'U.O.C. proponente di pubblicare la presente deliberazione sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente tramite il link di collegamento con la BDNCP, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023.

7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.7.2022.

REGIONE DEL VENETO
ULSS7 PEDEMONTANA

RELAZIONE DI SCELTA

Oggetto: **INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA CON PREVENTIVO.**
Affidamento diretto fornitura di n. 4 letti per il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) del P.O. di Bassano. Gara AULSS7_2026_01088

ID SINTEL 224899650

Caratteristiche Tecniche:

rif.	Descrizione
1	Struttura robusta e anti-manomissione, idonea ad ambienti psichiatrici ad elevata complessità, con testiera, pediera, piano letto e altri componenti fissati in modo da impedirne o limitarne la rimozione impropria e il possibile utilizzo come oggetti contundenti;
2	Design finalizzato alla riduzione dei punti di ancoraggio e del rischio di legatura, con particolare attenzione a sponde, telaio, cavi e componenti accessibili al paziente;
3	Assenza di cavi elettrici liberamente accessibili durante il normale utilizzo del letto, con cablaggi protetti/nascosti e possibilità di funzionamento a batteria;
4	Sistema di comando senza cavo, preferibilmente wireless, utilizzabile dall'operatore e non liberamente accessibile al paziente;
5	Regolazione elettrica dell'altezza, con possibilità di raggiungere una posizione ultra-bassa, indicativamente nell'ordine dei 20 cm dal piano di calpestio, al fine di favorire la prevenzione e la riduzione delle conseguenze delle cadute;
6	Possibilità di raggiungere un'altezza di lavoro ergonomicamente adeguata per gli operatori, al fine di agevolare le attività assistenziali e di movimentazione del paziente e ridurre il sovraccarico biomeccanico;
7	Regolazione elettrica dello schienale e delle sezioni del piano letto, per consentire il corretto posizionamento clinico del paziente;
8	Presenza di sponde laterali robuste e resistenti alla manomissione, con possibilità di blocco/fissaggio e configurazione tale da ridurre i punti di ancoraggio;
9	Possibilità di blocco del letto e/o del sistema frenante in configurazioni di sicurezza, al fine di limitarne l'utilizzo improprio;
10	Superfici lisce, prive di spigoli vivi, resistenti e facilmente sanificabili/decontaminabili con i prodotti normalmente utilizzati in ambito ospedaliero;
11	Compatibilità con le esigenze di mobilizzazione e assistenza di pazienti con ridotta autonomia, fragilità, deterioramento cognitivo o elevato rischio di caduta;
12	Carico di lavoro sicuro non inferiore a 200 kg; dimensioni del piano di riposo idonee all'utilizzo con pazienti adulti.
13	Resta a carico della ditta aggiudicataria, senza ulteriori oneri per l'Azienda, il ritiro, il trasporto e lo smaltimento dei dispositivi dismessi, nel rispetto della normativa vigente.

Importo presunto della fornitura:
L'importo presunto della fornitura è di **€ 23.400,00=IVA esclusa**, comprensivo della garanzia e manutenzione full-risk per 24 mesi.

Aspetti da valutare:
1. Sicurezza del paziente e caratteristiche anti-manomissione/anti-legatura
2. Funzionalità clinico-assistenziali ed ergonomia
3. Usabilità e gestione operativa in ambito psichiatrico
4. Economicità della proposta economica.

A seguito della pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato relativo alla fornitura in oggetto, sono pervenute offerte da parte delle seguenti ditte:

Ditta	Marca e modello	Garanzia full risk	Importo unitario IVA esclusa	Importo complessivo IVA esclusa
Linet Italia Srl	Eleganza 1	**24 Mesi**	**€ 2.497,00**	**9.988,00 €**
Stryker Italia srl S.U.	ProCeed – 500	**24 Mesi**	**€ 2.700,00**	**10.800,00 €**
Medstrom S.r.l.	Medstrom Solo MH	**24 Mesi**	**€ 3.100,00**	**12.400,00 €**
Gardhen Bilance S.r.l.	Gardhenia Psichiatrico	**24 Mesi**	**€ 4.270,00**	**17.080,00 €**

Sono state effettuate le prove visione dei letti ospedalieri proposti dalle ditte Linet, Stryker e Medstrom. La ditta Gardhen Bilance, invece, non ha reso disponibile il dispositivo per la prova visione; pertanto, la relativa valutazione si è pertanto basata sulla documentazione tecnica presentata.

L'analisi comparativa ha preso in considerazione le caratteristiche tecniche riportate nell'avviso rettificato, intese come elementi di riferimento e non come requisiti vincolanti, con particolare attenzione alla sicurezza di pazienti e operatori e alle specifiche esigenze del reparto SPDC.

1. Sicurezza del paziente e caratteristiche anti-manomissione e anti-legatura

Medstrom Solo MH: letto progettato specificamente per ambienti psichiatrici, con testiera, pediera e altri componenti fissati alla struttura e non rimovibili impropriamente. I cablaggi sono integrati e protetti, il cavo di alimentazione è rimovibile e il telecomando wireless non è accessibile al paziente. La configurazione riduce la presenza di elementi utilizzabili impropriamente e i possibili punti di ancoraggio. Sono inoltre presenti protezioni anti-intrusione.

Linet Eleganza 1: soluzione specifica per ambienti psichiatrici, con testiera, pediera e componenti fissati alla struttura. I cavi sono protetti e alloggiati in un apposito vano con chiusura. La configurazione offerta comprende sponde laterali e telecomando collegati tramite cavo e due pannelli di controllo testiera e pediera in vano scorrevole.

Stryker ProCeed 500: letto con struttura robusta, pannelli arrotondati, sponde laterali e possibilità di disabilitare i comandi del paziente. La presenza di testiera, pediera rimovibili rappresenta però un elemento meno favorevole per la sicurezza in presenza di pazienti agitati o aggressivi.

Gardhen Bilance: letto progettato per ambienti psichiatrici, con componenti non asportabili, cablaggi nascosti, telecomando wireless e alimentazione a batteria. Le caratteristiche dichiarate non sono state verificate mediante prova visione.

2. Funzionalità clinico-assistenziali ed ergonomia

Medstrom Solo MH: altezza regolabile elettricamente da 21 a 83 cm, con la maggiore escursione tra i dispositivi proposti. La posizione ultra-bassa riduce l'altezza di un'eventuale caduta, mentre quella massima consente agli operatori di lavorare in condizioni ergonomiche più favorevoli. Dispone di otto ruote gemellari piroettanti con sistema direzionale, che agevolano la movimentazione. Il carico di lavoro sicuro è di 258 kg. È presente una batteria tampone con segnalazione acustica di batteria scarica.

Linet Eleganza 1: dispone di movimentazioni elettriche e funzioni di posizionamento terapeutico. Nella configurazione con ruote da 150 mm, l'altezza è regolabile da 39,5 a 77 cm. Il letto presenta quattro ruote e un peso dichiarato di circa 135 kg. Durante la prova visione la movimentazione è risultata meno agevole rispetto a Medstrom.

Stryker ProCeed 500: altezza regolabile da 34 a 76,5 cm, movimentazioni elettriche e quinta ruota per facilitare il trasporto. Presenta buone caratteristiche ergonomiche e costruttive. Il carico di lavoro sicuro è di 260 kg e il peso del letto è di circa 160 kg.

Gardhen Bilance: altezza minima di 34 cm, escursione di 42 cm, carico di lavoro sicuro di 250 kg e peso dichiarato di 105 kg senza accessori. Le caratteristiche non sono state verificate direttamente.

3. Usabilità e gestione operativa in ambito psichiatrico

Medstrom Solo MH: il telecomando wireless Bluetooth permette all'operatore di effettuare le regolazioni mantenendo una maggiore distanza dal paziente, senza doversi chinare o avvicinare al letto per collegare i comandi. Questa caratteristica è particolarmente utile nella gestione di pazienti agitati o aggressivi. Il blocco automatico delle ruote in posizione ribassata contribuisce alla stabilità del letto. La ditta ha inoltre confermato la disponibilità alla formazione dei tecnici interni e la pronta consegna del dispositivo, già disponibile a magazzino.

Linet Eleganza 1: dispone di due pannelli di controllo collegati tramite cavo, estraibili dai rispettivi alloggiamenti, e di un telecomando aggiuntivo con collegamento plug&play. La presenza di comandi rimovibili e dei relativi cavi rappresenta un elemento meno favorevole in ambiente psichiatrico, per il possibile utilizzo improprio da parte di pazienti agitati o aggressivi. Durante la prova visione la movimentazione del letto è risultata meno agevole rispetto a Medstrom.

Stryker ProCeed 500: presenta una buona ergonomia, pannelli arrotondati, comandi integrati e quinta ruota direzionale che facilita la movimentazione. La struttura risulta robusta e funzionale, ma la possibilità di rimuovere testiera, pediera e alcune sezioni del piano letto rappresenta una criticità per l'utilizzo in ambiente psichiatrico, in particolare in presenza di pazienti agitati o aggressivi.

Gardhen Bilance: dispone di pulsantiera wireless, alimentazione a batteria e sistema frenante centralizzato. Non essendo stata effettuata la prova visione, non è stato possibile verificarne direttamente la praticità di utilizzo e la movimentazione.

4. Economicità della proposta

L'offerta economicamente più bassa è quella di Linet, pari a € 9.988,00 IVA esclusa, seguita da Stryker con € 10.800,00, Medstrom con € 12.400,00 e Gardhen Bilance con € 17.080,00.

Conclusioni

Dalla valutazione delle offerte e dalle prove visione effettuate, il letto Medstrom Solo MH risulta la soluzione maggiormente rispondente alle esigenze del reparto Psichiatrico.

In particolare, la struttura anti-manomissione, i componenti fissati e i cablaggi protetti riducono i rischi legati all'utilizzo improprio del dispositivo. Il telecomando wireless consente agli operatori di effettuare le regolazioni mantenendo una maggiore distanza dal paziente, mentre l'altezza minima di 21 cm, inferiore a quella di tutte le altre proposte, rappresenta un vantaggio nella gestione dei pazienti ad elevato rischio di caduta.

Ulteriori aspetti favorevoli sono la movimentazione con ruote gemellate, il blocco automatico delle ruote in posizione ribassata, la disponibilità alla formazione dei tecnici interni e la pronta consegna.

Pur non essendo l'offerta economicamente più bassa, Medstrom presenta nel complesso caratteristiche di sicurezza e funzionalità particolarmente adatte alla gestione dei pazienti psichiatrici, che giustificano la differenza di prezzo rispetto alle altre offerte.

Si propone pertanto la fornitura del letto Medstrom Solo MH, ritenuto maggiormente idoneo alle esigenze clinico-assistenziali e di sicurezza del reparto Psichiatrico.

CONCLUSIONI

Dalla valutazione comparativa delle offerte e dalle prove visione effettuate, il letto Medstrom Solo MH risulta la soluzione maggiormente rispondente alle esigenze del reparto SPDC.
In particolare, la struttura anti-manomissione, i componenti fissati e i cablaggi protetti riducono i rischi legati all'utilizzo improprio del dispositivo. Il telecomando wireless consente agli operatori di effettuare le regolazioni mantenendo una maggiore distanza dal paziente, mentre l'altezza minima di 21 cm, inferiore a quella di tutte le altre proposte, rappresenta un vantaggio nella gestione dei pazienti ad elevato rischio di caduta.

Ulteriori aspetti favorevoli sono la movimentazione con ruote gemellate , il blocco automatico delle ruote in posizione ribassata, la disponibilità alla formazione dei tecnici interni e i tempi di consegna.

Il letto Medstrom Solo MH, pur presentando un prezzo superiore rispetto ad alcune delle altre soluzioni proposte, offre nel complesso caratteristiche di sicurezza e funzionalità maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze del reparto che giustificano la differenza economica.

Alla luce delle valutazioni effettuate, si propone l'acquisto del letto Medstrom Solo MH, in quanto soluzione maggiormente rispondente alle esigenze clinico-assistenziali e di sicurezza del reparto SPDC.

Cordiali saluti

Bassano, 10.11.2026

F.to Dott.ssa Denise Gaio

F.to Ing. Sofia Panagiotakopoulou