

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1532 DEL 01/10/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa LAURA ESPOSITO

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: AFFIDAMENTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA, FORNITURA DI SENSORI CON TECNOLOGIA NELLCOR CON MESSA A DISPOSIZIONE DEI SATURIMETRI NECESSARI PER L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA. GARA AULSS7_2026_00339.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 1574/26

Il Dirigente, Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Fabiola Grazian

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 36 del 10/01/2025 è stato disposto l'affidamento alla ditta Waldner Tecnologie Medicali della fornitura biennale di sensori, monopaziente e riutilizzabili per monitor e saturimetri con tecnologia Nellcor con messa a disposizione dei saturimetri necessari, per l'importo di € 90.536,50=IVA esclusa per la durata di 24 mesi, con scadenza contrattuale prevista in data 31/01/2027;
- i fabbisogni stimati si sono rivelati inferiori rispetto ai consumi effettivi registrati nel corso dell'esecuzione contrattuale, determinando un esaurimento anticipato del contratto rispetto alla naturale scadenza prevista, con un andamento della spesa che risulta complessivamente in linea con la spesa storica sostenuta per la medesima fornitura;
- con mail del 21/05/2026 e del 29/05/2026 l'U.O.C. Farmacia e l'U.O.S. Ingegneria Clinica hanno pertanto trasmesso il modulo contenente i fabbisogni stimati e le specifiche tecniche necessarie all'avvio di una nuova procedura di gara aziendale.

Preso atto che:

- la fornitura in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal D.P.C.M. dell'11.07.2018 e relativi indirizzi applicativi e non risulta presente nelle Convenzioni stipulate da CONSIP o dalla Centrale regionale di riferimento di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto per importi inferiori ad € 140.000,00.

Dato atto che:

- l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha provveduto a pubblicare sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel (<http://www.ariaspa.it>) e sul sito internet aziendale (<http://www.aulss7.veneto.it>), con nota prot. n. 0052446/26 del 04/06/2026 e successiva nota prot. n. 0053285/26 del 05/06/2026, specifico Avviso di Indagine di Mercato comparativa per la fornitura di sensori per saturimetri con tecnologia Nellcor con messa a disposizione dei saturimetri necessari per l'importo complessivo presunto pari ad € 123.572,84= IVA esclusa per il periodo di 24 mesi, a seguito del quale, entro il termine fissato del 17/06/2026 ore 11:30, è pervenuta un'unica proposta tecnica ed economica da parte della seguente ditta:

<i>Nome Ditta C.F.</i>	<i>Importo complessivo offerto</i>	<i>Ricezione offerta</i>
Waldner Tecnologie Medicali Srl C.F. 01542210222	€ 135.367,60= IVA esclusa per 24 mesi	Lunedì 15 giugno 2026 ore 15.25.23

- con email del 15/07/2026 sono state individuate quali esperte la dott.ssa Fabiola Dalla Valle, Inf. Coord. U.O.C. Anestesia e Rianimazione P.O. di Santorso e la dott.ssa Katia Dall'Igna, Inf. Coord. U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. di Santorso, come da proposta della dott.ssa Elena Mosele, Direttore U.O.C. Farmacia, vistata favorevolmente dal Direttore Sanitario e approvata dal Direttore Generale;
- con successiva email in pari data è stata pertanto trasmessa alle esperte sopra citate la proposta tecnica ed economica della suddetta ditta per la relativa valutazione tecnico-qualitativa;

- con email del 21/07/2026 è pervenuta la relazione di scelta redatta dalle medesime esperte, con la quale viene attestata la rispondenza dell'offerta della ditta Waldner Tecnologie Medicali Srl alle caratteristiche tecniche di minima indicate nell'avviso, nonché la piena conformità alle esigenze aziendali.

Dato atto che l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica con nota prot. n. 0068533/26 del 22/07/2026 ha provveduto ad attivare sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel la procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, alla ditta Waldner Tecnologie Medicali Srl per l'importo di € 135.367,60= IVA esclusa, per il periodo di 24 mesi (ID Sintel 222368502).

Preso atto che:

- entro il termine ultimo fissato nella richiesta di offerta (04/08/2026 ore 10:30) è pervenuta la seguente offerta da parte della ditta Waldner Tecnologie Medicali Srl:

<i>Rif. I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>CND Rep</i>	<i>Importo unit. IVA 5% esclusa</i>
sub. a)	Sensore AD/NEO da piede o mano latex free pazienti di peso meno 3Kg e max 40Kg cavo da 91 cm. Cod. C-MAX-N-I	C900301 1335437	7,20 €
sub. b)	Sensore AD/NEO da piede o mano latex free pazienti di peso meno 3Kg e max 40Kg cavo da 91 cm. Cod. C-MAX-N-I	C900301 1335437	7,20 €
sub. c)	Sensore da dito pediatrico latex free pazienti di peso compreso tra 3 e 20kg con cavo da 91cm. Cod. C-MAX-I-I	C900301 1335436	7,20 €
sub. d)	Sensore da dito pediatrico latex free pazienti di peso compreso tra 10 e 50 Kg con cavo da 45. Cod. C-MAX-P-I	C900301 1335439	7,20 €
sub. e)	Sensore da dito per adulti latex free per pazienti di peso superiore a 30 Kg con cavo da 45 cm. Cod. C-MAX-A-I	C900301 1335433	7,20 €
sub. f)	Sensore da dito per pazienti di peso superiore a 40 Kg. Cod. C-DS100A	C900301 1109197	65,00 €

Importo complessivo IVA 5% esclusa 135.367,60 €

Importo complessivo IVA 5% inclusa 142.135,98 €

- mediante l'area "Comunicazioni procedura" della piattaforma telematica ARIA-Sintel (ID chiarimento 222865924 del 05/08/2026), l'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica ha richiesto alla Waldner Tecnologie Medicali Srl la disponibilità ad allineare i prezzi offerti ai prezzi di riferimento degli elenchi trasmessi dall'Azienda Zero- UOC CRAV con nota prot. n. 0166896 del 16.03.2026 (rif. ns. prot. n. 0025344/26 del 16.03.2026) per gli articoli aventi il seguente cod. rep.: 1335436, 1335439 e 1335433;
- con successiva comunicazione (ID chiarimento 222962654 del 07/08/2026), la ditta Waldner Tecnologia Medicali Srl ha dichiarato di non poter procedere all'allineamento dei prezzi richiesti, in ragione dell'incremento dei costi di acquisto dei dispositivi, dei costi logistici e di trasporto, nonché dei maggiori oneri connessi alla gestione delle forniture e al mantenimento degli standard di servizio richiesti, precisando altresì di aver già provveduto ad adeguare le condizioni economiche applicate presso le altre AULSS del Veneto;
- con e-mail del 21/09/2026, la medesima ditta ha confermato l'impossibilità di procedere a un'ulteriore riduzione dei prezzi, rendendosi tuttavia disponibile, quale miglioria dell'offerta, a

fornire, ove necessario, ulteriori saturimetri in comodato d'uso gratuito, in numero da concordare con l'Azienda.

Rilevato che l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha verificato la congruità dei prezzi proposti, come da documentazione agli atti.

Considerato che con email in data 11/08/2026 l'U.O.C. Farmacia ha confermato la rispondenza dell'offerta presentata alle specifiche richieste.

Dato atto che, come da proposta della dr.ssa Manola Milan, Direttore U.O.C. Direzione delle Professioni Sanitarie e dell'ing. Ettore Masucci, Responsabile U.O.S. Ingegneria Clinica, vistata favorevolmente dal Direttore Sanitario e approvata dal Direttore Generale con email del 15/07/2026, si propone quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) la dott. Flavio Serradura, Inf. Coord. U.O.C. Anestesia e Rianimazione P.O. di Bassano e quale assistente al DEC l'ing. Sofia Panagiotakopoulou, collaboratore tecnico professionale U.O.S. Ingegneria Clinica, le quali hanno reso le dichiarazioni di assenza di cause d'incompatibilità e conflitto d'interesse al suddetto ruolo (nota prot. n. 0070426/26 del 28/07/2026 e nota prot. n. 0072283/26 del 03/08/2026).

Considerato che la verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 D. Lgs. n. 36/2023 risulta positivamente conclusa.

Accertato che, si rende necessario individuare quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) la dott.ssa Elisabetta Berno, Responsabile U.O.S. Gestione Gare.

Visto l'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023.

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica propone, pertanto, di:

- procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, all'affidamento diretto alla ditta Waldner Tecnologie Medicali Srl (C.F. 05424020963) della fornitura di sensori con tecnologia Nellcor con messa a disposizione dei saturimetri necessari, per il periodo di 24 mesi, come di seguito descritto:

<i>Rif. I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>CND Rep</i>	<i>Importo unit. IVA 4% esclusa</i>
sub. a)	Sensore AD/NEO da piede o mano latex free pazienti di peso meno 3Kg e max 40Kg cavo da 91 cm. Cod. C-MAX-N-I	C900301 1335437	7,20 €
sub. b)	Sensore AD/NEO da piede o mano latex free pazienti di peso meno 3Kg e max 40Kg cavo da 91 cm. Cod. C-MAX-N-I	C900301 1335437	7,20 €
sub. c)	Sensore da dito pediatrico latex free pazienti di peso compreso tra 3 e 20kg con cavo da 91cm. Cod. C-MAX-I-I	C900301 1335436	7,20 €
sub. d)	Sensore da dito pediatrico latex free pazienti di peso compreso tra 10 e 50 Kg con cavo da 45. Cod. C-MAX-P-I	C900301 1335439	7,20 €
sub. e)	Sensore da dito per adulti latex free per pazienti di peso superiore a 30 Kg con cavo da 45 cm. Cod. C-MAX-A-I	C900301 1335433	7,20 €
sub. f)	Sensore da dito per pazienti di peso superiore a 40 Kg. Cod. C-DS100A	C900301 1109197	65,00 €

per l'importo complessivo di € 135.367,60 € = IVA 5% esclusa (€ 142.135,98 €= IVA 5% inclusa)
per il periodo di 24 mesi;

- individuare quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) la dott.ssa Elisabetta Berno, Responsabile U.O.S. Gestione Gare;
- nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) il dott. Flavio Serradura, Inf. Coord. U.O.C. Anestesia e Rianimazione P.O. di Bassano e quale assistente al DEC l'ing. Sofia Panagiotakopoulou, collaboratore tecnico professionale U.O.S. Ingegneria Clinica.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il Direttore dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget.

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di procedere per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, all'affidamento diretto alla ditta Waldner Tecnologie Medicali Srl (C.F. 05424020963) della fornitura di sensori con tecnologia Nellcor con messa a disposizione dei saturimetri necessari, per il periodo di 24 mesi, come di seguito descritto:

<i>Rif. I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>CND Rep</i>	<i>Importo unit. IVA 4% esclusa</i>
sub. a)	Sensore AD/NEO da piede o mano latex free pazienti di peso meno 3Kg e max 40Kg cavo da 91 cm. Cod. C-MAX-N-I	C900301 1335437	7,20 €
sub. b)	Sensore AD/NEO da piede o mano latex free pazienti di peso meno 3Kg e max 40Kg cavo da 91 cm. Cod. C-MAX-N-I	C900301 1335437	7,20 €
sub. c)	Sensore da dito pediatrico latex free pazienti di peso compreso tra 3 e 20kg con cavo da 91cm. Cod. C-MAX-I-I	C900301 1335436	7,20 €
sub. d)	Sensore da dito pediatrico latex free pazienti di peso compreso tra 10 e 50 Kg con cavo da 45. Cod. C-MAX-P-I	C900301 1335439	7,20 €
sub. e)	Sensore da dito per adulti latex free per pazienti di peso superiore a 30 Kg con cavo da 45 cm. Cod. C-MAX-A-I	C900301 1335433	7,20 €
sub. f)	Sensore da dito per pazienti di peso superiore a 40 Kg. Cod. C-DS100A	C900301 1109197	65,00 €

per l'importo complessivo di € 135.367,60 € = IVA 5% esclusa (€ 142.135,98 €= IVA 5% inclusa)
per il periodo di 24 mesi;

2. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto, per il periodo di 24 mesi indicativamente dal 01/10/2026 al 30/09/2029 pari ad € 142.135,98 €= IVA 5% inclusa trova riferimento come segue:

Anno	Conto	PRG	Descrizione	Impegno IVA compresa
2026	BA0220B01	54	Dispositivi medici - Presidi	17.767,00 €
2027	BA0220B01	54	Dispositivi medici - Presidi	71.067,99 €
2028	BA0220B01	54	Dispositivi medici - Presidi	53.300,99 €

3. di individuare quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) la dott.ssa Elisabetta Berno, Responsabile U.O.S. Gestione Gare;
4. di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) il dott. Flavio Serradura, Inf. Coord. U.O.C. Anestesia e Rianimazione P.O. di Bassano e quale assistente al DEC l'ing. Sofia Panagiotakopoulou, collaboratore tecnico professionale U.O.S. Ingegneria Clinica.
5. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, i dati sono i seguenti:
- CIG: BCC0B85EEA
 - Ditta: Waldner Tecnologie Medicali Srl, Piazza Bra 26/D – Verona
 - C.F.: 01542210222
6. di incaricare l'U.O.C. proponente di pubblicare la presente deliberazione sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente tramite il link di collegamento con la BDNCP, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;
7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.



RELAZIONE DI SCELTA

Oggetto: Affidamento diretto per la fornitura di sensori per saturimetri con tecnologia Nellcor con messa a disposizione dei saturimetri necessari. Gara AULSS7_2026_00339.

Si riporta di seguito l'oggetto della fornitura di cui all'Avviso di indagine di mercato rif. ns. nota prot. n. 0052446/26 del 04/06/2026 e successiva ns. nota prot. n. 0053285/26 del 05/06/2026:

Rif.to	sub	Descrizione	Fabbisogni 24 mesi
I	a	Sensore monouso neonatale per paziente con peso inferiore a kg.1	400
	b	Sensore monouso pediatrico per paziente con peso compreso tra kg.1 e kg.3	4.400
	c	Sensore monouso pediatrico per paziente con peso compreso tra kg.3 e kg.20	720
	d	Sensore monouso pediatrico per paziente con peso compreso tra kg.10 e kg.50	48
	e	Sensore monouso per paziente adulto	12.240
	f	Pinza pluriuso per paziente adulto	110

L'importo presunto per il periodo di 24 mesi è pari ad € 123.572,84= IVA esclusa

Con riferimento all'Avviso di indagine di mercato rif. ns. nota prot. n. 0052446/26 del 04/06/2026 e successiva ns. nota prot. n. 0053285/26 del 05/06/2026, risulta pervenuta un'unica proposta da parte della seguente ditta:

Ditta	Offerta economica - periodo 24 mesi
WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL	€ 135.367,60= IVA esclusa

I prodotti offerti devono:

- essere dotati di marchio CE;
- essere conformi alle norme di fabbricazione;
- essere iscritti al repertorio nazionale dei DM e tale iscrizione deve essere specificata per ogni prodotto offerto analogamente al CND;
- avere una accuratezza dal 70% al 100% di SpO2 pari ad almeno +/- 3 % e la migliore possibile per saturazioni inferiori.

I sensori monopaziente devono:

- essere realizzati con materiali ipoallergenici, senza lattice, non devono provocare arrossamenti o allergie anche nel lungo periodo di adesione. Devono avere supporto conformabile di alta adesività e senza lasciare residuo dopo la rimozione;
- garantire adeguata schermatura contro le interferenze elettromagnetiche e luminose;
- confezionati singolarmente.

Sulla base della valutazione tecnica effettuata sulla campionatura pervenuta e dell'analisi delle schede tecniche ricevute, l'offerta della ditta WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL risulta conforme ai requisiti qualitativi e prestazionali previsti dall'Avviso di indagine di mercato, nonché pienamente rispondente alle esigenze aziendali.

Santorso 21 luglio 2026

f.to Dott.ssa Fabiola Dalla Valle

f.to Dott.ssa Katia Dall'Igna