

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 246 DEL 14/02/2024

DELIBERAZIONE  
del

## ***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: AFFIDAMENTI, PREVIA INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA, FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER LE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (III TRANCHE): ATTREZZATURE ELETTROMEDICALI DI BASE. FINANZIAMENTO PNRR – CUP H84E22001280006. GARA 2024-007-BAS.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA  
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 267/24

*Il Dirigente, Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Elisabetta Zambonin*

---

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con DGRV n. 368 del 08/04/2022, nell'ambito del piano regionale di attuazione del PNRR per la Missione 6 Salute, la Regione Veneto, quale soggetto attuatore, ha approvato gli interventi e autorizzato i relativi investimenti che le Aziende ULSS – in qualità di soggetti attuatori delegati – sono incaricate di avviare e realizzare;
- con successiva DGRV n. 287 del 21/03/2023 la Regione Veneto ha approvato l'aggiornamento del "Piano regionale in attuazione del PNRR - Missione 6 Componenti 1 e 2" e, con riferimento all'Investimento 1.2.2 *Implementazione delle Centrali operative territoriali COT* (M6 C1 - 1.2.2), per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana è stato previsto il seguente intervento:

<i>Soggetto attuatore delegato</i>	<i>Intervento</i>	<i>Totale intervento Finanziamento PNRR</i>	<i>CUP</i>
AULSS 7 Pedemontana	COT AULSS 7 - device	€ 354.190,47	H84E22001280006

- il Responsabile Unico del Procedimento è il p.i. Paolo Zaltron, collaboratore professionale sanitario esperto dell'U.O.S. Ingegneria Clinica;
- per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana è prevista l'attivazione delle COT di Asiago, Schio, Thiene e Bassano;
- con nota prot. n. 0486664 del 08/09/2023 (rif. ns. nota prot. n. 0075821/23 del 08/09/2023) la Regione Veneto ha chiesto alle Aziende ULSS di attivarsi per l'acquisizione dei device nell'ambito del finanziamento concesso di cui alla DGRV n. 287 del 21/03/2023, precisando quanto segue:
  - "...tali dispositivi per il telemonitoraggio dovranno essere connessi costantemente con il sistema software che raccoglie i dati dei pazienti, in particolare in assistenza domiciliare, dai sensori e che tali dati dovranno poi essere trasmessi (direttamente o attraverso un gateway) alla piattaforma di telemedicina e COT";
  - "...i device dovranno essere messi a disposizione delle Centrali Operative Territoriali entro il 31/03/2024, target europeo per l'entrata in funzione delle Centrali Operative Territoriali";
- con nota prot. 0092692/23 del 03/11/2023 è stato trasmesso alla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva l'elenco aggiornato dei device alla luce dello specifico incontro del 10/10/2023;
- con successiva nota prot. n. 0631169 del 24/11/2023 (rif. ns. nota prot. n. 0099075/23 del 24/11/2023) la Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva ha richiesto alle Aziende ULSS di elaborare un piano di acquisizione dei device che contempli tipologia, quantità e importo degli stessi, ricordando altresì che dovranno essere messi a disposizione delle Centrali Operative Territoriali entro il 31/03/2024 (target europeo per l'entrata in funzione delle Centrali Operative Territoriali);
- con nota prot. n. 0103410/23 del 07/12/2023 è stato trasmesso alla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva l'elenco aggiornato dei device con il nuovo fabbisogno;

- con successiva nota prot. n. 0684295 del 27/12/2023 (rif. ns. nota prot. n. 0108550/23 del 27/12/2023) la Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva ha preso atto del suddetto elenco, invitando l'Azienda a trasmettere la scheda AGENAS aggiornata e a procedere con l'acquisizione dei device;
- con nota prot. n. 0003813/24 del 15/01/2024 è stato trasmesso l'elenco dei device aggiornato con il nuovo fabbisogno e la relativa scheda AGENAS aggiornata;
- con nota prot. n. 0043486 del 26/01/2024 (rif. ns. nota prot. n. 0008273/23 del 26/01/2024) la Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva ha richiesto alle Aziende ULSS di comunicare eventuali ritardi nella realizzazione delle COT che possono compromettere la piena entrata in funzione entro il 31/03/2024 (target europeo per l'entrata in funzione delle Centrali Operative Territoriali), visto che la rimodulazione del PNRR approvata dalla Commissione Europea offre la possibilità alla Regione Veneto, in qualità di Soggetto Attuatore, di rinegoziare la scadenza del target finale con il Nucleo Tecnico;
- in riscontro alla suddetta richiesta, con nota prot. n. 0010108/24 del 31/01/2024 l'Azienda ULSS 7 ha comunicato di aver avviato le procedure inerenti l'acquisizione dei device per le COT, il cui termine di consegna, negli atti di gara, è previsto per il 18/03/2024 (al fine di poter effettuare i collaudi entro i 10 giorni successivi).

Dato atto che:

- con nota prot. n. 0002231/24 del 10/01/2024 il Responsabile dell'U.O.S. Ingegneria Clinica ha trasmesso il modulo di richiesta, redatto in collaborazione con il dr. Emanuele Barbierato, Direttore del Distretto 1, per l'acquisizione di apparecchiature device per le Centrali Operative Territoriali dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, così suddiviso in n. 3 tranches:
  1. apparecchiature per il monitoraggio;
  2. apparecchiature per la diagnostica per immagini;
  3. attrezzature elettromedicali di base;
- l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha provveduto pertanto a pubblicare sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel (<http://www.ariaspa.it>) e sul sito internet aziendale (<http://www.aulss7.veneto.it>) con nota prot. n. 0002719/24 del 11/01/2024 e successive note prot. n. 0004355/24 del 16/01/2024, n. 0007210/24 del 23/01/2024 e n. 0010483/24 del 01/02/2024 specifici Avvisi di Indagine di Mercato comparativa ex art. 50 c. 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, relativamente alla fornitura in affidamento diretto delle attrezzature elettromedicali di base (3<sup>a</sup> tranche) come segue:
  - Riferimento 1: n. 10 Stetoscopio digitale per l'importo a base d'asta pari ad € 4.500,00= IVA esclusa;
  - Riferimento 2: n. 10 Sfigmomanometro digitale per l'importo a base d'asta pari ad € 2.000,00= IVA esclusa;
  - Riferimento 3: n. 10 Bilancia digitale per l'importo a base d'asta pari ad € 4.000,00= IVA esclusa;
  - Riferimento 4: n. 10 Otoscopio digitale per l'importo a base d'asta pari ad € 7.000,00= IVA esclusa;
  - Riferimento 5: n. 8 Dermatoscopio digitale per l'importo a base d'asta pari ad € 4.500,00= IVA esclusa;
  - Riferimento 6: n. 10 Aspiratore chirurgico per l'importo a base d'asta pari ad € 2.000,00= IVA esclusa;
  - Riferimento 7: n. 19 *wearable* per *motion tracking* e *smartwatches* per l'importo a base d'asta pari ad € 11.200,00= IVA esclusa;
  - Riferimento 8: n. 10 Defibrillatore per l'importo a base d'asta pari ad € 12.000,00= IVA esclusa;

a seguito del quale, entro il termine fissato del 26/01/2024 ore 10:00 e del 06/02/2024 ore 10:00, sono pervenute le proposte tecniche ed economiche delle seguenti ditte:

Riferimento	Nome Ditta C.F.	Importo complessivo offerto (IVA esclusa)
1	Croma Gio.Batta s.r.l. 03504890280	€ 3.934,20
	ITEM OXYGEN SRL 06068560728	€ 4.000,00
	Zulu Medical 04681130268	€ 4.400,00
2	Croma Gio.Batta s.r.l. 03504890280	€ 795,20
	Zulu Medical 04681130268	€ 1.900,00
3	ITEM OXYGEN SRL 06068560728	1.292,00
	Zulu Medical 04681130268	€ 2.800,00
4	Croma Gio.Batta s.r.l. 03504890280	€ 3.622,10
	ITEM OXYGEN SRL 06068560728	€ 6.368,80
	Zulu Medical 04681130268	€ 6.900,00
5	ITEM OXYGEN SRL 06068560728	€ 4.416,00
6	Zulu Medical 04681130268	€ 1.950,00
7	Medstep Srl 03071411205	€ 11.172,00
8	Zoll Medical Italia Srl 03301251207	€ 9.900,00
	Effe Emme di Francalanci Mauro 04303700274	€ 9.235,00
	IREDEEM SPA 10574970017	€ 10.000,00
	Croma Gio.Batta s.r.l. 03504890280	€ 9.298,30
	Life Tree Srl 04392400281	€ 11.950,00
	Bexen Cardio Italia Srl 09481070960	€ 11.200,00
	Zulu Medical 04681130268	€ 11.000,00

- con mail in data 26/01/2024 sono state trasmesse all'ing. Ettore Masucci, Responsabile dell'U.O.S. Ingegneria Clinica, quale esperto individuato in data 23/01/2024 dalla Direzione Generale, le proposte tecniche ed economiche delle suddette ditte per la valutazione tecnico-qualitativa;
- in data 02/02/2024, 30/01/2024, 06/02/2024 e 31/01/2024 sono pervenute le relazioni di scelta redatte, in cui vengono individuate le offerte delle seguenti ditte:

Riferimento 1-3-5: ditta Item Oxygen Srl

Riferimento 2-6: ditta Zulu Medical Srl

Riferimento 4: Croma Gio.Batta Srl

Riferimento 7: Medstep Srl

Riferimento 8: Life Tree Srl

in quanto risultano corrispondenti alle caratteristiche tecniche di minima indicate nell'avviso e pienamente rispondenti alle esigenze dell'Azienda (Allegato 1).

Dato atto altresì che l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha provveduto, pertanto, ad attivare sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel, le seguenti procedure per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, relativamente alle attrezzature elettromedicali di base per le COT per le Centrali Operative Territoriali (finanziamento PNRR – CUP H84E22001280006):

ID Sintel	Affidatario	Riferimento	Base d'asta (IVA esclusa)
179280245	Item Oxygen Srl	Riferimento 1: n. 10 stetoscopio digitale	€ 5.292,00
		Riferimento 3: n. 10 bilancia digitale	
179223623	Zulu Medical Srl	Riferimento 2: n. 10 sfigmomanometro digitale	€ 3.850,00
		Riferimento 6: n. 10 aspiratore chirurgico portatile	
179224137	Croma Gio.Batta Srl	Riferimento 4: n. 10 otoscopi	€ 3.622,10
179280717	Item Oxygen Srl	Riferimento 5: n. 8 dermatoscopi	€ 4.416,00
179134900	MedStep Srl	Riferimento 7: n. 19 <i>wearable</i> per <i>motion tracking</i> e <i>smartwatches</i>	€ 11.172,00
179224437	Life Tree Srl	Riferimento 8: n. 10 defibrillatori	€ 11.950,00

Preso atto che entro il termine ultimo fissato sono pervenute le seguenti offerte:

Ditta Item Oxygen Srl:

- n. 10 stetoscopio digitale cod. 32600 3M LITTMAN per l'importo complessivo pari ad € 4.000,00= 22% esclusa, comprensivi di garanzia full-risk per la durata di 36 mesi;
- n. 10 bilancia digitale cod. HBF-222T-EBK OMRON per l'importo complessivo pari ad € 1.292,00= IVA 22% esclusa, comprensivi di garanzia full-risk per la durata di 24 mesi;
- n. 8 dermatoscopia digitale cod. FEDMEDMICFIP5MSWD per l'importo complessivo pari ad € 4.416,00= IVA 22% esclusa, comprensivi di garanzia full-risk per la durata di 24 mesi;

Ditta Zulu Medical Srl:

- n. 10 misuratore di pressione da polso cod. 49923 OMRON RS7 INTELLIITHEM-6232T-E per l'importo complessivo pari ad € 1.900,00= IVA 22% esclusa, comprensivi di garanzia full-risk per la durata di 24 mesi;
- n. 10 aspiratore chirurgico super vega cod. 28211 GIMA per l'importo complessivo pari ad € 1.950,00= IVA 22% esclusa, comprensivi di garanzia full-risk per la durata di 24 mesi;

Ditta Croma Gio.Batta Srl:

- n. 10 videoscopio Wi-Fi & USB con software cod. GM/32180 per l'importo complessivo pari ad € 3.622,10= IVA 22% esclusa, comprensivi di garanzia full-risk per la durata di 24 mesi;

Ditta MedStep Srl

- n. 19 Dispositivo medico per il monitoraggio continuo di parametri elettrocardiografici e fotoplethimografici cod. CS-FG0015BK "CS WATCH 3 - comprensivo di: Base di ricarica USB, Applicazione per dispositivi mobili App CS4 Mobile", per l'importo complessivo pari ad € 588,10= IVA 22% esclusa, comprensivi di garanzia full-risk per la durata di 24 mesi;

Ditta Life Tree Srl

- n. 10 defibrillatore automatico esterno cardiolife Nihon Kohden cod. AED-3100K per l'importo complessivo pari ad € 588,10= IVA 22% esclusa, comprensivi di garanzia full-risk per la durata di 96 mesi (n. 8 anni).

Considerato che con mail in data 12/02/2024 l'U.O.S. Ingegneria Clinica ha confermato la rispondenza delle offerte presentate alle specifiche richieste.

Dato atto che si rende necessario individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il p.i. Paolo Zaltron, collaboratore professionale sanitario esperto dell'U.O.S. Ingegneria Clinica, come da indicazione del Direttore Generale in data 23/01/2024, il quale ha reso la dichiarazione di assenza di cause d'incompatibilità e conflitto d'interesse al suddetto ruolo (nota prot. n. 0013891/24 del 12/02/2024).

Considerato che, secondo quanto disposto con deliberazione del Direttore Generale n. 1153 del 07/07/2023, con la quale vengono fornite prime indicazioni relativamente all'incentivazione delle funzioni tecniche secondo quanto previsto dall'art. 45 del D.Lgs 36/2023, si quantifica provvisoriamente nella misura massima dell'80% del 2% pari ad € 755,20= l'importo delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche (esclusa la quota del 20% per beni strumentali trattandosi di acquisti coperti con finanziamenti europei), se e in quanto dovute.

Visto l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, visto il Regolamento aziendale per gli acquisti sotto soglia di cui alla delibera n. 889 del 25/05/2023.

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica propone, pertanto, di:

- procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, relativamente alle attrezzature elettromedicali di base per le Centrali Operative Territoriali (finanziamento PNRR – CUP H84E22001280006) all'affidamento diretto alle seguenti ditte:

Ditta Item Oxygen Srl (P. IVA 06068560728) di Altamura (BA):

- n. 10 stetoscopio digitale cod. 32600 3M LITTMAN per l'importo complessivo pari ad € 4.000,00= 22% esclusa, comprensivi di garanzia full-risk per la durata di 36 mesi;
- n. 10 bilancia digitale cod. HBF-222T-EBK OMRON per l'importo complessivo pari ad € 1.292,00= IVA 22% esclusa, comprensivi di garanzia full-risk per la durata di 24 mesi;
- n. 8 dermatoscopio digitale cod. FEDMEDMICFIP5MSWD per l'importo complessivo pari ad € 4.416,00= IVA 22% esclusa, comprensivi di garanzia full-risk per la durata di 24 mesi;

per un importo complessivo pari ad € 9.708,00= IVA 22% esclusa;

Ditta Zulu Medical Srl (P. IVA 04681130268) di Silea (TV):

- n. 10 misuratore di pressione da polso cod. 49923 OMRON RS7 INTELLIITHEM-6232T-E per l'importo complessivo pari ad € 1.900,00= IVA 22% esclusa, comprensivi di garanzia full-risk per la durata di 24 mesi;
- n. 10 aspiratore chirurgico super vega cod. 28211 GIMA per l'importo complessivo pari ad € 1.950,00= IVA 22% esclusa, comprensivi di garanzia full-risk per la durata di 24 mesi;

per un importo complessivo pari ad € 3.850,00= IVA 22% esclusa;

Ditta Croma Gio.Batta Srl (P. IVA 03504890280) di Padova:

- n. 10 videoscopio Wi-Fi & USB con software cod. GM/32180 per l'importo complessivo pari ad € 3.622,10= IVA 22% esclusa, comprensivi di garanzia full-risk per la durata di 24 mesi;

Ditta MedStep Srl (P. IVA 03071411205) di San Lazzaro di Savena (BO):

- n. 19 Dispositivo medico per il monitoraggio continuo di parametri elettrocardiografici e fotopletismografici cod. CS-FG0015BK "CS WATCH 3 - comprensivo di: Base di ricarica USB, Applicazione per dispositivi mobili App CS4 Mobile", per l'importo complessivo pari ad € 588,10= IVA 22% esclusa, comprensivi di garanzia full-risk per la durata di 24 mesi;

Ditta Life Tree Srl (P. IVA 04392400281) di Tribano (PD):

- n. 10 defibrillatore automatico esterno cardiolife Nihon Kohden cod. AED-3100K per l'importo complessivo pari ad € 588,10= IVA 22% esclusa, comprensivi di garanzia full-risk per la durata di 96 mesi (n. 8 anni);
- individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il p.i. Paolo Zaltron, collaboratore professionale sanitario esperto dell'U.O.S. Ingegneria Clinica.

## II DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il Direttore dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget.

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

## DELIBERA

1. di procedere per le motivazioni espresse in premessa e come riportato nell'Allegato 1 alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, relativamente alle apparecchiature per il monitoraggio per le Centrali Operative Territoriali (finanziamento PNRR – CUP H84E22001280006) all'affidamento diretto alle seguenti ditte:

Ditta Item Oxygen Srl (P. IVA 06068560728) di Altamura (BA):

- n. 10 stetoscopio digitale cod. 32600 3M LITTMAN per l'importo complessivo pari ad € 4.000,00= 22% esclusa, comprensivi di garanzia full-risk per la durata di 36 mesi;
- n. 10 bilancia digitale cod. HBF-222T-EBK OMRON per l'importo complessivo pari ad € 1.292,00= IVA 22% esclusa, comprensivi di garanzia full-risk per la durata di 24 mesi;
- n. 8 dermatoscopio digitale cod. FEDMEDMICFIP5MSWD per l'importo complessivo pari ad € 4.416,00= IVA 22% esclusa, comprensivi di garanzia full-risk per la durata di 24 mesi; per un importo complessivo pari ad € 9.708,00= IVA 22% esclusa;

Ditta Zulu Medical Srl (P. IVA 04681130268) di Silea (TV):

- n. 10 misuratore di pressione da polso cod. 49923 OMRON RS7 INTELLIITHEM-6232T-E per l'importo complessivo pari ad € 1.900,00= IVA 22% esclusa, comprensivi di garanzia full-risk per la durata di 24 mesi;
  - n. 10 aspiratore chirurgico super vega cod. 28211 GIMA per l'importo complessivo pari ad € 1.950,00= IVA 22% esclusa, comprensivi di garanzia full-risk per la durata di 24 mesi;
- per un importo complessivo pari ad € 3.850,00= IVA 22% esclusa;

Ditta Croma Gio.Batta Srl (P. IVA 03504890280) di Padova:

- n. 10 videoscopio Wi-Fi & USB con software cod. GM/32180 per l'importo complessivo pari ad € 3.622,10= IVA 22% esclusa, comprensivi di garanzia full-risk per la durata di 24 mesi;

Ditta MedStep Srl (P. IVA 03071411205) di San Lazzaro di Savena (BO):

- n. 19 Dispositivo medico per il monitoraggio continuo di parametri elettrocardiografici e fotopleitismografici cod. CS-FG0015BK "CS WATCH 3 - comprensivo di: Base di ricarica USB, Applicazione per dispositivi mobili App CS4 Mobile", per l'importo complessivo pari ad € 588,10= IVA 22% esclusa, comprensivi di garanzia full-risk per la durata di 24 mesi;

Ditta Life Tree Srl (P. IVA 04392400281) di Tribano (PD):

- n. 10 defibrillatore automatico esterno cardiolife Nihon Kohden cod. AED-3100K per l'importo complessivo pari ad € 588,10= IVA 22% esclusa, comprensivi di garanzia full-risk per la durata di 96 mesi (n. 8 anni);

2. di dare atto che i controlli sul possesso dei requisiti si sono conclusi con esito positivo;
3. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, i dati sono i seguenti:

- CIG: B041AC8378
- Ditta: Item Oxygen Srl (P. IVA 06068560728) via le Fogge n.11 - Altamura (BA)
  
- CIG: B03FDC41B1
- Ditta: Zulu Medical Srl (P. IVA 04681130268) via Eroi di Podrute 13- Silea (TV)
  
- CIG: B03FB495AB
- Ditta: Croma Gio.Batta Srl (P. IVA 03504890280) via J. Facciolati, 84 - Padova
  
- CIG: B036800A83
- Ditta: MedStep S.r.l. (P. IVA 03071411205) via Caduti di Sabbiuono n. 3 - San Lazzaro di Savena (BO)
  
- CIG: B040147790
- Ditta: Life Tree Srl (P. IVA 04392400281) Quartiere la Magnolia 11 - Tribano (PD)

3. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 49.923,76 = IVA 22% inclusa trova riferimento nel Bilancio Sanitario 2024 come segue:

Anno	Conto	PRG	Descrizione	Impegno IVA compresa
2024	AAA420000	Budget 508	Attrezzature sanitarie scientifiche	€ 49.168,56

2024	BA28840000	Budget 650	Acc. incentivi funzioni tecniche art.113 dlgs 50/2016, dal 1/07/2023 sostituito da art. 45 D.lgs. 36/2023	€ 755,20
------	------------	------------	---	----------

coperta con fondi PNRR di cui alla DGRV n. 287 del 21/03/2023 (Codice Commessa 6/2022/404) CUP H84E22001280006 ed è compresa nel Piano Investimenti di cui alla delibera n. 2253 del 29/12/2023 “Proposta di Bilancio economico preventivo anno 2024 e piano triennale degli investimenti 2024 -2026” nella specifica voce ID\_2024 n. 66;

4. di individuare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il p.i. Paolo Zaltron, collaboratore professionale sanitario esperto dell’U.O.S. Ingegneria Clinica;
5. di incaricare l’U.O.C. proponente di pubblicare la presente deliberazione sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente tramite il link di collegamento con la BDNCP, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 36/2023;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo del sito istituzionale dell’Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

## RELAZIONE DI SCELTA

**Oggetto:** Affidamento diretto fornitura di Attrezzature elettromedicali di base per le Centrali Operative Territoriali dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana. Finanziamento PNRR – CUP H84E22001280006. Gara 2024-007-BAS.

### Riferimento 1

**N. 10 STETOSCOPIO DIGITALE: destinato per uso professionale e clinico su pazienti pediatrici e adulti.**  
*Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie)*

1	Possibilità di connessione a software per consentire l'acquisizione di registrazioni di 15, 30, 60 o 120 secondi, visualizzare le onde sonore cardiache in tempo reale, analizzare e condividere registrazioni per monitorare la progressione di una malattia
2	Testina a doppia faccia in acciaio inox con membrana fluttuante e con campana aperta o chiusa
3	Testina rotante per adulti e per bambini
4	Elevata amplificazione e riduzione dei suoni indesiderati di sottofondo
5	Olive morbide conformabili
6	Batteria di elevata autonomia in modalità di trasmissione continua
7	Filtri selezionabili: cardiaco, polmonare e ampio
8	Diversi livelli di amplificazione del suono
9	Rilevazione soffio cardiaco, tachicardia e bradicardia

Ciascun apparecchio dovrà essere completo di:

- Cavo USB
- Olive morbide conformabili di ricambio
- Ghiera antifreddo
- Software di acquisizione

*Importo a base d'asta della fornitura:*

- € 4.500,00= IVA esclusa

*Aspetti da valutare:*

- specifiche tecniche;
- semplicità d'uso e interfaccia utente;
- economicità della proposta economica;

All'avviso di Indagine di mercato della fornitura in oggetto, ha presentato offerta le seguenti ditte:

DITTA	PRODOTTI OFFERTI, MARCA E MODELLO	GARANZIA	IMPORTO UNITARIO (IVA esclusa)	IMPORTO OFFERTA (IVA esclusa)
Croma Gio.Batta s.r.l.	<b>Produttore:</b> 3M Littmann <b>Modello:</b> Core Digital 8490 nero	<b>24 MESI</b>	<b>€ 393,42</b>	<b>€ 3.934,20</b>
Item Oxygen s.r.l.	<b>Produttore:</b> 3M Littmann <b>Modello:</b> Core Digital 8490 nero	<b>36 MESI</b>	<b>€ 400,00</b>	<b>€ 4.000,00</b>
Zulu Medical s.r.l.	<b>Produttore:</b> 3M Littmann <b>Modello:</b> Core Digital 8490 nero	<b>24 MESI</b>	<b>€ 440,00</b>	<b>€ 4.400,00</b>

Dall'esame della documentazione tecnica trasmessa dalle Ditte Croma Gio.Batta s.r.l., Item Oxygen s.r.l. e Zulu Medical s.r.l. per la fornitura relativa alla gara in oggetto, emerge che tutte hanno proposto lo stesso articolo: Stetoscopio digitale 3M Littmann Modello Core Digital 8490 nero.

Il prodotto offerto risulta rispondente alle condizioni richieste nell'indagine di mercato ed adeguato alle esigenze delle Centrali Operative Territoriali dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

Si propone l'affidamento della fornitura alla Ditta Item Oxygen s.r.l. che ha presentato un'offerta economica di poco superiore a quella della Ditta Croma Gio.Batta s.r.l. ma prevedendo 12 mesi di garanzia in più.

Cordiali saluti.

Bassano, 02.02.2024

Ing. Masucci Ettore


**RELAZIONE DI SCELTA**

**Oggetto:** Affidamento diretto fornitura di Attrezzature elettromedicali di base per le Centrali Operative Territoriali dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana. Finanziamento PNRR – CUP H84E22001280006.  
**Gara 2024-007-BAS.**

**Riferimento 2**

**N. 10 SFIGMOMANOMETRO DIGITALE: misuratore di pressione da polso: deve permette di misurare con precisione la pressione sanguigna a prescindere dalla corporatura.**

*Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie)*

1	Misurazione elettronica della pressione arteriosa con metodo di misura oscillometrico
2	Memorizzazione delle misure e confronto con i valori delle Linee Guida O.M.S.
3	Bracciale per adulti latex free con chiusura a velcro
4	Possibilità di trasmissione dei dati tramite bluetooth a smartphone o tablet
5	Campo di misurazione pressione: 0 – 300 mmHg
6	Campo di misurazione pulsazioni: 30 – 180 Pulsazioni / Minuto
7	Accuratezza dei valori - Pressione +/- 3 mmHg - Pulsazioni +/- 5%

*Importo a base d'asta della fornitura:*

- € 2.000,00= IVA esclusa

*Aspetti da valutare:*

- specifiche tecniche;
- semplicità d'uso e interfaccia utente;
- economicità della proposta economica;

All'avviso di Indagine di mercato della fornitura in oggetto, ha presentato offerta le seguenti ditte:

DITTA	PRODOTTI OFFERTI, MARCA E MODELLO	GARANZIA	IMPORTO UNITARIO (IVA esclusa)	IMPORTO OFFERTA (IVA esclusa)
Croma Gio.Batta s.r.l.	<b>Produttore:</b> OMRON <b>Modello:</b> RS4 HEM-6181-E	<b>24 MESI</b>	<b>€ 79,52</b>	<b>€ 795,20</b>
Zulu Medical s.r.l.	<b>Produttore:</b> OMRON <b>Modello:</b> RS7 INTELLI IT HEM-6232T-E	<b>24 MESI</b>	<b>€ 190,00</b>	<b>€ 1.900,00</b>

Dall'analisi della documentazione tecnica fornita si rileva che il prodotto proposto dalla Ditta Croma Gio.Batta s.r.l.: Sfigmomanometro digitale OMRON Modello RS4 HEM-6181-E, non soddisfa i requisiti minimi (obbligatori) in termini di specifiche tecniche. In particolare, manca la presenza della tecnologia Bluetooth per la trasmissione dei dati, come esplicitamente richiesto al punto 4 delle specifiche tecniche menzionate.

Il prodotto offerto dalla Ditta Zulu Medical s.r.l.: Sfigmomanometro digitale OMRON Modello RS7 INTELLI IT HEM-6232T-E, risulta adeguato alle condizioni richieste nell'indagine di mercato ed adatto alle esigenze delle Centrali Operative Territoriali dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

Cordiali saluti.

Bassano, 30.01.2024

Ing. Masucci Ettore


**RELAZIONE DI SCELTA**

**Oggetto:** Affidamento diretto fornitura di Attrezzature elettromedicali di base per le Centrali Operative Territoriali dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana. Finanziamento PNRR – CUP H84E22001280006.  
**Gara 2024-007-BAS.**

**Riferimento 3**
**N. 10 BILANCIA DIGITALE: Bilancia medica elettronica da terra.**
*Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie)*

1	Deve permettere il monitoraggio dei parametri corporei: grasso viscerale, grasso, muscolo scheletrico, metabolismo basale, IMC e peso
2	Lettura rapida e funzione ON/OFF automatica
3	Elevata portata: almeno 150 kg
4	Divisione: 100 g fino a 150 kg
5	Conformità alla Direttiva: -93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE - 2014/31/UE
6	Classe di approvazione: III

**Alimentazione:**

- Alimentazione elettrica a batterie

**Importo a base d'asta della fornitura:**

- € 4.000,00= IVA esclusa

**Aspetti da valutare:**

- specifiche tecniche;
- semplicità d'uso e interfaccia utente;
- economicità della proposta economica;

All'avviso di Indagine di mercato della fornitura in oggetto, ha presentato offerta la seguente ditta:

DITTA	PRODOTTI OFFERTI, MARCA E MODELLO	GARANZIA	IMPORTO UNITARIO (IVA esclusa)	IMPORTO OFFERTA (IVA esclusa)
Zulu Medical s.r.l.	<b>Produttore:</b> OMRON <b>Modello:</b> VIVA HBF-222T-EBK	<b>24 MESI</b>	<b>€ 280,00</b>	<b>€ 2.800,00</b>
Item Oxygen s.r.l.	<b>Produttore:</b> OMRON <b>Modello:</b> VIVA HBF-222T-EBK	<b>24 MESI</b>	<b>€ 129,20</b>	<b>€ 1.292,00</b>

Dall'esame della documentazione tecnica trasmessa dalle Ditte Zulu Medical s.r.l. e Item Oxygen s.r.l., per la fornitura relativa alla gara in oggetto, si rileva che entrambe hanno proposto lo stesso articolo: Bilancia medica elettronica da terra OMRON Modello VIVA HBF-222T-EBK.

Il prodotto offerto risulta adeguato alle condizioni richieste nell'indagine di mercato ed adatto alle esigenze delle Centrali Operative Territoriali dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

Si propone l'affidamento della fornitura alla Ditta Item Oxygen s.r.l. che ha presentato l'offerta economica al prezzo più basso.

Cordiali saluti.

Bassano, 30.01.2024

ing. Masucci Ettore

## RELAZIONE DI SCELTA

**Oggetto:** Affidamento diretto fornitura di Attrezzature elettromedicali di base per le Centrali Operative Territoriali dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana. Finanziamento PNRR – CUP H84E22001280006.  
 Gara 2024-007-BAS.

### Riferimento 4

#### N. 10 OTOSCOPIO

*Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie)*

1	Da impiegare con smartphone/tablet iOS, Android, Windows tramite App gratuita
2	Video otoscopio che consente di visualizzare sul PC le immagini ad alta risoluzione della visita del condotto uditivo e del timpano in tempo reale
3	Sistema di illuminazione LED con luminosità regolabile
4	Elevata qualità delle immagini
5	Opzioni di trasmissione disponibili: via cavo/wireless
6	Batteria agli ioni di litio integrata, ricaricabile, che consenta circa 3 ore di autonomia
7	Ingrandimento ottico: circa 15x - 50x
8	Formati dei file foto/video: BMP, JPG, AVI
9	Possibilità di registrare ed elaborare le immagini
10	Dati scaricabili e condivisibili all'esterno
11	Trasferimento dati tramite tecnologia Bluetooth
12	Report scaricabili e condivisibili all'esterno

Completo di ogni accessorio necessario all'utilizzo.

*Importo a base d'asta della fornitura:*

- € 7.000,00= IVA esclusa

*Aspetti da valutare:*

- specifiche tecniche;
- semplicità d'uso e interfaccia utente;
- economicità della proposta economica;

All'avviso di Indagine di mercato della fornitura in oggetto, ha presentato offerta le seguenti ditte:

DITTA	PRODOTTI OFFERTI, MARCA E MODELLO	GARANZIA	IMPORTO UNITARIO (IVA esclusa)	IMPORTO OFFERTA (IVA esclusa)
Croma Gio.Batta s.r.l.	<b>Produttore:</b> Italeco s.r.l. <b>Modello:</b> VIDEOTOSCOPIO Wi-Fi & USB con software	<b>24 MESI</b>	€ 362,21	<b>€ 3.622,10</b>
Zulu Medical s.r.l.	<b>Produttore:</b> Italeco s.r.l. <b>Modello:</b> VIDEOTOSCOPIO Wi-Fi & USB con software	<b>24 MESI</b>	€ 690,00	<b>€ 6.900,00</b>
Item Oxygen s.r.l.	<b>Produttore:</b> Italeco s.r.l. <b>Modello:</b> FEDMEDMICFIOT	<b>36 MESI</b>	€ 636,88	<b>€ 6.368,80</b>

Dall'esame della documentazione tecnica trasmessa dalle Ditte Croma Gio.Batta s.r.l., Zulu Medical s.r.l. e Item Oxygen s.r.l. per la fornitura relativa alla gara in oggetto, si rileva che i prodotti risultano adeguati alle condizioni richieste nell'indagine di mercato ed adatti alle esigenze delle Centrali Operative Territoriali dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

Si propone l'affidamento della fornitura alla Ditta Croma Gio.Batta s.r.l. che ha presentato l'offerta economica al prezzo più basso.

Cordiali saluti.

Bassano, 02.02.2024

ing. Masucci Ettore

## RELAZIONE DI SCELTA

**Oggetto:** Affidamento diretto fornitura di Attrezzature elettromedicali di base per le Centrali Operative Territoriali dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana. Finanziamento PNRR – CUP H84E22001280006.  
 Gara 2024-007-BAS.

### Riferimento 5

**N. 8 DERMATOSCOPIO DIGITALE:** Dispositivo di acquisizione di immagini cliniche e dermoscopiche al fine di documentare, monitorare e supportare i processi di diagnosi di melanoma e svariate altre lesioni cutanee.

*Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie)*

1	Dimensioni e peso ridotti
2	Nitidezza delle immagini e resa cromatica di alto livello
3	Lenti polarizzate ad alta definizione che permettano di lavorare senza abbagliamenti e riflessi
4	Ampio campo visivo
5	Possibilità di regolare la luminosità
6	Funzione di ingrandimento indicativamente da 5X a 200x
7	Sorgente di luce LED bianchi regolabili
8	<b>Preferenziale:</b> Funzione per la correzione diottrica, range di correzione da -6 a +6 diottrie
9	Risoluzione foto e video: 1.3 MPixel – 1.280×1.024 (MJPG), 640×480 (MJPG), 320×240
10	Frequenza fotogrammi: 15 fps 1.280×1.024, 30 fps 640×480 320×2
11	Trasmissione Wi-Fi
12	In dotazione software per acquisire foto, video, misurazioni. <b>Preferenziale:</b> software per comparare le immagini e creare database pazienti
13	Batteria ricaricabile agli ioni di litio

Completo dei seguenti accessori:

- Piastrina di contatto con scala
- Cavo USB
- Alimentatore elettrico per uso medico
- Astucci

*Importo a base d'asta della fornitura:*

- € 4.500,00= IVA esclusa

*Aspetti da valutare:*

- specifiche tecniche;
- semplicità d'uso e interfaccia utente;
- economicità della proposta economica;

All'avviso di Indagine di mercato della fornitura in oggetto, ha presentato offerta la seguente ditta:

DITTA	PRODOTTI OFFERTI, MARCA E MODELLO	GARANZIA	IMPORTO UNITARIO (IVA esclusa)	IMPORTO OFFERTA (IVA esclusa)
<b>Item Oxygen s.r.l.</b>	<b>Produttore: Italeco s.r.l. Modello: FEDMEDMICFIP5MSWD</b>	<b>24 MESI</b>	<b>C 552,00</b>	<b>C 4.416,00</b>

Dall'esame della documentazione tecnica ed economica trasmessa dalla Ditta Item Oxygen s.r.l. per la fornitura relativa alla gara in oggetto, si rileva che il dermatoscopio offerto, Produttore Italeco s.r.l. e Modello FEDMEDMICFIP5MSWD, risulta adeguato alle condizioni richieste nell'indagine di mercato ed adatto alle esigenze delle Centrali Operative Territoriali dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

^

Cordiali saluti.

Bassano, 06.02.2024

ing. Masucci Ettore


**RELAZIONE DI SCELTA**

**Oggetto:** Affidamento diretto fornitura di Attrezzature elettromedicali di base per le Centrali Operative Territoriali dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana. Finanziamento PNRR – CUP H84E22001280006.  
**Gara 2024-007-BAS.**

**Riferimento 6**

**N. 10 ASPIRATORE CHIRURGICO PORTATILE: Aspiratore chirurgico, di dimensioni e peso contenuto, facilmente trasportabile.**

*Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie)*

1	Adatto all'aspirazione di liquidi corporei come muco e catarro
2	Dotato di maniglia di trasporto
3	Aspirazione regolabile e controllabile a mezzo del vacuometro
4	Vaso in policarbonato da almeno 1 litro e dotato di valvola di troppo pieno, sterilizzabile in autoclave
5	Flusso in aspirazione da almeno 10 l/min
6	Vuoto max regolabile 0÷ -0,85 bar (0÷ -85 kPa)

Completo dei seguenti accessori

- Vaso
- Coperchio vaso con galleggiante antitracimazione
- Filtro
- Tubi in silicone
- Raccordi per tubi
- Sonda di aspirazione

*Importo a base d'asta della fornitura:*

- € 2.000,00= IVA esclusa

*Aspetti da valutare:*

- specifiche tecniche;
- semplicità d'uso e interfaccia utente;
- economicità della proposta economica;

All'avviso di Indagine di mercato della fornitura in oggetto, ha presentato offerta la seguente ditta:

DITTA	PRODOTTI OFFERTI, MARCA E MODELLO	GARANZIA	IMPORTO UNITARIO (IVA esclusa)	IMPORTO OFFERTA (IVA esclusa)
Zulu Medical s.r.l.	<b>Produttore:</b> GIMA <b>Modello:</b> SUPER VEGA 1L	<b>24 MESI</b>	<b>€ 195,00</b>	<b>€ 1.950,00</b>

Dall'esame della documentazione tecnica trasmessa dalla Ditta Zulu Medical s.r.l. per la fornitura relativa alla gara in oggetto, si rileva che il prodotto offerto risulta adeguato alle condizioni richieste nell'indagine di mercato ed adatto alle esigenze delle Centrali Operative Territoriali dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

Cordiali saluti.

Bassano, 30.01.2024

Ing. Masucci Ettore



## RELAZIONE DI SCELTA

**Oggetto:** Affidamento diretto fornitura di Attrezzature elettromedicali di base per le Centrali Operative Territoriali dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana. Finanziamento PNRR – CUP H84E22001280006.  
**Gara 2024-007-BAS.**

### Riferimento 7

**N. 19 WEARABLE PER MOTION TRACKING: Sistema per il monitoraggio dei parametri elettrocardiografici.**

*Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie)*

1	Dispositivo per il monitoraggio continuo di parametri elettrocardiografici e fotopletismografici
2	Base di ricarica
3	Applicazione mobile per rilevamento parametri. Questa deve permettere di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- visualizzazione e condivisione in tempo reale dei dati</li> <li>- creazione e condivisione dei reports</li> <li>- segnalazione di alert</li> </ul>
4	Il dispositivo deve essere in grado di rilevare la presenza di FA e avvisare l'utente.
5	Requisiti di Comunicazione: wifi e/o Bluetooth
6	Elevata autonomia della batteria (specificare).

*Importo a base d'asta della fornitura:*

- € 11.200,00= IVA esclusa

*Aspetti da valutare:*

- specifiche tecniche;
- semplicità d'uso e interfaccia utente;
- economicità della proposta economica;

All'avviso di Indagine di mercato della fornitura in oggetto, ha presentato offerta le seguenti ditte:

DITTA	PRODOTTI OFFERTI, MARCA E MODELLO	GARANZIA	IMPORTO UNITARIO (IVA esclusa)	IMPORTO OFFERTA (IVA esclusa)
<b>MEDSTEP SRL</b>	<b>Produttore: CARDIACSENSE LTD Modello: CS WATCH 3</b>	<b>24 MESI</b>	<b>€ 588,00</b>	<b>€ 11.172,00</b>

Dall'esame della documentazione tecnica trasmessa dalla Ditta MedStep s.r.l. per la fornitura relativa alla gara in oggetto, si rileva che il prodotto offerto risulta adeguato alle condizioni richieste nell'indagine di mercato ed adatto alle esigenze delle Centrali Operative Territoriali dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

Cordiali saluti.

Bassano, 30.01.2024

Ing. Masucci Ettore



## RELAZIONE DI SCELTA

**Oggetto:** Affidamento diretto fornitura di Attrezzature elettromedicali di base per le Centrali Operative Territoriali dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana. Finanziamento PNRR – CUP H84E22001280006.  
 Gara 2024-007-BAS.

### Riferimento 8

#### **N. 10 DEFIBRILLATORE: Defibrillatore semiautomatico per le emergenze.**

*Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie)*

1	Peso e dimensioni contenute
2	Forma d'onda bifasica esponenziale troncata con regolazione automatica dei parametri in funzione dell'impedenza del paziente
3	Tasto on/off, tasto scarica e tasto informazioni
4	Idoneo alla defibrillazione di pazienti adulti e pediatrici
5	Batteria non ricaricabile con elevato numero di scariche (specificare) ed elevata autonomia in stand-by (specificare)
6	Messaggi vocali in lingua italiana per la guida dell'operatore e supporto vocale e metronomo durante le manovre di massaggio cardiaco e ventilazione del paziente
7	Auto-test periodico con indicazione esterna dell'esito facilmente individuabile
8	Memoria interna per la registrazione degli eventi e programma di scarico dati
9	Analisi del ritmo cardiaco con riconoscimento del ritmo defibrillabile
10	Adatto all'utilizzo e allo stanziamento anche in ambienti esterni, nonché possedere una protezione idonea e certificata agli urti, all'acqua e all'umidità

I defibrillatori devono essere, inoltre, comprensivi di N° 1 coppia di elettrodi adulti, N° 1 coppia di elettrodi pediatrici e seconda batteria, nonché di tutti gli accessori e/o moduli necessari al funzionamento, nessuno escluso.

*Importo a base d'asta della fornitura:*

- € 12.000,00= IVA esclusa

*Aspetti da valutare:*

- specifiche tecniche;
- semplicità d'uso e interfaccia utente;
- economicità della proposta economica;

All'avviso di Indagine di mercato della fornitura in oggetto, ha presentato offerta le seguenti ditte:

DITTA	PRODOTTI OFFERTI, MARCA E MODELLO	GARANZIA	IMPORTO UNITARIO (IVA esclusa)	IMPORTO OFFERTA (IVA esclusa)
BEXENCARDIO ITALIA SRL	<b>Produttore:</b> OSATU S.COOP <b>Modello:</b> REANIBEX-100 BASE	<b>7 ANNI</b>	<b>€ 1.120,00</b>	<b>€ 11.200,00</b>
CROMA GIO.BATTA srl	<b>Produttore:</b> Littmann <b>Modello:</b> Ipad cu-sp1 - SEMI-AUTOMATICO	<b>2 ANNI</b>	<b>€ 929,43</b>	<b>€ 9.294,30</b>
EffeEmme srl	<b>Produttore:</b> Progetti s.r.l. <b>Modello:</b> DAE Rescue Sam	<b>5 ANNI</b>	<b>€ 923,50</b>	<b>€ 9.235,00</b>

IREDEEM S.P.A.	<b>Produttore:</b> SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL <b>Modello:</b> MINDRAY BENEHEART C1A	8 ANNI	€ 1.000,00	€ 10.000,00
LIFE TREE SRL	<b>Produttore:</b> NIHON KOHDEN <b>Modello:</b> NH3100 CARDIOLIFE	8 ANNI	€ 1.195,00	€ 11.950,00
ZOLL MEDICAL ITALIA SRL	<b>Produttore:</b> ZOLL MEDICAL CORPORATION <b>Modello:</b> AED Plus	7 ANNI	€ 990,00	€ 9.900,00
ZULU MEDICAL SRL	<b>Produttore:</b> 3M LITTMANN <b>Modello:</b> iPad CU-SPR - DAE	2 ANNI	€ 1.100,00	€ 11.000,00

Dall'esame della documentazione tecnica trasmessa dalle Ditte si rileva che i prodotti offerti risultano rispondenti alle caratteristiche di minima richieste.

Si propone l'affidamento della fornitura alla Ditta Life Tree con il defibrillatore Nihon Kohden Mod. NH3 Cardiolife che, rispetto agli altri prodotti offerti, presenta ottime specifiche tecniche quali :

- Gli Elettrodi monouso adulti/pediatrici senza polarità,
- Una buona durata della batteria,
- Accensione con apertura automatica dello sportello
- Viene proposto con 8 anni di garanzia.
- Altissimo Grado di resistenza alle polveri umidità ed ai liquidi ( IP66) fondamentale nella detersione con disinfettanti Liquidi
- Spia di controllo con sistema Magnetico indipendente da alimentazione DAE
- Controllo completo DAE : Elettrodi ( Scadenza/ Operatività Del Gel Piastre )- Circuiteria-Batteria
- Sistema Antispegnimento in caso di Chiusura Accidentale dello sportello
- Di facile individuazione ( Colore Arancio )

Tali peculiarità giustificano ampiamente la differenza di prezzo rispetto alle proposte presentate dalle altre Ditte partecipanti. Il prodotto risulta adeguato alle esigenze delle Centrali Operative Territoriali dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

Cordiali saluti.

Bassano, 31.01.2024

Ing. Masucci Ettore