

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 587 DEL 29/03/2024

DELIBERAZIONE  
del

## ***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: AFFIDAMENTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, FORNITURA DI VALVOLE PER BRONCOSCOPIO (ASPIRAZIONE, ARIA/ACQUA) PER VARIE UU.OO. DELL'AZIENDA U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA. GARA 2023-120-TH.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA  
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 579/24

*Il Direttore dell'U.O.C Provveditorato Economato e Gestione della Logistica nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Elisabetta Zambonin*

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica relaziona quanto segue.

Premesso che:

- attualmente la fornitura di valvole per broncoscopio (aspirazione, aria/acqua) per i Presidi Ospedalieri di questa Ulss avviene mediante ordini in economia;
- su iniziativa dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, al fine di ridurre in modo significativo le spese in economia dei Dispositivi Medici, si è provveduto ad effettuare una ricognizione delle valvole per broncoscopio (aspirazione, aria/acqua) in uso presso i Presidi Ospedalieri di questa Ulss, come da indicazioni dell'U.O.S. Farmacia con unità farmaci antiblastici, per un fabbisogno pari ad € 32.519,38=IVA 22% esclusa, calcolato sulla base della spesa storica;

Preso atto che:

- la fornitura in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal D.P.C.M. dell'11.07.2018 e relativi indirizzi applicativi, e non risulta presente nelle Convenzioni stipulate da CONSIP o dalla Centrale regionale di riferimento;
- l'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii., prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto per importi inferiori ad € 139.000,00.

Dato atto che:

- l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha provveduto a pubblicare sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel (<http://www.ariaspa.it>) ID Sintel 171047368, sul sito internet aziendale (<http://www.aulss7.veneto.it>) e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.), con nota prot. n. 53374/23 del 22.06.2023 e successive integrazioni n. 55834 del 29.06.2023 e n. 57226 del 4.7.2023, specifico Avviso di Indagine di Mercato per la fornitura biennale di valvole per broncoscopio (aspirazione, aria/acqua) di marca Olympus per i Presidi Ospedalieri dell'U.L.SS. 7 Pedemontana per l'importo a base d'asta di € 32.402,38 + IVA 22%;
- entro il termine fissato del 11.07.2023 ore 10:00 sono pervenute le proposte tecniche ed economiche delle ditte:

Nome Ditta -Sede	Modello	Importo offerto (IVA esclusa)	Id Sintel
Olympus Italia S.r.l. di Segrate (MI)	Ha presentato offerta per tutti i codici richiesti ad eccezione del codice MAJ-207 discontinuato e sostituito dal codice MAJ-209	€ 30.732,90	1688723010297 07.07.2023
M.G. Lorenzatto S.r.l. di Venaria Reale (TO)	Ha presentato offerta per prodotti equivalenti a n. 2 riferimenti richiesti (cod. Olympus 028988, 028794)	€ 1.215,20 offerta parziale	1689057277892 dell'11.07.2023
Innovamedica S.p.A. di Milano	Ha presentato offerta per un solo codice equivalente al Rif. cod. Olympus 028794	€ 464,00 offerta parziale	1688993848535 del 10.07.2023

- con e-mail in data 01.08.2023 e 22.09.2023 sono state trasmesse le proposte tecniche ed economiche delle suddette ditte, per la valutazione tecnico-qualitativa, agli esperti individuati in data 31.07.2023 e 22.09.2023 dalla Direzione Generale, rispettivamente nella persona della dott.ssa Silvia Ferrarese, Dirigente Medico dell'U.O.C. Pneumologia del P.O. di Bassano del

Grappa e del dott. Ivan Turco, Dirigente Medico dell'U.O.C. Otorinolaringoiatria del P.O. di Santorso;

Rilevato che:

- a seguito della valutazione tecnica è pervenuta l'allegata relazione di scelta (Allegato 1), con la quale è stata individuata quale migliore offerta quella della ditta Olympus Italia S.r.l. di Segrate (MI) come da offerta ID Sintel 1688723010297 del 7.7.2023 per un importo complessivo di € 30.732,90 +IVA al 22%;
- con nota prot. n. 106894/23 del 20.12.2023 l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha provveduto, pertanto, ad attivare sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel la procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii, con la ditta Olympus Italia S.r.l. di Segrate (MI) (ID SINTEL 177762192) per la fornitura in oggetto e l'importo a base d'asta di € 38.229,70+IVA al 22%; in particolare si evidenzia che il fabbisogno è stato modificato, su indicazioni dell'U.O.S. Farmacia dell'Ospedale di Santorso e di conseguenza la base d'asta, in quanto l'articolo pluriuso MAJ 207 è stato sostituito dal codice monouso MAJ-209;

Preso atto che:

- entro il termine ultimo fissato nella richiesta di offerta (giorno 10.01.2024 ore 10:00) la suddetta ditta ha offerto la fornitura biennale di valvole al prezzo complessivo di € 37.589,73+IVA (€ 45.859,47 IVA al 22% compresa), come da offerta prot. Sintel n. 1703857012905 del 29.12.2023;
- l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha accertato che i prezzi dei dispositivi offerti (rep. 87010, 87093, 86953, 2068608, 1086593) risultano inferiori a quelli presenti negli elenchi trasmessi dall'Azienda Zero – U.O.C. CRAV con nota prot. n. 121761 del 08.03.2024 e che non risultano prezzi di riferimento elaborati da A.N.A.C;

Dato atto che si rende necessario individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto la dott. Giovanna Pilotto, Dirigente Farmacista Responsabile dell'U.O.S. Farmacia con unità farmaci antiblastici dell'Ospedale di Santorso e quale Assistente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Sig. Lucio Bertoldo dell'U.O.C. Farmacia - Ospedale di Santorso, come da indicazione del Direttore Generale in data 31.08.2023, i quali hanno reso la dichiarazione di assenza di cause d'incompatibilità e conflitto d'interesse al suddetto ruolo (rispettivamente con nota prot. 20214/24 del 29.02.2024 e con nota prot. n. 20216/24 del 29.02.2024).

Rilevato che, ai sensi del Regolamento Aziendale di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, approvato con deliberazione n. 1821 del 29/10/2021, la fornitura di cui trattasi prevede una quota massima di incentivazione per le funzioni tecniche pari al 2% dell'importo posto a base di gara trattandosi di affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria come previsto dall'art. 7 del citato Regolamento Aziendale, l'importo massimo complessivo di € 648,05 viene previsto nel quadro economico della gara.

Visto l'art.1 comma 2 lett. a) del D. L. 76/2020, convertito dalla L.120/2020 e ss.mm.ii., il D.lgs.50/2016, il Regolamento aziendale per gli acquisti sotto soglia di cui alla delibera n. 2119 del 11.11.2022.

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica propone, pertanto, di:

- procedere, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020, all'affidamento diretto alla ditta Olympus Italia S.r.l. di Segrate (MI) (P.IVA 10994940152) della fornitura di biennale di valvole per broncoscopio (aspirazione, aria/acqua) di marca Olympus per i Presidi Ospedalieri dell'U.L.SS. 7 Pedemontana, al prezzo complessivo di € 37.589,73+IVA (€ 45.859,47 IVA al 22% compresa), come da offerta prot. Sintel n. 1703857012905 del 29.12.2023;
- individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto la dott.ssa Giovanna Pilotto Dirigente Farmacista Responsabile U.O.S. Farmacia con unità farmaci antiblastici dell'Ospedale di Santorso

e quale Assistente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Sig. Lucio Bertoldo dell'U.O.C. Farmacia - Ospedale di Santorso,

## II DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il Direttore dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget.

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

## DELIBERA

1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e come da relazione di scelta allegata al presente provvedimento (Allegato 1), ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii. all'affidamento della fornitura biennale di valvole per broncoscopio (aspirazione, aria/acqua) di marca Olympus per varie UU.OO. dell'Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana alla ditta Olympus Italia S.r.l. di Segrate (MI) (P.IVA 10994940152) al prezzo complessivo di € 37.589,73 += IVA 22% (€ 45.859,47 IVA al 22% compresa), come da offerta prot. Sintel n. 1703857012905 del 29.12.2023;
2. di dare atto che il contratto avrà durata di 24 mesi, dal 01.04.2024 al 31.03.2026, salvo recesso anticipato nel caso di aggiudicazione da parte di una centrale di committenza;
3. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, i dati sono i seguenti:
  - Ditta: Olympus Italia S.r.l. di Segrate (MI) (P.IVA 10994940152) CIG: Z9D3DDD567;
4. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 45.859,47= IVA 22% inclusa, oltre incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, calcolati nella misura massima del 2%, pari ad € 648,05, trova riferimento nei seguenti conti:

Anno	Conto	PRG	Descrizione	Impegno IVA compresa
2024	BA0220B01	Budget 54	Dispositivi medici – presidi	€ 17.197,30
2024	BA2884000	Budget 650	Accantonamenti incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016 dal 1.07.2023 sostituito da art. 45 del Dlgs 36/2023	€ 648,05
2025	BA0220B01	Budget 54	Dispositivi medici – presidi	€ 22.929,73
2026	BA0220B01	Budget 54	Dispositivi medici – presidi	€ 5.732,44

5. di individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto la dott.ssa Giovanna Pilotto, Dirigente Farmacista Responsabile U.O.S. Farmacia dell'Ospedale di Santorso e quale Assistente

al Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Sig. Lucio Bertoldo dell'U.O.C. Farmacia - Ospedale di Santorso;

6. di incaricare l'U.O.C. proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 33/2013 ed ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul sito aziendale e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.);
7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

Bassano del Grappa, 20.10.2023

*All'U.O.C. Provveditorato Económico e Gestione della Logistica*

**OGGETTO:** Relazione tecnica in merito all'affidamento diretto fornitura biennale di valvole per broncoscopio (aspirazione, aria/acqua) di marca Olympus per i Presidi Ospedalieri dell'U.L.SS. 7 Pedemontana. GARA 2023-120-TH.

Premesso che:

- Con il Prot. n. 0053374/23 del 22/06/2023 e successiva rettifica (Prot. n. 0055834/23) del 29/06/2023 questa Azienda ha indetto un'indagine di mercato comparativa con preventivo volta all'affidamento diretto dei presidi in oggetto, individuati dai codici sottoelencati o equivalenti:

Codice Olympus	Descrizione
028987 o equivalente	VALVOLA ASPIRAZ. STERILE MONO BF/LTF/ENF MAJ-209
028988 o equivalente	VALVOLA BIOP MONOUSO STERILE BF/LTF/ENF MAJ-210
028794 o equivalente	VALVOLA BIOPTICA MB-358
N6174950 o equivalente	VALVOLA ARIA/ACQUA MH-438
028988 o equivalente	VALVOLA PER CANALE BIOPTICO MAJ210
028958 o equivalente	VALVOLA ASPIRAZIONE ENDOSCOPIA BRONCOPOL MAJ-207
027798 o equivalente	VALVOLA PLURIUSO ARIA/ACQUA MH-443
N6137400 o equivalente	VALVOLA BIOPTICA ASPIRAZIONE ARIA/ACQUA MAJ-2287
N4456730 o equivalente	VALVOLA ARIA/ACQUA PER CO2 MAJ-2010

- In risposta all'avviso citato sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:
  - M.G. Lorenzatto S.r.l. di Venaria Reale (TO)
  - INNOVAMEDICA, S.p.A. di Cusago (MI)



UNITA' OPERATIVA COMPLESSA  
di PNEUMOLOGIA

Direttore f.f. dr. Bernd Ulrich Honisch

Segreteria ambulatorio tel. 0424888515 – Fax 0424888827

Degenze tel. 0424888603

e-mail: pneumologia@aulss7.veneto.it

- OLYMPUS Italia S.r.l. di Segrate (MI)
- I criteri di valutazione dei preventivi pervenuti sono, in ordine decrescente di importanza, i seguenti:
  - specifiche e caratteristiche tecniche;
  - facilità d'uso e praticità da prove tecniche e pratiche sulla campionatura ove presentata;
  - elementi economici.

Si relaziona quanto segue:

- il modello "027798 o equivalente VALVOLA PLURIUSO ARIA/ACQUA MH-443" non è più utilizzato in quanto operativamente ad oggi si preferiscono le valvole broncoscopiche monouso per difficoltà nella sterilizzazione delle prime (componentistica minuta difficilmente ben detergibile);
- i modelli attualmente in uso presso le sale di endoscopia toracica dei P.O. dell'U.L.S.S. 7 Pedemontana sono i seguenti:

028987 o equivalente	VALVOLA ASPIRAZ. STERILE MONO BF/LTF/ENF MAJ-209
028988 o equivalente	VALVOLA BIOP MONOUSO STERILE BF/LTF/ENF MAJ-210

- nella pratica clinica le valvole originali Olympus si sono sempre dimostrate valide nella tenuta dell'aspirazione (elemento fondamentale a fini diagnostico/terapeutici), con rarissimi casi di necessità di sostituzione;
- i set di valvole monouso per aspirazione e biopsia per broncoscopio Olympus proposti da INNOVAMEDICA S.p.A. di Cusago (MI), come riportato in scheda tecnica, andrebbero immersi in acqua sterile per un minuto prima dell'uso al fine di garantire prestazioni ottimali: tale accorgimento tecnico comporterebbe un dispendio di tempo e risulterebbe indaginoso, a maggior ragione se l'esame broncoscopico dovesse essere espletato in regime di urgenza; anche dopo utilizzo della campionatura inviataci si riscontra la necessità di continue manovre di apertura/chiusura del tappo della valvola secondo necessità di lavaggio/utilizzo di pinza biptica sul canale operativo;
- il preventivo presentato dalla ditta M.G. Lorenzatto S.r.l. di Venaria Reale (TO) manca del modello avente codice 028987; ad ogni modo si è proceduto comunque a testare la valvola inviataci con riscontro di non perfetta aderenza allo strumento, oltre a difficoltà di scivolamento delle pinze nel canale operativo;
- presso i poli di endoscopia toracica di quest'Azienda si eseguono circa 500 procedure/anno, dato che risentirebbe meno di un eventuale risparmio economico.

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA  
di PNEUMOLOGIA  
Direttore f.f. dr. Bernd Ulrich Honisch

Segreteria ambulatorio tel. 0424888515 – Fax 0424888827  
Degenze tel. 0424888603  
e-mail: pneumologia@aulss7.veneto.it

---

Concludendo, anche con l'intento in un prossimo futuro ad implementare la diagnostica broncoscopica con metodica EBUS con broncoscopi sempre Olympus (e quindi utilizzando le medesime valvole) si consiglia di affidare la fornitura biennale delle valvole in oggetto alla ditta OLYMPUS Italia S.r.l. di Segrate (MI).

In fede,

Dott.ssa Silvia Ferrarese  
U.O.C. Pneumologia  
Dott. Ivan Turco  
U.O.C. O.R.L. Santorso