

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 648 DEL 05/04/2024

DELIBERAZIONE  
del

## ***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI PROTESICI PER L’ESECUZIONE DI PROTESI DI SPALLA. GARA N. 2023-217-BAS.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL’AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell’Azienda.*

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA  
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 644/24

*Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Elisabetta Zambonin*

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica relazione quanto segue.

Premesso che:

- risulta in scadenza al 30.04.2024 il contratto per la fornitura di sistemi protesici per protesi di spalla, aggiudicato con delibera n. 1429/2019 alla ditta Limacorporate S.p.A., da ultimo prorogato con delibera n. 741 del 28.04.2023 per l'importo di € 168.000,00 (Iva 4% compresa) per il periodo di 12 mesi;
- con nota prot. n. 40747 del 04.05.2022 e successiva nota prot. n. 84233 del 27.09.2022 è stata trasmessa la richiesta di autorizzazione alla Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) per l'attivazione della nuova procedura di gara europea per la fornitura di sistemi protesici di spalla;
- con nota prot. n. 351467 del 29.06.2023 (ns. prot. n. 55838 del 29.06.2023) la C.R.I.T.E. ha comunicato parere favorevole alla nuova procedura di gara con le seguenti indicazioni:
  - *“fornire a distanza di un anno dall'aggiudicazione una relazione che metta in evidenza l'economicità della procedura rispetto ad una fornitura suddivisa in lotti per categorie omogenee di protesi;*
  - *trasmettere nel flusso i prezzi a componente e non ad impianto;*
  - *inserire la clausola di risoluzione immediata del contratto in caso di aggiudicazione della gara regionale”.*
- il capitolato tecnico è stato redatto dal dr. Cesare Chemello, Direttore ff. dell'U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Bassano, dal dr. Andrea Micaglio, Direttore dell'U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Santorso e dalla dr.ssa Elena Mosele, Direttore dell'U.O.C. Farmacia;
- con deliberazione n. 1675 del 06.10.2023 è stata pertanto indetta la gara europea a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura triennale di sistemi protesici per l'esecuzione di protesi di spalla, suddivisa in due lotti, come segue:
  - Lotto 1 - Sistema protesico interamente modulare per l'esecuzione di interventi di artroprotesi totale anatomica, artroprotesi totale inversa ed endoprotesi di spalla per l'importo triennale a base d'asta di € 367.006,50 (IVA esclusa);
  - Lotto 2 - Sistema protesico ad elevata modularità che permetta di eseguire un intervento di endoprotesi, artroprotesi, protesi di rivestimento, spalla inversa e di revisione con la compatibilità fra le varie componenti dell'impianto per l'importo triennale a base d'asta di € 598.960,10 (IVA esclusa).

Preso atto che:

- entro il termine del 29.11.2023 ore 10:00, tramite la piattaforma Sintel, risultano pervenute le offerte delle seguenti ditte:

Ditta	Lotto
Johnson & Johnson Medical S.P.A.	1 - 2
Limacorporate S.P.A.	2
Medacta Italia S.r.l.	1 - 2

- con deliberazione n. 2214 del 22.12.2023 è stato approvato il verbale del 30.11.2023 del seggio di gara da cui è risultato che le suddette ditte sono state ammesse alla fase di valutazione delle offerte tecniche e si è provveduto alla nomina della Commissione Giudicatrice così composta:

PRESIDENTE: dott.ssa Giovanna Pilotto, Dirigente Farmacista U.O.C. Farmacia;

COMPONENTI: dr. Alessandro Cappellari, Dirigente Medico U.O.C. Ortopedia e Traumatologia P.O. Bassano;

dr. Davide Scucchiari, Dirigente Medico, Dirigente Medico U.O.C. Ortopedia e Traumatologia P.O. Santorso;

SEGRETARIO: dott.ssa Angela Pascale, Assistente Amministrativo U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica.

Dato atto che:

- la Commissione Giudicatrice, come da verbale delle sedute riservate in date 09.01.2024, 24.01.2024 e 19.02.2024, allegato 1) al presente provvedimento, ha provveduto, a seguito delle valutazioni effettuate, ad attribuire i seguenti punteggi qualità:

Lotto 1

Medacta Italia S.r.L.	Johnson & Johnson Medical S.p.A.
70,00	55,15

Lotto 2

Medacta Italia S.r.L.	Johnson & Johnson Medical S.p.A.	Limacorporate S.p.A.
62	52	70

- tutte le ditte sopra citate sono state ammesse alla fase di apertura delle offerte economiche, avendo raggiunto complessivamente il punteggio minimo di punti 42/70 come previsto dall'art. 16.1 del Disciplinare di gara;
- in data 20.02.2024 la Commissione Giudicatrice, come da verbale allegato 2) al presente provvedimento, ha provveduto all'apertura delle offerte economiche da cui è risultata la seguente graduatoria:

Lotto 1 - importo triennale a base d'asta di € 367.006,50 (IVA esclusa)

Ditta	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
Medacta Italia S.r.L.	€ 297.000,00	30,00	70,00	100,00
Johnson & Johnson Medical S.P.A.	€ 360.480,00	24,72	55,15	79,87

Lotto 2 - importo triennale a base d'asta di € 598.960,10 (IVA esclusa)

Ditta	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
Limacorporate S.p.A	€ 551.370,00	26,84	70,00	96,84
Medacta Italia S.r.L.	€ 493.350,00	30,00	62,00	92,00
Johnson & Johnson Medical S.P.A.	€ 598.425,00	24,73	52,00	76,73

- ad esito delle operazioni. la piattaforma telematica Sintel non ha rilevato offerte sospette di anomalia.

Accertato che:

- l'acquisto in oggetto non risulta presente nelle categorie merceologiche e relative soglie di obbligatorietà la cui acquisizione è rimessa ai soggetti aggregatori (Consip e Centrali Regionali), in attuazione a quanto disposto dal D.P.C.M. 24 dicembre 2015;

- le aziende sanitarie hanno l'obbligo di verificare la conformità dei prezzi rispetto a quelli dell'ANAC e dell'Osservatorio Prezzi della Regione del Veneto (OPRVE);
- i prezzi offerti dalle ditte Medacta Italia S.r.L. (Lotto 1) e Limacorporate S.p.A (Lotto 2) sono in linea con i prezzi presenti negli elenchi trasmessi da Azienda Zero - UOC CRAV di cui alla nota prot. n. 121761 del 08.03.2024 (ns. prot.n. 23476 del 08.03.2024), ad eccezione dei dispositivi per il lotto 1 repertorio n. 1520302 (stelo modulare), e per il lotto 2 repertorio nn.444706 (stelo cementato) e 446435 (inserto);
- l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha chiesto pertanto con note prot. n. 28204 del 22.03.2024 e prot. n. 28200 del 22.03.2024 rispettivamente alle ditte Medacta Italia S.r.l. e Limacorporate S.p.A di allineare i prezzi offerti per i dispositivi sopra citati a quelli di riferimento regionale;
- con nota del 25.03.2024 la ditta Limacorporate S.p.A ha confermato la disponibilità ad allineare i prezzi offerti per i dispositivi rep. 444706 "Stelo cementato" e rep. 446435 "Inserto inverso" rispettivamente di € 450,00 e di € 300,00 ai prezzi di riferimento regionali di € 267,00 e di € 214,00;
- a seguito di ulteriore richiesta (prot. n. 28925 del 25.03.2024) dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, la ditta Limacorporate S.p.A. ha confermato con nota del 26.03.2024 la disponibilità a praticare un'ulteriore miglioria allineando al prezzo di € 267,00 e di € 214,00 a tutta la gamma dei prodotti "Stelo" e "Inserto" (repertori diversi) con la conseguente riduzione del prezzo complessivo triennale offerto da € 551.370,00 (Iva esclusa) ad € 498.570,00 (IVA esclusa);
- con nota del 27.03.2024 la Medacta Italia S.r.L. ha confermato la disponibilità ad allineare il prezzo offerto di € 500,00 per il dispositivo (repertori diversi) "Stelo modulare" al prezzo di riferimento regionale di € 435,12 con la conseguente riduzione del prezzo complessivo triennale offerto da € 297.000,00 (Iva esclusa) ad € 288.825,12 (IVA esclusa);
- con la gara in questione si rileva pertanto un risparmio complessivo triennale rispetto alla base d'asta di € 178.571,48 di cui per il Lotto 1 € 78.131,38 e per il Lotto 2 € 100.390,10;
- con email del 26.03.2023 la Direzione Generale ha individuato quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il dr. Alessandro Cappellari, Dirigente medico dell'U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Bassano;
- la verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 D. Lgs. n.36/2023 risulta positivamente conclusa;
- i contratti d'appalto che saranno stipulati in esecuzione del presente atto avranno validità di 36 mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 24 mesi e prorogabili per 12 mesi, con facoltà di risoluzione immediata nel caso venga aggiudicata la gara regionale;
- secondo quanto disposto con deliberazione del Direttore Generale 1153 del 07/07/2023 con la quale vengono fornite prime indicazioni relativamente all'incentivazione delle funzioni tecniche secondo quanto previsto dall'art 45 del D.Lgs 36/2023, si quantifica provvisoriamente nella misura massima del 2% pari ad € 11.809,67 l'importo delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche, se e in quanto dovute.

Visto il D. Lgs. n.36/2023.

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica propone pertanto di:

- approvare i verbali della Commissione Giudicatrice del 09.01.2024, 24.01.2024 e 19.02.2024 relativi alla valutazione dell'offerta tecnica, e del 20.02.2024 di apertura dell'offerta economica, Allegati n. 1 e n. 2 al presente provvedimento;

- aggiudicare la gara europea a procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs n.36/2023, per l'affidamento della fornitura di sistemi protesici per l'esecuzione di protesi di spalla per il periodo di 36 mesi come segue:
  - Lotto 1 - Sistema protesico interamente modulare per l'esecuzione di interventi di artroprotesi totale anatomica, artroprotesi totale inversa ed endoprotesi di spalla: ditta Medacta Italia S.r.L. per l'importo triennale di € 288.825,12 (IVA esclusa);
  - Lotto 2 - Sistema protesico ad elevata modularità che permetta di eseguire un intervento di endoprotesi, artroprotesi, protesi di rivestimento, spalla inversa e di revisione con la compatibilità fra le varie componenti dell'impianto: ditta Limacorporate S.p.A per l'importo triennale di € 498.570,00 (IVA esclusa).
- dare atto che questa Azienda si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto nel caso venga aggiudicata la gara regionale;
- individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) dr. Alessandro Cappellari, Dirigente medico dell'U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Bassano.

## IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

## DELIBERA

1. di approvare i verbali della Commissione Giudicatrice del 09.01.2024, 24.01.2024 e 19.02.2024 relativi alla valutazione dell'offerta tecnica, e del 20.02.2024 di apertura dell'offerta economica, Allegati n. 1 e n. 2 al presente provvedimento;
2. di aggiudicare la gara europea a procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs n.36/2023, per l'affidamento della fornitura di sistemi protesici per l'esecuzione di protesi di spalla per il periodo di 36 mesi come segue:
  - Lotto 1 - Sistema protesico interamente modulare per l'esecuzione di interventi di artroprotesi totale anatomica, artroprotesi totale inversa ed endoprotesi di spalla: ditta Medacta Italia S.r.L. per l'importo triennale di € 288.825,12 (IVA esclusa);
  - Lotto 2 - Sistema protesico ad elevata modularità che permetta di eseguire un intervento di endoprotesi, artroprotesi, protesi di rivestimento, spalla inversa e di revisione con la compatibilità fra le varie componenti dell'impianto: ditta Limacorporate S.p.A per l'importo triennale di € 498.570,00 (IVA esclusa);
3. di dare atto che questa Azienda si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto nel caso venga aggiudicata la gara regionale;
4. di dare atto che i contratti d'appalto che saranno stipulati in esecuzione del presente atto avranno validità di 36 mesi, indicativamente dal 01.06.2024 al 31.05.2027, eventualmente rinnovabili per ulteriori 24 mesi e prorogabili per 12 mesi;

5. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 818.890,92 (IVA 4% compresa) per il periodo di 36 mesi, oltre gli incentivi per funzioni tecniche ex art. art. 45 del Dlgs 36/2023, trova copertura nel bilancio come segue:

anno	conto	PGR	descrizione	importo
2024	BA0220A00	47	dispositivi protesici	159.228,79 €
2025				272.963,64 €
2026				272.963,64 €
2027				113.734,85 €
2024	BA2884000	650	accantonamento incentivi funzioni tecniche ex art.113 del Dlgs 50/2016, dal 1.07.2023 sostituito da art. 45 del Dlgs 36/2023	11.809,67 €

6. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, i dati sono i seguenti:
- Lotto 1: CIG nr. A0190952EF - ditta Medacta Italia S.r.L. con sede legale in Milano via Giorgio Stephenson, 94 - Codice fiscale 00514240142 - Partita IVA 12259760150;
  - Lotto 2: CIG nr. A0190A2DA6 – ditta Limacorporate S.p.A. con sede a San Daniele del Friuli (UD) fraz. Villanova in via Nazionale n. 52 - Codice fiscale P.I. 01427710304 - Partita IVA P.I. 01427710304;
7. di individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) dr. Alessandro Cappellari, Dirigente medico dell'U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Bassano;
8. di dare atto che l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica provvederà a trasmettere alla Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.), entro un anno dall'aggiudicazione, una relazione che evidenzi l'economicità della procedura rispetto ad una fornitura suddivisa in lotti per categorie omogenee di protesi;
9. di provvedere a tutte le comunicazioni e a tutti gli obblighi informativi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente circa l'esito della gara, i cui costi, sostenuti da questa Azienda, saranno rimborsati dalla ditta aggiudicataria;
10. di incaricare l'U.O.C. proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023;
11. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 giorni continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

**Regione Veneto**  
**AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA**  
 C.F. e P. IVA 00913430245

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA  
 DI SISTEMI PROTESICI PER L’ESECUZIONE DI PROTESI DI SPALLA PER L’AZIENDA ULSS  
 N. 7 PEDEMONTANA. GARA 2023-217-BAS.**

**VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE**  
**1ª seduta del 09/01/2024**

Il giorno 9 gennaio 2024 alle ore 12:00 si è riunita, in videoconferenza, la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione tecnico-qualitativa della documentazione tecnica, presentata dalle ditte partecipanti alla procedura di gara in oggetto, nominata con delibera n. 2214 del 22.12.2023, che risulta così composta:

**PRESIDENTE:** dott.ssa Giovanna Pilotto, Dirigente Farmacista U.O.C. Farmacia;

**COMPONENTI:** dr. Alessandro Cappellari, Dirigente Medico U.O.C. Ortopedia e Traumatologia P.O. Bassano;

dr. Davide Scucchiari, Dirigente Medico, Dirigente Medico U.O.C. Ortopedia e Traumatologia P.O. Santorso;

**SEGRETARIO:** dott.ssa Angela Pascale, Assistente Amministrativo U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica.

Il Presidente ricorda che, tramite la piattaforma Sintel, hanno presentato offerta e sono state ammesse alla fase di valutazione della documentazione tecnica, come da verbale agli atti, le seguenti ditte:

LOTTO	DITTA	ID OFFERTA	DATA	ORA
1 - 2	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	1700821365337	24/11/2023	11.22.45
2	LIMACORPORATE S.p.A.	1701098815147	27/11/2023	16.26.55
1 - 2	MEDACTA ITALIA SRL	1701185051162	28/11/2023	16.24.11

Il presidente rammenta che l’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

L’attribuzione dei 70 punti qualità previsti saranno assegnati valutando le caratteristiche dell’offerta tecnica delle ditte concorrenti sulla base dei seguenti criteri indicati dall’art. 16.1 del disciplinare di gara:

CRITERI /ELEMENTI DI VALUTAZIONE	SUB CRITERI	Metodo attribuzione punteggi	PUNTEGGI O MASSIMO
1.CARATTERISTICHE DELLA PROTESI	1.1 Stelo di forma conica di varie taglie, con corpo omerale di varia forma e	Discrezionale: relazionale	<b>MASSIMO PUNTI 20</b>



TOT. MAX PUNTI 40	taglia. Presenza di congegno per l'estrazione e varietà di diametri e lunghezza delle teste. Varietà di taglie del metal back dotato di fori per le viti; sarà oggetto di valutazione il tipo di finitura superficiale		
	1.2 Versatilità. Verrà apprezzata maggiormente la protesi che garantisce la possibilità di conversione di un'endoprotesi in artroprotesi inversa utilizzando lo stesso stelo	Discrezionale: relazionare	<b>MASSIMO PUNTI 20</b>
2.CONFEZIONAMENTO TOT. MAX PUNTI 5	Verrà apprezzata maggiormente la protesi che garantisce la maggior sicurezza nel mantenimento della sterilità, la miglior riconducibilità del prodotto e la maggior semplicità di apertura	Discrezionale: relazionare	<b>MASSIMO PUNTI 5</b>
3.STRUMENTARIO TOT. MAX PUNTI 10	3.1 Versatilità. Verrà apprezzato maggiormente lo strumentario che garantisce la facilità di utilizzo	Discrezionale: relazionare	<b>MASSIMO PUNTI 5</b>
	3.2 Ergonomicità del kit. Verrà apprezzato maggiormente il kit che garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	Discrezionale: relazionare	<b>MASSIMO PUNTI 5</b>
4.FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA TOT. MAX PUNTI 5	Verranno apprezzate maggiormente le offerte corredate da dimostrazioni tecniche di validità del prodotto con follow up clinico ed eventuali dati pubblicati su riviste scientifiche	Discrezionale: relazionare	<b>MASSIMO PUNTI 5</b>
5.SERVIZIO ASSISTENZA TOT. MAX PUNTI 10	Saranno maggiormente apprezzate le offerte che garantiranno audit periodici e corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici delle protesi e dello strumentario	Discrezionale: relazionare	<b>MASSIMO PUNTI 10</b>

#### Attribuzione dei punteggi

I giudizi verranno espressi dalla Commissione Giudicatrice secondo la seguente scala di valutazione:

Livello definizione	Analisi	Coefficiente
Ottimo	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	1,00
Buono	Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,80
Discreto	Proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,60
Sufficiente	Proposta essenziale, semplice, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,40
Scarso	Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice con pochi aspetti, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,20



Livello definizione	Analisi	Coefficiente
Non classificabile	Senza alcuna proposta o inadeguata rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,00

La Commissione prende visione del disciplinare di gara, del capitolato speciale di gara e dei chiarimenti forniti alle ditte prima della presentazione delle offerte.

Il Presidente ricorda che non verranno ammesse alla fase successiva di gara le offerte che in sede di valutazione tecnica non avranno raggiunto complessivamente il punteggio minimo di punti 42/70.

La Commissione inizia l'esame congiunto della documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti e viste le schede tecniche presentate dalle ditte concorrenti incarica il segretario della Commissione di convocare le ditte per la prova visione della campionatura secondo il seguente calendario:

Ditta	data prova visione campionatura
MEDACTA ITALIA SRL	24/01/2024 ore 12:00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	24/01/2024 ore 12:30
LIMACORPORATE S.p.A.	24/01/2024 ore 13:00

La seduta si chiude alle ore 14:30.

Il presente verbale composto da n. 3 pagine è letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente:

F.to dott.ssa Giovanna Pilotto

\_\_\_\_\_

Componente:

F.to dr. Alessandro Cappellari

\_\_\_\_\_

Componente:

F.to dr. Davide Scucchiari

\_\_\_\_\_

Il segretario:

F.to dott.ssa Angela Pascale

\_\_\_\_\_

**VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE****2ª seduta del 24.01.2024**

Il giorno 24 gennaio 2024 alle ore 12:00, presso la sala riunione del Dipartimento Diagnostici del P.O. di Santorso, si è riunita al completo in seduta riservata la Commissione Giudicatrice, incaricata della valutazione tecnico-qualitativa della documentazione tecnica, presentata dalle ditte partecipanti alla procedura di gara.

Il Presidente, riconosciuta validamente costituita la Commissione, dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende atto che tramite la funzionalità “Comunicazioni” della procedura SINTEL sono state convocate le ditte per la prova/visione dei dispositivi offerti come segue:

**Ditta MEDACTA ITALIA SRL convocata con nota prot. n. 2260 del 10.01.2024:**

- Data: 24.01.2024 ore 12:00
- Presenza lo specialist il sig. Renato Frediani  
prova visione dei dispositivi come da DDT nr. B16-24-02661 del 22.01.2024.

**Ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A convocata con nota prot. n. 2249 del 10.01.2024:**

Non ha presentato la campionatura prevista per il giorno 24.01.2024 alle ore 12:30.

**Ditta LIMACORPORATE S.p.A. convocata con nota prot. n. 2255 del 10.01.2024:**

Data: 24.01.2024 ore 13:00

- Presenza lo specialist il sig. Ferruccio Vezzaro
- prova visione dei dispositivi come da DDT nr. 24011822 del 22.01.2024.

La Commissione stabilisce quindi di riunirsi il giorno 19.02.2024 per iniziare l'esame delle offerte tecniche.

La seduta viene chiusa alle ore 14:00.

Il presente verbale composto da n. 1 pagina è letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente: F.to dott.ssa Giovanna Pilotto

---

Componente: F.to dr. Alessandro Cappellari

---

Componente: F.to dr. Davide Scucchiari

---

Il segretario: F.to dott.ssa Angela Pascale

---

### 3ª seduta del 19.02.2024

Il giorno 19 febbraio 2024 alle ore 12:00 si è riunita, in videoconferenza, in seduta riservata la Commissione Giudicatrice, incaricata della valutazione tecnico-qualitativa della documentazione tecnica, presentata dalle ditte partecipanti alla procedura di gara.

Il Presidente, riconosciuta validamente costituita la Commissione, dichiara aperta la seduta.

La Commissione riprende quindi l'esame congiunto della documentazione tecnica e dopo approfondita discussione passa ad attribuire unanimemente le seguenti valutazioni e punteggi per singolo criterio.

**Lotto 1 - Sistema protesico interamente modulare per l'esecuzione di interventi di artroprotesi totale anatomica, artroprotesi totale inversa ed endoprotesi di spalla per l'importo triennale a base d'asta di € 367.006,50 (IVA esclusa).**

#### Ditta MEDACTA ITALIA SRL

CRITERI	ANALISI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
1.1 Stelo di forma conica di varie taglie, con corpo omerale di varia forma e taglia. Presenza di congegno per l'estrazione e varietà di diametri e lunghezza delle teste. Varietà di taglie del metal back dotato di fori per le viti; sarà oggetto di valutazione il tipo di finitura superficiale	Ampia gamma di Steli (varie lunghezze e taglie). Teste di diversi diametri. Metal back di tre taglie diverse con viti da 2 a 5: OTTIMO	1,00	20
1.2 Versatilità. Verrà apprezzata maggiormente la protesi che garantisce la possibilità di conversione di un'endoprotesi in artroprotesi inversa utilizzando lo stesso stelo	Risulta possibile convertire la protesi anatomica in protesi inversa mantenendo lo stelo in sede, non è possibile invece mantenere la componente glenoidea che deve essere per forza cambiata: BUONO	0,80	16
2.Verrà apprezzata maggiormente la protesi che garantisce la maggior sicurezza nel mantenimento della sterilità, la miglior riconducibilità del prodotto e la maggior semplicità di apertura	Risulta garantita la sicurezza nel mantenimento della sterilità con presenza del QR code per la riconducibilità IFU: OTTIMO	1,00	5
3.1 Versatilità. Verrà apprezzato maggiormente lo strumentario che garantisce la facilità di utilizzo	Dalle schede tecniche garantita la più ampia versatilità: OTTIMO	1,00	5
3.2 Ergonomicità del kit. Verrà apprezzato maggiormente il kit che garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	Kit ergonomico che garantisce la migliore praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo: OTTIMO	1,00	5
4.Verranno apprezzate maggiormente le offerte corredate da dimostrazioni tecniche di validità del prodotto con follow up clinico ed eventuali dati pubblicati su riviste scientifiche	Presenti ampie dimostrazioni tecniche di validità del prodotto con follow up di studi clinici e articoli scientifici pubblicati su riviste impattate: OTTIMO	1,00	5



5.Saranno maggiormente apprezzate le offerte che garantiranno audit periodici e corsi di formazione in occasione di up grade tecnologici delle protesi e dello strumentario	Garantita l'assistenza con audit periodici e corsi di formazione in occasione di up grade tecnologici delle protesi e dello strumentario: OTTIMO	<b>1,00</b>	<b>10</b>
		<b>Totale</b>	<b>66/70</b>

**Ditta: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.**

CRITERI	ANALISI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
1.1 Stelo di forma conica di varie taglie, con corpo omerale di varia forma e taglia. Presenza di congegno per l'estrazione e varietà di diametri e lunghezza delle teste. Varietà di taglie del metal back dotato di fori per le viti; sarà oggetto di valutazione il tipo di finitura superficiale	Steli di varie lunghezze e varie taglie. Teste di diversi diametri. Metal back di tre taglie diverse con viti da 2 a 5, possibilità di costruito BIO-RSA ma non di costruito MIO-RSA: BUONO	<b>0,80</b>	<b>16</b>
1.2 Versatilità. Verrà apprezzata maggiormente la protesi che garantisce la possibilità di conversione di un'endoprotesi in artroprotesi inversa utilizzando lo stesso stelo	Risulta possibile convertire la protesi anatomica in protesi inversa mantenendo lo stelo in sede, non è possibile invece mantenere la componente glenoidea che deve essere per forza cambiata: BUONO	<b>0,80</b>	<b>16</b>
2.Verrà apprezzata maggiormente la protesi che garantisce la maggior sicurezza nel mantenimento della sterilità, la miglior riconducibilità del prodotto e la maggior semplicità di apertura	La ditta non ha presentato la campionatura prevista e pertanto dalla documentazione tecnica presentata risulta parzialmente valutabile la sicurezza nel mantenimento della sterilità, la riconducibilità del prodotto e la semplicità di apertura: SCARSO	<b>0,20</b>	<b>1</b>
3.1 Versatilità. Verrà apprezzato maggiormente lo strumentario che garantisce la facilità di utilizzo	Dalle schede tecniche risulta garantita la versatilità: OTTIMO	<b>1,00</b>	<b>5</b>
3.2 Ergonomicità del kit. Verrà apprezzato maggiormente il kit che garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	Kit ergonomico che garantisce la migliore praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo: OTTIMO	<b>1,00</b>	<b>5</b>
6.Verranno apprezzate maggiormente le offerte corredate da dimostrazioni tecniche di validità del prodotto con follow up clinico ed eventuali dati pubblicati su riviste scientifiche	Presenti dimostrazioni tecniche di validità del prodotto con follow up con studi clinici e articoli scientifici pubblicati su riviste impattate: OTTIMO	<b>1,00</b>	<b>5</b>



7.Saranno maggiormente apprezzate le offerte che garantiranno audit periodici e corsi di formazione in occasione di up grade tecnologici delle protesi e dello strumentario	La documentazione presentata a supporto non risulta specifica ed esaustiva in merito ad audit periodici e corsi di formazione specifici per il personale sanitario della Azienda ULSS 7: SUFFICIENTE	<b>0,40</b>	<b>4</b>
<b>Totale</b>			<b>52/70</b>

**Lotto 2 - Sistema protesico ad elevata modularità che permetta di eseguire un intervento di endoprotesi, artroprotesi, protesi di rivestimento, spalla inversa e di revisione con la compatibilità fra le varie componenti dell'impianto per l'importo triennale a base d'asta di € 598.960,10 (IVA esclusa).**

#### **Ditta Medacta**

CRITERI	ANALISI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
1.1 Stelo di forma conica di varie taglie, con corpo omerale di varia forma e taglia. Presenza di congegno per l'estrazione e varietà di diametri e lunghezza delle teste. Varietà di taglie del metal back dotato di fori per le viti; sarà oggetto di valutazione il tipo di finitura superficiale	Ampia gamma di Steli (varie lunghezze e taglie). Teste di diversi diametri. Metal back di tre taglie diverse con viti da 2 a 5, possibile al momento solo costruito BIO-RSA: BUONO	<b>0,80</b>	<b>16</b>
1.2 Versatilità. Verrà apprezzata maggiormente la protesi che garantisce la possibilità di conversione di un'endoprotesi in artroprotesi inversa utilizzando lo stesso stelo	Risulta possibile convertire la protesi anatomica in protesi inversa mantenendo lo stelo in sede, non è possibile invece mantenere la componente glenoidea che deve essere per forza cambiata: BUONO	<b>0,80</b>	<b>16</b>
2.Verrà apprezzata maggiormente la protesi che garantisce la maggior sicurezza nel mantenimento della sterilità, la miglior riconducibilità del prodotto e la maggior semplicità di apertura	Risulta garantita la sicurezza nel mantenimento della sterilità con presenza del QR code per la riconducibilità IFU: OTTIMO	<b>1,00</b>	<b>5</b>
3.1 Versatilità. Verrà apprezzato maggiormente lo strumentario che garantisce la facilità di utilizzo	Garantita la versatilità: OTTIMO	<b>1,00</b>	<b>5</b>
3.2 Ergonomicità del kit. Verrà apprezzato maggiormente il kit che garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	Kit ergonomico che garantisce la migliore praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo: OTTIMO	<b>1,00</b>	<b>5</b>
4.Verranno apprezzate maggiormente le offerte corredate da dimostrazioni tecniche di validità del prodotto con follow up clinico ed eventuali dati pubblicati su riviste scientifiche	Presenti ampie dimostrazioni tecniche di validità del prodotto con follow up con studi clinici e articoli scientifici pubblicati su riviste impattate: OTTIMO	<b>1,00</b>	<b>5</b>
5.Saranno maggiormente apprezzate le offerte che garantiranno audit periodici e corsi di formazione in occasione di up grade	Garantita l'assistenza con audit periodici e corsi di formazione in occasione di up grade	<b>1,00</b>	<b>10</b>



occasione di up grade tecnologici delle protesi e dello strumentario	tecnologici delle protesi e dello strumentario: OTTIMO		
<b>Totale</b>			<b>62/70</b>

**Ditta: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.**

CRITERI	ANALISI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
1.1 Stelo di forma conica di varie taglie, con corpo omerale di varia forma e taglia. Presenza di congegno per l'estrazione e varietà di diametri e lunghezza delle teste. Varietà di taglie del metal back dotato di fori per le viti; sarà oggetto di valutazione il tipo di finitura superficiale	Steli di varie lunghezze e varie taglie. Teste di diversi diametri. Metal back di tre taglie diverse con viti da 2 a 5, possibilità di costruito BIO-RSA ma non di costruito MIO-RSA: BUONO	<b>0,80</b>	<b>16</b>
1.2 Versatilità. Verrà apprezzata maggiormente la protesi che garantisce la possibilità di conversione di un'endoprotesi in artroprotesi inversa utilizzando lo stesso stelo	Risulta possibile convertire la protesi anatomica in protesi inversa mantenendo lo stelo in sede, non è possibile invece mantenere la componente glenoidea che deve essere per forza cambiata: BUONO	<b>0,80</b>	<b>16</b>
2. Verrà apprezzata maggiormente la protesi che garantisce la maggior sicurezza nel mantenimento della sterilità, la miglior riconducibilità del prodotto e la maggior semplicità di apertura	La ditta non ha presentato la campionatura prevista e pertanto dalla documentazione tecnica presentata risulta parzialmente valutabile la sicurezza nel mantenimento della sterilità, la riconducibilità del prodotto e la semplicità di apertura: SCARSO	<b>0,20</b>	<b>1</b>
3.1 Versatilità. Verrà apprezzato maggiormente lo strumentario che garantisce la facilità di utilizzo	Dalle schede tecniche risulta garantita la versatilità: OTTIMO	<b>1,00</b>	<b>5</b>
3.2 Ergonomicità del kit. Verrà apprezzato maggiormente il kit che garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	Kit ergonomico che garantisce la migliore praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo: OTTIMO	<b>1,00</b>	<b>5</b>
4. Verranno apprezzate maggiormente le offerte corredate da dimostrazioni tecniche di validità del prodotto con follow up clinico ed eventuali dati pubblicati su riviste scientifiche.	Presenti dimostrazioni tecniche di validità del prodotto con follow up con studi clinici e articoli scientifici pubblicati su riviste impattate: OTTIMO	<b>1,00</b>	<b>5</b>
5. Saranno maggiormente apprezzate le offerte che garantiranno audit periodici e corsi di formazione in occasione di up grade tecnologici delle protesi e dello strumentario	La documentazione presentata a supporto non risulta specifica ed esaustiva in merito ad audit periodici e corsi di formazione specifici per il personale sanitario della Azienda ULSS 7: SUFFICIENTE	<b>0,40</b>	<b>4</b>
<b>Totale</b>			<b>52/70</b>

**Ditta LIMACORPORATE S.p.A.:**

CRITERI	ANALISI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
1.1 Stelo di forma conica di varie taglie, con corpo omerale di varia forma e taglia. Presenza di congegno per l'estrazione e varietà di diametri e lunghezza delle teste. Varietà di taglie del metal back dotato di fori per le viti; sarà oggetto di valutazione il tipo di finitura superficiale	Steli di varie lunghezze e varie taglie. Teste di diversi diametri. Metal back di quattro taglie diverse con viti da 2 a 4, possibile sia il costruito MIO-RSA che BIO-RSA: OTTIMO	<b>1,00</b>	<b>20</b>
1.2 Versatilità. Verrà apprezzata maggiormente la protesi che garantisce la possibilità di conversione di un'endoprotesi in artroprotesi inversa utilizzando lo stesso stelo	Risulta ottima la possibilità di convertire la protesi anatomica in protesi inversa mantenendo lo stelo in sede: OTTIMO	<b>1,00</b>	<b>20</b>
2. Verrà apprezzata maggiormente la protesi che garantisce la maggior sicurezza nel mantenimento della sterilità, la miglior riconducibilità del prodotto e la maggior semplicità di apertura	Risulta garantita la sicurezza nel mantenimento della sterilità con presenza del QR code per la riconducibilità IFU: OTTIMO	<b>1,00</b>	<b>5</b>
3.1 Versatilità. Verrà apprezzato maggiormente lo strumentario che garantisce la facilità di utilizzo	Garantita la versatilità: OTTIMO	<b>1,00</b>	<b>5</b>
3.2 Ergonomicità del kit. Verrà apprezzato maggiormente il kit che garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	Kit ergonomico che garantisce la migliore praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo: OTTIMO	<b>1,00</b>	<b>5</b>
4. Verranno apprezzate maggiormente le offerte corredate da dimostrazioni tecniche di validità del prodotto con follow up clinico ed eventuali dati pubblicati su riviste scientifiche	Presenti dimostrazioni tecniche di validità del prodotto con follow up con studi clinici e articoli scientifici pubblicati su riviste impattate: OTTIMO	<b>1,00</b>	<b>5</b>
5. Saranno maggiormente apprezzate le offerte che garantiranno audit periodici e corsi di formazione in occasione di up grade tecnologici delle protesi e dello strumentario	Garantita l'assistenza con audit periodici e corsi di formazione in occasione di up grade tecnologici delle protesi e dello strumentario: OTTIMO	<b>1,00</b>	<b>10</b>
<b>Totale</b>			<b>70/70</b>

Al termine dei lavori la Commissione prende atto che ne deriva la seguente situazione finale:

Lotto 1 - Sistema protesico interamente modulare per l'esecuzione di interventi di artroprotesi totale anatomica, artroprotesi totale inversa ed endoprotesi di spalla per l'importo triennale a base d'asta di € 367.006,50 (IVA esclusa).

criterio	punteggio max punti 70	MEDACTA ITALIA SRL	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
1.1 Stelo di forma conica di varie taglie, con corpo omerale di varia forma e taglia. Presenza di congegno per l'estrazione e varietà di diametri e lunghezza delle teste. Varietà di taglie del metal back dotato di fori per le viti; sarà oggetto di valutazione il tipo di finitura superficiale	20	20	16

<b>Criterio</b>	<b>punteggio max punti 70</b>	<b>MEDACTA ITALIA SRL</b>	<b>JOHNSON &amp; JOHNSON MEDICAL S.p.A.</b>
1.2 Versatilità. Verrà apprezzata maggiormente la protesi che garantisce la possibilità di conversione di un'endoprotesi in artroprotesi inversa utilizzando lo stesso stelo	20	16	16
2. Verrà apprezzata maggiormente la protesi che garantisce la maggior sicurezza nel mantenimento della sterilità, la miglior riconducibilità del prodotto e la maggior semplicità di apertura	5	5	1
3.1 Versatilità. Verrà apprezzato maggiormente lo strumentario che garantisce la facilità di utilizzo	5	5	5
3.2 Ergonomicità del kit. Verrà apprezzato maggiormente il kit che garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	5	5	5
4. Verranno apprezzate maggiormente le offerte corredate da dimostrazioni tecniche di validità del prodotto con follow up clinico ed eventuali dati pubblicati su riviste scientifiche	5	5	5
5. Saranno maggiormente apprezzate le offerte che garantiranno audit periodici e corsi di formazione in occasione di up grade tecnologici delle protesi e dello strumentario	10	10	4
<b>Totale punteggio</b>		<b>66</b>	<b>52</b>

Tutte le offerte hanno raggiunto il punteggio minimo di 42/70 punti (cd soglia minima), previsto dal disciplinare di gara e, pertanto, vengono ammesse all'apertura delle offerte economiche.

Lotto 2 - Sistema protesico ad elevata modularità che permetta di eseguire un intervento di endoprotesi, artroprotesi, protesi di rivestimento, spalla inversa e di revisione con la compatibilità fra le varie componenti dell'impianto per l'importo triennale a base d'asta di € 598.960,10 (IVA esclusa).

<b>Criterio</b>	<b>punteggio max punti 70</b>	<b>MEDACTA ITALIA SRL</b>	<b>JOHNSON &amp; JOHNSON MEDICAL S.p.A.</b>	<b>LIMACORPORATE S.p.A</b>
1.1 Stelo di forma conica di varie taglie, con corpo omerale di varia forma e taglia. Presenza di congegno per l'estrazione e varietà di diametri e lunghezza delle teste. Varietà di taglie del metal back dotato di fori per le viti; sarà oggetto di valutazione il tipo di finitura superficiale	20	16	16	20
1.2 Versatilità. Verrà apprezzata maggiormente la protesi che garantisce la possibilità di conversione di un'endoprotesi in artroprotesi inversa utilizzando lo stesso stelo	20	16	16	20
2 Verrà apprezzata maggiormente la protesi che garantisce la maggior sicurezza nel mantenimento della sterilità, la miglior riconducibilità del prodotto e la maggior semplicità di apertura	5	5	1	5

<b>Criterio</b>	<b>punteggio max punti 70</b>	<b>MEDACTA ITALIA SRL</b>	<b>JOHNSON &amp; JOHNSON MEDICAL S.p.A.</b>	<b>LIMACORPORATE S.p.A</b>
3.1 Versatilità. Verrà apprezzato maggiormente lo strumentario che garantisce la facilità di utilizzo	5	5	5	5
3.2 Ergonomia del kit. Verrà apprezzato maggiormente il kit che garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	5	5	5	5
4 Verranno apprezzate maggiormente le offerte corredate da dimostrazioni tecniche di validità del prodotto con follow up clinico ed eventuali dati pubblicati su riviste scientifiche	5	5	5	5
5 Saranno maggiormente apprezzate le offerte che garantiranno audit periodici e corsi di formazione in occasione di up grade tecnologici delle protesi e dello strumentario	10	10	4	10
<b>Totale punteggio</b>		<b>62</b>	<b>52</b>	<b>70</b>

La Commissione ricorda che qualora la migliore offerta non raggiunga il massimo punteggio qualità di 70 punti si procederà, per le offerte che avranno raggiunto il punteggio minimo sopra indicato, alla riparametrazione, assegnando 70 punti all'offerta con il punteggio assoluto più alto; agli altri concorrenti verranno assegnati punteggi direttamente proporzionali sulla base della seguente formula:

$$PQ_x = 70 * PT_x / PT_{MAX}$$

Dove:

$PQ_x$  = Punteggio qualità assegnato al concorrente

70 = costante (punteggio massimo previsto per la qualità dagli atti di gara)

$PT_x$  = Punteggio qualità attribuito dalla Commissione Giudicatrice all'offerta tecnica del concorrente

$PT_{MAX}$  = Punteggio qualità attribuito dalla Commissione Giudicatrice all'offerta tecnica che ha ricevuto il miglior punteggio tra le offerte tecniche ammesse in gara.

La Commissione procede, pertanto, alla riparametrazione del punteggio relativo al Lotto 1 da cui risulta quanto segue:

Lotto 1 - Sistema protesico interamente modulare per l'esecuzione di interventi di artroprotesi totale anatomica, artroprotesi totale inversa ed endoprotesi di spalla per l'importo triennale a base d'asta di € 367.006,50 (IVA esclusa).	<b>MEDACTA ITALIA SRL</b>	<b>JOHNSON &amp; JOHNSON MEDICAL S.p.A.</b>
	Punteggio iniziale 66/70	Punteggio iniziale 52/70
<b>Totale punteggio riparametrato</b>	<b>70,00</b>	<b>55,15</b>

Alle ore 14:00 si concludono i lavori e termina la seduta.

Il presente verbale, composto da n. 8 pagine è letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente:

F.to dott.ssa Giovanna Pilotto

\_\_\_\_\_

Componente:

F.to dr. Alessandro Cappellari

\_\_\_\_\_



Componente:

F.to dr. Davide Scucchiari

---

Il segretario:

F.to dott.ssa Angela Pascale

---



**Regione Veneto**  
**AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA**  
**C.F. e P. IVA 00913430245**

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI PROTESICI PER L’ESECUZIONE DI PROTESI DI SPALLA PER L’AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA. GARA 2023-217-BAS.**

**VERBALE APERTURA OFFERTE ECONOMICHE**

Il giorno 20 febbraio 2024 alle ore 9:00 si è riunita in videoconferenza la Commissione Giudicatrice, per procedere all’apertura delle offerte economiche presentate dalle ditte partecipanti alla procedura di gara in oggetto, nominata con delibera n. 2214 del 22.12.2023 e composta come segue:

**PRESIDENTE:** dott.ssa Giovanna Pilotto, Dirigente Farmacista U.O.C. Farmacia;

**COMPONENTI:** dr. Alessandro Cappellari, Dirigente Medico U.O.C. Ortopedia e Traumatologia P.O. Bassano;

dr. Davide Scucchiari, Dirigente Medico, Dirigente Medico U.O.C. Ortopedia e Traumatologia P.O. Santorso;

**SEGRETARIO:** dott.ssa Angela Pascale, Assistente Amministrativo U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica.

Il Presidente procede, quindi, a dare lettura dei punteggi qualità attribuiti dalla Commissione Giudicatrice a seguito della valutazione tecnico-qualitativa della documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti nelle seduta riservata in data 24.01.2024 e 19.02.2024 di seguito riportati:

Lotto 1 - Sistema protesico interamente modulare per l’esecuzione di interventi di artroprotesi totale anatomica, artroprotesi totale inversa ed endoprotesi di spalla per l’importo triennale a base d’asta di € 367.006,50 (IVA esclusa).

<b>Criterio</b>	<b>punteggio max punti 70</b>	<b>MEDACTA ITALIA SRL</b>	<b>JOHNSON &amp; JOHNSON MEDICAL S.p.A.</b>
1.1 Stelo di forma conica di varie taglie, con corpo omerale di varia forma e taglia. Presenza di congegno per l’estrazione e varietà di diametri e lunghezza delle teste. Varietà di taglie del metal back dotato di fori per le viti; sarà oggetto di valutazione il tipo di finitura superficiale	20	20	16
1.2 Versatilità. Verrà apprezzata maggiormente la protesi che garantisce la possibilità di conversione di un’endoprotesi in artroprotesi inversa utilizzando lo stesso stelo	20	16	16
2.Verrà apprezzata maggiormente la protesi che garantisce la maggior sicurezza nel mantenimento della sterilità, la miglior riconducibilità del prodotto e la maggior semplicità di apertura	5	5	1
3.1Versatilità. Verrà apprezzato maggiormente lo strumentario che garantisce la facilità di utilizzo	5	5	5

<b>Criterio</b>	<b>punteggio max punti 70</b>	<b>MEDACTA ITALIA SRL</b>	<b>JOHNSON &amp; JOHNSON MEDICAL S.p.A.</b>
3.2 Ergonomicità del kit. Verrà apprezzato maggiormente il kit che garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	5	5	5
4. Verranno apprezzate maggiormente le offerte corredate da dimostrazioni tecniche di validità del prodotto con follow up clinico ed eventuali dati pubblicati su riviste scientifiche	5	5	5
5. Saranno maggiormente apprezzate le offerte che garantiranno audit periodici e corsi di formazione in occasione di up grade tecnologici delle protesi e dello strumentario	10	10	4
<b>Totale punteggio</b>		<b>66,00</b>	<b>52,00</b>

Lotto 2 - Sistema protesico ad elevata modularità che permetta di eseguire un intervento di endoprotesi, artroprotesi, protesi di rivestimento, spalla inversa e di revisione con la compatibilità fra le varie componenti dell'impianto per l'importo triennale a base d'asta di € 598.960,10 (IVA esclusa).

<b>Criterio</b>	<b>punteggio max punti 70</b>	<b>MEDACTA ITALIA SRL</b>	<b>JOHNSON &amp; JOHNSON MEDICAL S.p.A.</b>	<b>LIMACORPORATE S.p.A</b>
1.1 Stelo di forma conica di varie taglie, con corpo omerale di varia forma e taglia. Presenza di congegno per l'estrazione e varietà di diametri e lunghezza delle teste. Varietà di taglie del metal back dotato di fori per le viti; sarà oggetto di valutazione il tipo di finitura superficiale	20	16	16	20
1.2 Versatilità. Verrà apprezzata maggiormente la protesi che garantisce la possibilità di conversione di un'endoprotesi in artroprotesi inversa utilizzando lo stesso stelo	20	16	16	20
2. Verrà apprezzata maggiormente la protesi che garantisce la maggior sicurezza nel mantenimento della sterilità, la miglior riconducibilità del prodotto e la maggior semplicità di apertura	5	5	1	5
3.1 Versatilità. Verrà apprezzato maggiormente lo strumentario che garantisce la facilità di utilizzo	5	5	5	5
3.2 Ergonomicità del kit. Verrà apprezzato maggiormente il kit che garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	5	5	5	5



criterio	punteggio max punti 70	MEDACTA ITALIA SRL	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	LIMACORPORATE S.p.A
4. Verranno apprezzate maggiormente le offerte corredate da dimostrazioni tecniche di validità del prodotto con follow up clinico ed eventuali dati pubblicati su riviste scientifiche	5	5	5	5
5. Saranno maggiormente apprezzate le offerte che garantiranno audit periodici e corsi di formazione in occasione di up grade tecnologici delle protesi e dello strumentario	10	10	4	10
Totale punteggio		62,00	52,00	70,00

**Punteggi riparametrati del Lotto 1:**

	MEDACTA ITALIA SRL	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
Lotto 1 - Sistema protesico interamente modulare per l'esecuzione di interventi di artroprotesi totale anatomica, artroprotesi totale inversa ed endoprotesi di spalla per l'importo triennale a base d'asta di € 367.006,50 (IVA esclusa).	Punteggio iniziale 66/70	Punteggio iniziale 52/70
<b>Totale punteggio riparametrato</b>	<b>70,00</b>	<b>55,15</b>

Tutte le offerte hanno raggiunto il punteggio minimo di 42/70 punti (cd soglia minima), previsto dal disciplinare di gara e, pertanto, vengono ammesse all'apertura delle offerte economiche.

Il Presidente ricorda che il punteggio economico attribuito alle offerte economiche verrà determinato secondo la seguente formula:

$$P_a = P_{\max} \times \frac{P_{\min}}{P_o}$$

Dove si intende:

- P<sub>a</sub>** = Punteggio da assegnare all'offerta in considerazione  
**P<sub>max</sub>** = punteggio economico massimo assegnabile (30 punti)  
**P<sub>min</sub>** = prezzo più basso offerto in gara  
**P<sub>o</sub>** = prezzo offerto dal singolo concorrente

Qualora la migliore offerta non raggiunga il massimo punteggio qualità di 70 punti si procederà, per le offerte che avranno raggiunto il punteggio minimo sopra indicato, alla **riparametrazione**, assegnando 70 punti all'offerta con il punteggio assoluto più alto; agli altri concorrenti verranno assegnati punteggi direttamente proporzionali sulla base della seguente formula:

$$PQ_x = 70 * PT_x / PT_{MAX}$$

Dove:

PQ<sub>x</sub> = Punteggio qualità assegnato al concorrente

70 = costante (punteggio massimo previsto per la qualità dagli atti di gara)

PT<sub>x</sub> = Punteggio qualità attribuito dalla Commissione Giudicatrice all'offerta tecnica del concorrente

PTMAx = Punteggio qualità attribuito dalla Commissione Giudicatrice all' offerta tecnica che ha ricevuto il miglior punteggio tra le offerte tecniche ammesse in gara.

La Commissione accede, quindi, alla piattaforma Sintel per l'esercizio delle proprie funzioni mediante le credenziali del segretario verbalizzante e procede all'apertura della "busta telematica" contenente l'offerta economica delle ditte concorrenti.

Il Presidente ricorda altresì che, come previsto dall'art. 15 del Disciplinare di gara, sono inammissibili le offerte che superino gli importi complessivi per singolo lotto a base d'asta per 36 mesi.

Il Presidente procede a dare lettura delle offerte economiche delle ditte di seguito riportate:

Lotto 1 - Sistema protesico interamente modulare per l'esecuzione di interventi di artroprotesi totale anatomica, artroprotesi totale inversa ed endoprotesi di spalla per l'importo triennale a base d'asta di € 367.006,50 (IVA esclusa).

Fornitore	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
Medacta Italia S.r.L.	€ 297.000,00	30,00	70,00	100,00
Johnson & Johnson Medical S.P.A.	€ 360.480,00	24,72	55,15	79,87

Lotto 2 - Sistema protesico ad elevata modularità che permetta di eseguire un intervento di endoprotesi, artroprotesi, protesi di rivestimento, spalla inversa e di revisione con la compatibilità fra le varie componenti dell'impianto per l'importo triennale a base d'asta di € 598.960,10 (IVA esclusa).

Fornitore	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
Limacorporate S.p.A	€ 551.370,00	26,84	70,00	96,84
Medacta Italia S.r.L.	€ 493.350,00	30,00	62,00	92,00
Johnson & Johnson Medical S.P.A.	€ 598.425,00	24,73	52,00	76,73

Il Presidente dispone di trasmettere il presente verbale e la documentazione al Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica e Responsabile Unico del Progetto, dott.ssa Elisabetta Zambonin.

Alle ore 10:30 si concludono i lavori e termina la seduta.

Il presente verbale, composto da n. 4 pagine è letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente: F.to dott.ssa Giovanna Pilotto

\_\_\_\_\_

Componente: F.to dr. Alessandro Cappellari

\_\_\_\_\_

Componente: F.to dr. Davide Scucchiari

\_\_\_\_\_

Il segretario: F.to dott.ssa Angela Pascale

\_\_\_\_\_