

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 950 DEL 22/05/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa LAURA ESPOSITO

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA, PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI BIOPSIA VUOTO ASSISTITA (VAB) SOTTO GUIDA ECOGRAFICA CON MESSA A DISPOSIZIONE DELL'ATTREZZATURA NECESSARIA. GARA AULSS7_2026_00072.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 963/26

Il Dirigente, Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Fabiola Grazian

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica relaziona quanto segue.

Premesso che in vista della scadenza del contratto con la ditta Devicor Medical Italy per la fornitura di kit biopsia vuoto assistita con messa a disposizione dell'apparecchiatura necessaria, aggiudicato con deliberazione n. 825 del 03.05.2024, con email del 02.02.2026 e successiva del 09.02.2026 l'UOC Farmacia, in collaborazione con la UOS Ingegneria clinica per la parte delle apparecchiature, ha trasmesso all'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica i fabbisogni per l'avvio di una nuova procedura di gara per la fornitura di materiale per l'esecuzione di biopsia vuoto assistita (VAB) sotto guida ecografica con messa a disposizione dell'attrezzatura necessaria.

Dato atto che:

- l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.L. n. 36/2023, prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto per importi inferiori ad € 140.000,00;
- nell'elenco delle procedure in programmazione da parte dell'Azienda Zero – UOC CRAV, periodicamente aggiornato sul sito della Regione, non risulta in programmazione alcuna procedura di gara per la fornitura in argomento;
- l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha pertanto provveduto a pubblicare sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel e sul sito internet aziendale, con prot. Ulss n. 0019584/26 del 27.02.2026 (ID Sintel 215725470) specifico avviso di indagine di mercato comparativa con preventivo per l'affidamento della fornitura di materiale per l'esecuzione di biopsia vuoto assistita (VAB) sotto guida ecografica con messa a disposizione dell'attrezzatura necessaria, per l'importo biennale presunto di € 56.080,00+IVA come di seguito riportato:

Rif.	Descrizione tecnica	Q.tà 24 mesi	Importo presunto per 24 mesi (IVA esclusa)
1	Materiale necessario per l'esecuzione di biopsia vuoto assistita (VAB) sotto guida ecografica: - ago per prelievo biotico comprendenti i calibri in un range di 8G e 10 G - contenitore per la raccolta dei campioni; - tubi di raccordo; - sistema di raccolta fluidi; - qualsiasi altro accessorio necessario al corretto funzionamento del sistema. Il materiale deve essere fornito sterile, in confezionamento atto a garantire la sterilità. Tutte le parti che possono entrare in contatto con il paziente devono essere latex free	n.160	€ 49.600,00
	Apparecchiature di ultima generazione complete di tutti gli accessori per la realizzazione della biopsia sotto guida ecografica comprensiva di installazione, messa in funzione e collaudo, manutenzione preventiva, ordinaria, straordinaria, aggiornamenti tecnologici in corso di contratto.	n.2	
2	Marcatore tissutale mammario per la localizzazione della cavità di biopsia dopo esecuzione di VAB ecoguidata con clip nichel free, visibile ecograficamente a distanza di almeno 6 mesi, MRI compatibile	n.40	€ 6.480,00

Preso atto che entro il termine del 13.03.2026 ore 13:00 sono pervenute le proposte tecniche ed economiche delle seguenti ditte:

Riferimento	Ditta	Prezzo offerto IVA ESCLUSA
1	Hologic Italia srl	€ 46.080,00
	Devicor Medical Italy	€ 49.600,00
2	Hologic Italia srl	€ 3.600,00
	Devicor Medical Italy	€ 6.480,00

Dato atto che:

- con email del 03.04.2026 l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha trasmesso alla dr.ssa Silvana Bedont, Dirigente Medico della UOC Radiologia del P.O. di Bassano e al dr. Antonello Mazzeo, Dirigente Medico della UOC Radiologia del P.O. di Santorso, quali esperti individuati dalla Direzione Generale con e-mail del 03.04.2026, le proposte tecniche ed economiche delle suddette ditte per la valutazione tecnico-qualitativa;
- in data 20.04.2026 è pervenuta la relazione di scelta degli esperti sopra citati con cui, esaminata la documentazione tecnica prodotta dalle ditte, è stata individuata per entrambi i riferimenti quale migliore offerta la proposta tecnica economica della ditta Devicor Medical Italy per le motivazioni riportate nella relazione allegata, parte integrante del presente provvedimento.

Dato atto altresì che:

- con email del 28.04.2026 l'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica ha richiesto alla ditta Devicor Medical Italy la disponibilità a praticare una miglioria sui prezzi dell'offerta presentata;
- con email del 05.05.2026 la ditta Devicor Medical Italy ha confermato la disponibilità a praticare una miglioria del prezzo come segue:
 - Riferimento 1: da € 49.600,00 a € 49.440,00
 - Riferimento 2: da € 6.480,00 a € 6.400,00
 per un importo complessivo di € 55.840,00.

Rilevato che l'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica ha provveduto, quindi, ad attivare in data 07.05.2026, sulla piattaforma Aria/Sintel con prot. Ulss n.0043018/26 del 07.05.2026 (ID Sintel 219067389) la procedura telematica di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, con la ditta Devicor Medical srl per la fornitura di materiale per l'esecuzione di biopsia vuoto assistita (VAB) sotto guida ecografica con messa a disposizione dell'attrezzatura necessaria per l'importo di € 55.840,00+IVA per il periodo di 24 mesi, con eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi;

Preso atto che entro il termine stabilito del 13.05.2026 - ore 13.00, la sopra citata ditta ha presentato regolare offerta come segue:

Descrizione	REF	REP	CND	Q.tà 24 mesi	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Totale offerta 24 mesi (IVA esclusa)
Pedaliera MAMMOTOME REVOLVE	MFOOT1	2940055	Z129099	N.2	/	€ 0,00
DRIVER EX per MAMMOTOME REVOLVE	MHEXH1	2356054	Z129099	n.2	/	€ 0.00
Kit monouso ecografico VAE MAMMOTOME REVOLVE	CKBCxxxEXREV*	/	/	n. 160	€ 309,00	€ 49.440,00

Kit monouso ecografico MAMMOTOME REVOLVE	CKBCxxxUREV*		NA			
Marcatore di sito biotipico	STARxxx 4010-xx-xx-xx		NA	n.40	€ 160,00	€ 6.400,00

per l'importo complessivo di € 55.840,00 =IVA esclusa;

Accertato che:

- l'acquisto in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal D.P.C.M. di cui all'art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014 e s.m.i. e relativi indirizzi applicativi, e non risulta attiva alcuna iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;
- non risultano prezzi di riferimento negli elenchi trasmessi da Azienda Zero - UOC CRAV con nota prot. n. 0166896 del 16.03.2026 (nota prot. Ulss n. 0025344/26 del 16.03.2026).

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 15 c. 7 e 8, nonché di quanto previsto dall'art. 8 dell'All. I.2 e art. 32, c. 2 e 3 dell'All. II.14 del D.Lgs 36/2023 (trattandosi di fornitura che coinvolge unità operative diverse da quella che ha effettuato l'affidamento), si rende necessario individuare, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il dr. Piero Zanutto, Dirigente medico della UOC Radiologia del P.O. di Santorso come da proposta della UOC Radiologia Santorso, vistata favorevolmente dal Direttore Sanitario e approvata dal Direttore Generale con email del 03.04.2026;
- la verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 D. Lgs. n.36/2023 risulta positivamente conclusa;
- il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) è la dott.ssa Elisabetta Berno, Responsabile U.O.S. Gestione Gare.

Visto il D.Lgs. n. 36/2023, per quanto sopra il Dirigente propone di:

- affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta Devicor Medical srl la fornitura di materiale per l'esecuzione di biopsia vuoto assistita (VAB) sotto guida ecografica con messa a disposizione dell'attrezzatura necessaria per l'importo complessivo di € 55.840,00+IVA per il periodo di 24 mesi, con eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi;
- dare atto che questa Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni nel caso venga avviata un'iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;
- individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) il dr. Piero Zanutto, Dirigente medico della UOC Radiologia del P.O. di Santorso come da proposta della UOC Radiologia Santorso, vistata favorevolmente dal Direttore Sanitario e approvata dal Direttore Generale con email dl 03.04.2026;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta Devicor Medical srl la fornitura di materiale per l'esecuzione di biopsia vuoto assistita (VAB) sotto guida ecografica con messa a disposizione dell'attrezzatura necessaria per l'importo complessivo di € 55.840,00+IVA per il periodo di 24 mesi, con eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi;
2. di dare atto che la fornitura di cui trattasi avrà durata di 24 mesi, indicativamente dal 01.6.2026 al 30.5.2028, salva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso venga avviata un'iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;
3. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto pari ad € 68.124,80=IVA 22% compresa trova copertura come segue:

Anno	Conto	PGR	Descrizione	impegno di spesa (IVA compresa)
2026	BA0220B01	54	Dispositivi medici- presidi	€ 19.869,73
2027	BA0220B01	54	Dispositivi medici- presidi	€ 34.062,40
2028	BA0220B01	54	Dispositivi medici- presidi	€ 14.192,66

4. di individuare quale Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) la dott.ssa Elisabetta Berno, Responsabile U.O.S. Gestione Gare;
5. di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) il dr. Piero Zanutto, Dirigente medico della UOC Radiologia del P.O. di Santorso;
6. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, i dati sono i seguenti:

CIG: BBA508C12D

Ditta: Devicor Medical Italy

P.IVA: 06991390961

7. di incaricare l'U.O.C. proponente di pubblicare la presente deliberazione sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente tramite il link di collegamento con la BDNCP, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;
8. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.7.2022.

Relazione tecnica.

Oggetto : **INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA CON PREVENTIVO.**

Fornitura di materiale per l'esecuzione di biopsia vuoto assistita (VAB) sotto guida ecografica con messa a disposizione dell'attrezzatura necessaria. Gara AULSS7_2026_00072

ID SINTEL: 215725470

In riferimento all'avviso di mercato in oggetto (n. prot. 0019584/26 del 27/02/2026), hanno presentato le proposte tecniche ed economiche le seguenti Ditte:

Rif.	Descrizione	Q.tà totali per 24 mesi	Importo avviso (iva esclusa)	Ditta	Offerta presentata per 24 mesi (Iva esclusa)
1	Materiale necessario per l'esecuzione di biopsia vuoto assistita (VAB) sotto guida ecografica: - ago per prelievo biotico comprendenti i calibri in un range di 8G e 10 G - contenitore per la raccolta dei campioni; - tubi di raccordo; - sistema di raccolta fluidi; - qualsiasi altro accessorio necessario al corretto funzionamento del sistema. Il materiale deve essere fornito sterile, in confezionamento atto a garantire la sterilità. Tutte le parti che possono entrare in contatto con il paziente devono essere latex free	n.160	€ 49.600,00	Hologic Italia Srl	€ 46.080,00
	Apparecchiature di ultima generazione complete di tutti gli accessori per la realizzazione della biopsia sotto guida ecografica comprensiva di installazione, messa in funzione e collaudo, manutenzione preventiva, ordinaria, straordinaria, aggiornamenti tecnologici in corso di contratto.	n.2		Devicor medical Italy	€ 49.600,00
2	Marcatore tissutale mammario per la localizzazione della cavità di biopsia dopo esecuzione di VAB ecoguidata con clip nichel free, visibile ecograficamente a distanza di almeno 6 mesi, MRI compatibile	n.40	€ 6.480,00	Hologic Italia Srl	€ 3.600,00
				Devicor medical Italy	€ 6.480,00

Il sistema dovrà permettere l'effettuazione di procedure biotiche e sotto guida ecografica.

Carrellato facile da spostare, comandi semplici e facili da individuare con possibilità di effettuare test con ciclo di prova, lavaggio ed aspirazione della cavità biotica con soluzione salina, aspirazione manuale e possibilità di eseguire almeno 12 prelievi tissutali al minuto.

Sistema di infusione farmaci o anestetici nella cavità durante il trattamento attraverso il dispositivo, senza interruzione della procedura.

L'attrezzatura messa a disposizione dovrà essere così composta:

- pedaliera;
- cavo di alimentazione

La scelta viene effettuata sulla base dei seguenti aspetti

- specifiche e caratteristiche tecniche;
- maneggevolezza e semplicità di utilizzo;
- ecogenicità;
- qualità e caratteristiche del prelievo (solo per il riferimento 1);
- economicità della proposta.

Dalle valutazioni eseguite complessivamente risulta migliore l'offerta della ditta Devicor Medical Italy sia per il riferimento 1 che per il riferimento 2.

In particolare si evidenzia quanto segue:

- il manipolo della ditta Devicor appare maggiormente ergonomico e di più semplice montaggio rispetto a quello di Hologic, inoltre nella Devicor il manipolo ha una finestra ad apertura variabile elettronicamente che permette di regolare l'ampiezza della finestra di prelievo in corso di procedura;
- gli aghi della Devicor penetrano più facilmente nella mammella rispetto a quelli di Hologic;
- gli aghi della ditta Devicor hanno un calibro maggiore rispetto a quelli di Hologic (8-10G versus 9G) per cui è possibile la tecnica VAE con asportazione delle lesioni B3 senza ricorrere alla chirurgia (non possibile pertanto con gli aghi di Hologic);
- la finestra di campionamento della ditta Devicor è più ampia di quella di Hologic (25 mm Devicor, 20 mm Hologic), pertanto è possibile l'escissione di lesioni di grandi dimensioni;
- l'apparecchio della Devicor presenta un sistema a doppia aspirazione che impedisce o riduce nettamente la formazione degli ematomi intra-cavitari senza inquinare i frustoli (non presente in Hologic);
- nel sistema Devicor il materiale asportato è automaticamente confezionato e numerato per dare precise indicazioni all'anatomo-patologo sulla lesione, inoltre si impedisce che il campione si inquina o che l'operatore venga in contatto con i liquidi biologici. Tale sistema non è presente nel sistema Hologic.
- le clip usate da entrambe le ditte sono nichel free, peraltro quelle della Devicor essendo rivestite da gel sono di gran lunga meglio apprezzabili ecograficamente anche dopo un lungo periodo di tempo rispetto a Hologic;

Nel complesso l'offerta della ditta Devicor per entrambi i riferimenti risulta maggiormente rispondente alle esigenze clinico-organizzative aziendali consentendo migliori risultati sia per le pazienti che per gli operatori sanitari giustificandone la differenza di prezzo rispetto all'offerta della ditta Hologic.

20/04/2026

F.to Dott.ssa Silvana Bedont
(Dirigente medico UOC Radiologia Bassano)

F.to. Dott. Antonello Mazzeo
(Dirigente medico UOC Radiologia Santorso)
