

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1116 DEL 26/06/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa LAURA ESPOSITO

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI f.f. dott. EMANUELE BARBIERATO

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO
COMPARATIVA, PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER LA TERAPIA A PRESSIONE
NEGATIVA. GARA AULSS7_2026_00068

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 1069/26

Il Dirigente, Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Fabiola Grazian

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 861/2024 sono stati aggiudicati contratti per la fornitura di sistemi per la terapia a pressione negativa per un totale complessivo di € 135.741,30 + IVA, per il periodo di 36 mesi, come segue:
 - Trattamento pressione negativa tradizionale e Trattamento pressione negativa tradizionale per addome aperto alla ditta Waldner Tecnologie Medicali Srl (successivamente Solventum Italy Srl a seguito di cessione del ramo d'azienda della ditta Waldner Tecnologie Medicali Srl alla ditta Solventum Italy Srl come da delibera n. 1816/2025) per un importo complessivo triennale di € 73.101,30 + IVA, per il periodo dal 24.07.2024 al 23.07.2027;
 - Trattamento pressione negativa monouso alla ditta Smith & Nephew Srl per un importo triennale di € 62.640,00 + IVA, per il periodo dal 08.07.2024 al 07.07.2027;
- in vista dell'esaurimento anticipato del contratto per la fornitura di sistemi di trattamento pressione negativa tradizionale con la ditta Solventum Italy Srl, l'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica si è attivato per approfondire le motivazioni interfacciandosi con l'UOC Farmacia;
- l'UOC Farmacia ha comunicato che si è registrato un fabbisogno incrementale rispetto alla stima di gara da attribuirsi ai seguenti elementi:
 - la fornitura è stata estesa al P.O. di Asiago (riabilitazione cardiologica e ortopedia), all'UOC Ortopedia del PO di Bassano e all'UOC Chirurgia del PO di Santorso;
 - si è registrato un incremento dell'attività chirurgica ortopedica con casi complessi di elezione e traumatologia che hanno richiesto l'utilizzo di sistemi a pressione negativa e casi di difficile gestione che hanno richiesto terapie a lungo termine;
 - in alcuni casi la VAC therapy a lungo termine associata a ricostruzione plastica ha consentito il salvataggio di arto in pazienti candidati ad amputazione;
- con email del 19.02.2026 e 09.03.2026 l'U.O.C. Farmacia ha pertanto trasmesso le caratteristiche tecniche ed i relativi fabbisogni per l'avvio della nuova procedura di affidamento della fornitura di sistemi per la terapia a pressione negativa tradizionale;
- attualmente vengono altresì acquistati in economia i dispositivi per il trattamento avanzato delle ferite acute e croniche complesse in ambito ospedaliero associata alla terapia di instillazione di soluzioni direttamente nel sito della ferita per una spesa annuale di € 1.031,70+IVA;
- la procedura di gara in oggetto risulta tra quelle inserite nell'elenco di cui alla delibera n. 176/2026 "Programma degli acquisti di beni e servizi – Triennio 2026/2028" (riga nr. 038).

Considerato che:

- l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.L. n. 36/2023, prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto per importi inferiori ad € 140.000,00;
- l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha pertanto provveduto a pubblicare sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel e sul sito internet aziendale, in data 12.03.2026 (prot. Ulss n. 24229726 e prot. 26590/26 - ID Sintel 216258310), specifico avviso di indagine di mercato comparativa con preventivo per un importo complessivo triennale presunto di € 97.136,40 + IVA, con opzione di rinnovo annuale.

Preso atto che, entro il termine del 26.03.2026 ore 10:00 sono pervenute le proposte tecniche ed

economiche delle seguenti ditte:

Rif. Sub A Sistema portatile per terapia a pressione negativa per trattamento delle ferite acute e croniche complesse per uso ospedaliero e/o domiciliare (importo triennale presunto € 82.661,40+IVA)

Ditta	Data offerta	Importo complessivo offerto
Solventum Italy Srl	25 marzo 2026 ore 15.17.57	€ 81.901,50 + IVA
Smith & Nephew Srl	24 marzo 2026 ore 17.50.39	€ 78.630,00 + IVA
Hospotica Srl	25 marzo 2026 ore 16.23.24	€ 71.520,00 + IVA
Lohmann & Rauscher Srl	25 marzo 2026 ore 15.01.37	€ 57.840,00 + IVA

Rif. Sub B Sistema a pressione negativa per il trattamento di patologie ad addome aperto con visceri esposti (importo triennale presunto € 9.246,60+IVA)

Ditta	Data offerta	Importo complessivo offerto
Solventum Italy Srl	25 marzo 2026 ore 15.17.57	€ 20.494,50 + IVA
Lohmann & Rauscher Srl	25 marzo 2026 ore 15.01.37	€ 9.345,00 + IVA
Smith & Nephew Srl	24 marzo 2026 ore 17.50.39	€ 9.225,00 + IVA
Hospotica Srl	25 marzo 2026 ore 16.23.24	€ 9.120,00 + IVA

Rif. Sub C Sistema a pressione negativa per il trattamento avanzato delle ferite acute e croniche complesse in ambito ospedaliero associata alla terapia di instillazione di soluzioni direttamente nel sito della ferita (importo triennale presunto € 5.228,40+IVA)

Ditta	Data offerta	Importo complessivo offerto
Solventum Italy Srl	25 marzo 2026 ore 15.17.57	€ 6.139,50 + IVA

Preso atto che:

- con email del 14.04.2026 sono stati individuati quali esperti il dr. Piero Baù, Responsabile UOSD Vulnologia P.O. Bassano e il dr. Alex Pontini, Responsabile UOS Chirurgia Plastica e Ricostruttiva Breast Unit P.O. Santorso, come da proposta dell'UOC Farmacia, vistata favorevolmente dal Direttore Sanitario e approvata dal Direttore Generale;
- con successiva email del 15.04.2026 sono state pertanto trasmesse agli esperti sopra citati le proposte tecniche ed economiche delle suddette ditte per la relativa valutazione tecnico-qualitativa;
- con email del 21.05.2026, i medesimi esperti hanno comunicato che le proposte che risultano pienamente rispondenti alle esigenze aziendali sono le seguenti:
 - Rif. Sub A, B: ditta Smith & Nephew Srl;
 - Rif. Sub C: ditta Solventum Italy Srl;

per le motivazioni riportate nella relazione allegata al presente provvedimento (Allegato 1).

Preso atto che l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha provveduto, pertanto, ad attivare le procedure telematiche di affidamento diretto sulla piattaforma Aria/Sintel, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per il periodo di 36 mesi ed eventuale opzione di rinnovo per 12 mesi, come segue:

- Rif. Sub A, B: ditta Smith & Nephew Srl (prot. Ulss n. 47987/26 del 21.05.2026, ID Sintel 219617155), per un importo complessivo triennale di € 87.555,00+IVA (di cui rif. Sub A € 78.630,00 + IVA, rif. Sub B € 9.225,00 + IVA);
- Rif. Sub C: ditta Solventum Italy Srl (prot. Ulss n. 48018/26 del 21.05.2026, ID Sintel 219619117) per un importo triennale di € 6.139,50 + IVA.

Rilevato che entro il termine stabilito del 05.06.2026 - ore 10.00, le sopra citate ditte hanno presentato regolari offerte, come segue:

- Rif. Sub A, B: offerta ID 1780483423168 del 3 giugno 2026, per un importo complessivo triennale di € 87.555,00 + IVA (di cui rif. Sub A € 78.630,00 + IVA, rif. Sub B € 9.225,00 + IVA);
- Rif. Sub C: offerta ID 1780046167220 del 29 maggio 2026, per un importo triennale di € 6.139,50 + IVA.

Verificato che i prezzi offerti risultano allineati o inferiori rispetto ai prezzi storici ed ai prezzi praticati presso l'Ulss 8 Berica, come da indagine di mercato agli atti, e che non sono presenti prezzi di riferimento negli elenchi trasmessi dall'Azienda Zero - UOC CRAV con nota prot. n 504803 del 30.09.2025 (prot. Ulss n. 91154/25 del 30.09.2025), né prezzi di riferimento elaborati dall'Anac.

Dato atto che:

- l'acquisto in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal D.P.C.M. di cui all'art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014 e s.m.i. e relativi indirizzi applicativi, e non risulta attiva alcuna iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 15 c. 7 e 8, nonché di quanto previsto dall'art. 8 dell'All. I.2 e art. 32, c. 2 e 3 dell'All. II.14 del D.Lgs 36/2023 (trattandosi di fornitura che coinvolge unità operative diverse da quella che ha effettuato l'affidamento), come da proposta dell'UOC Farmacia, vistata favorevolmente dal Direttore Sanitario e approvata dal Direttore Generale con email del 14.04.2026, si propongono quali Direttori dell'esecuzione del contratto (DEC) il dr. Piero Baù, Responsabile UOSD Vulnologia PO Bassano e il dr. Alex Pontini, Responsabile UOS Chirurgia Plastica e Ricostruttiva Breast Unit PO Santorso, i quali hanno reso la dichiarazione di assenza di cause d'incompatibilità e conflitto d'interesse al suddetto ruolo;
- la verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 D. Lgs. n. 36/2023 risulta positivamente conclusa;
- si rende necessario individuare quale Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) la dott.ssa Elisabetta Berno, Responsabile U.O.S. Gestione Gare.

Visto il D.Lgs. n. 36/2023, per quanto sopra il Dirigente propone di:

- affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, la fornitura di sistemi per la terapia a pressione negativa per un importo complessivo triennale di € 93.649,50 + IVA, per il periodo di 36 mesi ed eventuale opzione di rinnovo per 12 mesi, come segue:

Rif. Sub A e Rif. Sub B: ditta Smith & Nephew Srl per un importo complessivo triennale di € 87.555,00 + IVA (di cui rif. Sub A € 78.630,00 + IVA, rif. Sub B € 9.225,00 + IVA);

Rif. Sub C: ditta Solventum Italy Srl per un importo triennale di € 6.139,50 + IVA;

- dare atto che questa Azienda si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, con preavviso di almeno 30 giorni nel caso in cui venga avviata un'iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;
- individuare quali Direttori dell'esecuzione del contratto (DEC) il dr. Piero Baù, Responsabile UOSD Vulnologia PO Bassano e il dr. Alex Pontini, Responsabile UOS Chirurgia Plastica e Ricostruttiva Breast Unit PO Santorso.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, la fornitura di sistemi per la terapia a pressione negativa per un importo complessivo triennale di € 93.649,50 + IVA, per il periodo di 36 mesi ed eventuale opzione di rinnovo per 12 mesi, come segue:

Rif. Sub A e Rif. Sub B: ditta Smith & Nephew Srl per un importo complessivo triennale di € 87.555,00 + IVA (di cui rif. Sub A € 78.630,00 + IVA, rif. Sub B € 9.225,00 + IVA);

Rif. Sub C: ditta Solventum Italy Srl per un importo triennale di € 6.139,50 + IVA;

2. di dare atto che la fornitura di cui trattasi avrà durata di 36 mesi, salva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso in cui venga avviata un'iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;
3. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto pari ad € 114.307,29= IVA 22% inclusa, indicativamente dal 01.07.2026 al 30.06.2029, trova copertura come segue:

Anno	Conto	PGR	Descrizione	Impegno di spesa (IVA compresa)
2026	BA0220B01	54	Dispositivi medici	€ 19.028,95
	BA2020000	378	Canoni di noleggio attrezzature sanitarie	€ 22,26
2027	BA0220B01	54	Dispositivi medici	€ 38.057,90
	BA2020000	378	Canoni di noleggio attrezzature sanitarie	€ 44,53
2028	BA0220B01	54	Dispositivi medici	€ 38.057,90
	BA2020000	378	Canoni di noleggio attrezzature sanitarie	€ 44,53
2029	BA0220B01	54	Dispositivi medici	€ 19.028,95
	BA2020000	378	Canoni di noleggio attrezzature sanitarie	€ 22,26

4. di individuare quale Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) la dott.ssa Elisabetta Berno, Responsabile U.O.S. Gestione Gare;
5. di nominare Direttori dell'Esecuzione del Contratto (DEC) il dr. Piero Baù, Responsabile UOSD Vulnologia PO Bassano, ed il dr. Alex Pontini, Responsabile UOS Chirurgia Plastica e Ricostruttiva Breast Unit PO Santorso;
6. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, i dati sono i seguenti:

Rif. Sub A e Rif. Sub B

CIG: BBFB707D0F

Ditta: Smith & Nephew Srl di Sesto San Giovanni (MI) (C.F. 09331210154, P. IVA n. 00953780962)

Rif. Sub C

CIG: BBFCD2D41A

Ditta: Solventum Italy Srl di Pioltello (MI) (C.F./ P.IVA 12933300969);

7. di incaricare l'U.O.C. proponente di pubblicare la presente deliberazione sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente tramite il link di collegamento con la BDNCP, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;
8. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.7.2022.



RELAZIONE DI SCELTA

INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA CON PREVENTIVO. Fornitura di sistemi per la terapia a pressione negativa Gara: AULSS7_2026_00068 ID Sintel: 216258310

1. Caratteristiche di minima (obbligatorie)

Rif. sub A: Sistema portatile per terapia a pressione negativa per trattamento delle ferite acute e croniche complesse per uso ospedaliero e/o domiciliare

Descrizione e caratteristiche tecniche di minima	Unità di misura	Q.tà 12 mesi
A.1 Apparecchiatura portatile per il trattamento avanzato di ferite acute e croniche mediante l'applicazione di una pressione negativa direttamente nel sito della ferita e l'aspirazione dei fluidi dal fondo della ferita. L'apparecchiatura deve esercitare una pressione negativa compresa tra un valore di - 25 e - 200 mm Hg, erogabile in modalità continua e/o intermittente; dovrà prevedere sull'unità motore allarmi visivi e/o acustici facilmente interpretabili, che segnalino almeno ostruzione accidentale del tubo di drenaggio, perdite d'aria, contenitore fluidi pieno, batteria scarica o guasta; L'alimentazione dovrà essere a rete e a batteria. La batteria deve avere una durata di almeno 12 ore e un tempo di ricarica non superiore a 6 ore; L'apparecchiatura dovrà avere una bassa rumorosità, essere leggera e di dimensioni ridotte tali da consentire la deambulazione e le ADL (activity daily living) al paziente trattato, di facile utilizzo, con dati di funzionamento visualizzabili e possibilità di blocco impostazioni automatico al fine di evitare variazioni accidentali o intenzionali delle impostazioni date dal clinico. L'apparecchiatura dovrà essere dotata di un sistema di contenimento degli odori e solidificazione dei fluidi. Disponibilità di idonea "custodia" per consentire il trasporto durante gli spostamenti del paziente e preferibilmente la possibilità di aggancio al letto. Libretto di istruzioni in lingua italiana.	Pz.	18 + eventuali su richiesta
A.2 Idonei contenitori monouso sterili o non sterili con capacità minima di 250 ml e massima di 500 ml per la raccolta dei fluidi, provvisti di filtro antibatterico, in confezione singola. I contenitori devono essere dotati di un sistema di contenimento degli odori e di solidificazione dei fluidi.	Pz.	590
A.3 Kit sterili di medicazione di varie misure in schiuma di poliuretano o similare, garze antimicrobiche o altre tipologie di medicazione, da utilizzare con l'apparecchiatura di cui al rif. A.1 e comprendenti pellicola/e in poliuretano di fissaggio adeguate alle dimensioni del kit e tubo di aspirazione non deformabile che consenta di collegare l'unità motore alla medicazione e che garantisca un flusso unidirezionale costante. Latex free. La connessione tra il drenaggio, a doppio lume, e il contenitore di fluidi, dovrà essere del tipo quick-click o similare per evitare distacchi accidentali Disponibilità di medicazioni nelle misure small, medium, large.	Pz.	SMALL - 230 MEDIU M - 120 LARGE - 20
Devono essere disponibili ed eventualmente quotati singolarmente gli accessori e i singoli componenti dei kit, a titolo esemplificativo: pellicola adesiva, raccordo a Y ecc.		

Rif. Sub B: Sistema a pressione negativa per il trattamento di patologie ad addome aperto con visceri esposti

Descrizione e caratteristiche tecniche di minima	Unità di misura	Q.tà 12 mesi
B.1 Apparecchiatura per la gestione di ferite laparotomiche ad addome aperto con visceri esposti. L'apparecchiatura deve esercitare una pressione negativa compresa tra un valore di almeno - 75 e – 175 mm Hg, erogabile in modalità continua e/o intermittente, dovrà presentare sull'unità motore allarmi visivi e/o acustici facilmente interpretabili, che segnalino almeno ostruzione accidentale del tubo di drenaggio, perdite d'aria, contenitore fluidi pieno, batteria scarica o guasta. L'alimentazione deve essere a rete e a batteria. La batteria deve avere una durata di almeno 4 ore; il sistema deve essere poco ingombrante e con bassa rumorosità. Eventuale possibilità di ancoraggio al letto o alla piantana. Libretto di istruzioni in lingua italiana	Pz.	1 + eventuali su richiesta
B.2 Idonei contenitori monouso sterili o non sterili con capacità minima di 800 ml e massima di 1000 ml per la raccolta dei fluidi, in confezione singola. I contenitori devono essere dotati di un sistema di contenimento degli odori e di solidificazione dei fluidi.	Pz.	35
B.3 Kit sterili di medicazione per addome aperto da utilizzare con l'apparecchiatura di cui al rif. B.1, per uso esclusivo ospedaliero, latex free comprendente medicazione antiaderente per proteggere i visceri in materiale biocompatibile, medicazione in schiuma di poliuretano in grado di garantire la massima efficienza nell'aspirazione dei liquidi, disponibili nelle misure e forme che facilitano il posizionamento in sala operatoria; tubo di aspirazione non deformabile che consenta di collegare l'unità motore alla medicazione e che garantisca un flusso unidirezionale costante e pellicole in poliuretano di dimensioni e quantità adeguate.	Pz.	15
Devono essere disponibili ed eventualmente quotati singolarmente gli accessori e i singoli componenti dei kit, a titolo esemplificativo: pellicola adesiva, raccordo a Y ecc.		

Rif. Sub C: Sistema a pressione negativa per il trattamento avanzato delle ferite acute e croniche complesse in ambito ospedaliero associata alla terapia di instillazione di soluzioni direttamente nel sito della ferita

Descrizione e caratteristiche tecniche di minima	Unità di misura	Q.tà 12 mesi
C.1 Apparecchiatura per il trattamento avanzato di ferite acute e croniche mediante l'applicazione di una pressione negativa associata alla terapia di instillazione di soluzioni direttamente nel sito della ferita e l'aspirazione dei fluidi dal fondo della ferita. L'apparecchiatura deve esercitare una pressione negativa compresa tra un valore di almeno - 75 e – 175 mm Hg circa, erogabile in modalità continua e/o intermittente. Dovrà presentare sull'unità motore allarmi facilmente interpretabili, che segnalino almeno la presenza di ostruzione e/o perdite d'aria.	Pz.	1

L'alimentazione dovrà essere a rete e a batteria. La batteria deve avere una durata minima di almeno 4 ore; il sistema deve essere poco ingombrante e con bassa rumorosità Eventuale possibilità di aggancio al letto del paziente Libretto di istruzioni in lingua italiana		
C.2 Kit sterili di medicazione da utilizzare con l'apparecchiatura di cui al rif. C.1 comprendente medicazione in schiuma di poliuretano di dimensioni varie in grado di garantire la massima efficienza nell'aspirazione dei liquidi, tubo di aspirazione non deformabile che consenta di collegare l'unità motore alla medicazione e che garantisca un flusso unidirezionale costante; pellicola/e in poliuretano di dimensioni e quantità adeguate.	Pz.	10
C.3 Idonei contenitori monouso sterili o non sterili con capacità minima di 800 ml e massima di 1000 ml per la raccolta dei fluidi, in confezione singola. I contenitori devono essere dotati di un sistema di contenimento degli odori e di solidificazione dei fluidi.	Pz.	20
C.4 Set di lavaggio per instillazione della ferita (cassette), confezione singola.	Pz.	5
Devono essere disponibili ed eventualmente quotati singolarmente gli accessori e i singoli componenti dei kit, a titolo esemplificativo: pellicola adesiva, set di tubi, tubo singolo ecc.		

2. Importo dell'affidamento - durata/termine di esecuzione

L'importo totale presunto per il periodo di **36 mesi** è pari ad **€ 97.136,40** (IVA esclusa) così suddiviso:

Riferimento Sub A: € 82.661,40 + IVA

Riferimento Sub B: € 9.246,60 + IVA

Riferimento Sub C: € 5.228,40 + IVA

Opzioni: rinnovo 12 mesi € 32.378,80 + IVA così suddiviso:

Riferimento Sub A: € 27.553,80 + IVA

Riferimento Sub B: € 3.082,20 + IVA

Riferimento Sub C: € 1.742,80 + IVA

3. Criterio di affidamento

Trattasi di affidamento di importo inferiore ad € 140.000,00=, e pertanto si applica dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, che prevede l'affidamento diretto.

L'affidamento diretto avverrà per ciascun riferimento mediante invito a presentare offerta sulla piattaforma telematica Sintel di ARIA S.p.A alle ditte che risulteranno aver presentato il preventivo più vantaggioso per l'Azienda.

In particolare saranno valutati i seguenti aspetti per tutti i riferimenti, elencati in ordine decrescente di importanza:

- **Apparecchiatura:**

Saranno valutate le caratteristiche come la semplicità d'uso, la tipologia e facilità della gestione degli allarmi, la durata e il tempo di ricarica della batteria, il peso del dispositivo, l'ergonomia e la maneggevolezza, la rumorosità, la protezione da accidentale alterazione del settaggio, la leggibilità e intuitività del display e tutte le caratteristiche migliorative ritenute utili per l'utilizzo.

Saranno valutate le modalità di sanificazione dell'apparecchiatura e la possibilità di utilizzare la stessa apparecchiatura per più tipologie di terapia a pressione negativa.

- **Medicazioni:**

Sarà valutata la tipologia e la gamma di medicazioni disponibili, le caratteristiche tecniche (capacità di assorbimento, traspirabilità, tenuta posizionamento, flessibilità, maneggevolezza, praticità d'uso, facilità di applicazione, facilità di taglio, adattabilità al letto della ferita...)

Saranno valutate le caratteristiche del drenaggio con particolare riferimento alla capacità antistrozzamento, antiostruzione e antidecubito.

Sarà valutato il confezionamento e tutte le caratteristiche migliorative ritenute utili per l'utilizzo.

- **Canister:**

Sarà valutata la qualità e la resistenza del materiale, la facilità di aggancio e sgancio dello stesso, la capacità di gestire gli odori, la capacità di mascherare l'essudato, la presenza di filtri integrati al carbone ed altri filtri antibatterici/antipolvere, la tipologia di sensori utilizzati per rilevare canister pieno.

Saranno valutate inoltre tutte le caratteristiche migliorative ritenute utili per l'utilizzo.

- **Servizi aggiuntivi:**

Assistenza tecnica (organizzazione del servizio compresa consegna, tempi di risposta massima per intervento tecnico, tempi e modalità di risoluzione guasto, modalità e tempi di formazione del personale).

- **Economicità della proposta.**

4. Offerte pervenute

A seguito di avviso indagine di mercato prot. n. 24229 del 12.03.2026 e successiva modifica prot. 26590 del 19.03.2026, pubblicato sulla piattaforma telematica Sintel ID 216258310, hanno manifestato interesse alla procedura in oggetto le seguenti ditte:

Riferimento Sub A: Sistema portatile per terapia a pressione negativa per trattamento delle ferite acute e croniche complesse per uso ospedaliero e/o domiciliare

<i>Ditta</i>	<i>Importo triennale offerto</i>
Lohman & Rauscher	€ 57.840,00
Hospotica Srl	€ 71.520,00
Smith & Nephew	€ 78.630,00
Solventum	€ 81.901,50

Riferimento Sub B: Sistema a pressione negativa per il trattamento di patologie ad addome aperto con visceri esposti

<i>Ditta</i>	<i>Importo triennale offerto</i>
Hospotica Srl	€ 9.120,00
Smith & Nephew	€ 9.225,00
Lohman & Rauscher	€ 9.345,00
Solventum	€ 20.494,50

Riferimento Sub C: Sistema a pressione negativa per il trattamento avanzato delle ferite acute e croniche complesse in ambito ospedaliero associata alla terapia di instillazione di soluzioni direttamente nel sito della ferita

<i>Ditta</i>	<i>Importo triennale offerto</i>
Solventum	€ 6.139,50

5. Valutazione delle offerte

Gli esperti valutatori hanno richiesto di effettuare la prova visione/ demo dei sistemi offerti, come previsto dall'avviso di indagine di mercato, pertanto le ditte che hanno presentato regolare offerta sono state invitate all'effettuazione di una simulazione d'uso dei sistemi offerti.

Le prove visione si sono svolte regolarmente e sono così sintetizzate:

<i>Ditta</i>	<i>Riferimento Sub</i>	<i>Presidio Ospedaliero</i>	<i>Data</i>
Lohman & Rauscher	A, B	Bassano	06.05.2026
Hospotica	A, B		
Solventum	A, C		
Smith & Nephew	A, B		

A seguito della valutazione delle offerte pervenute (documentazione ricevuta e prova/visione), emerge quanto segue:

Riferimento Sub A: Sistema portatile per terapia a pressione negativa per trattamento delle ferite acute e croniche complesse per uso ospedaliero e/o domiciliare

Aspetto	Lohman & Rauscher	Hospotica Srl	Smith & Nephew	Solventum
Apparecchiatura	Funzionalità di base, l'utilizzo del canister di dimensioni maggiori riduce il comfort per il paziente (scarsa ergonomia)	La proposta risulta insufficiente: assenza di allarme in caso di sistema occluso, tempi di allarme lunghi, il sistema assolve a funzioni basiche	Display intuitivo con video tutorial che facilitano l'utilizzo	Appropriata semplicità di utilizzo
Medicazioni	Gamma medicazioni completa e rispondente alle caratteristiche di minima richieste	Gamma medicazioni completa e rispondente alle caratteristiche di minima richieste	Gamma medicazioni completa e rispondente alle caratteristiche di minima richieste	Gamma medicazioni completa e rispondente alle caratteristiche di minima richieste
Canister	La proposta risulta insufficiente: canister troppo ingombrante e poco ergonomico	La proposta risulta insufficiente: contenitore canister ingombrante, tubo canister voluminoso rende l'intero dispositivo con scarsa portabilità	Sistema contenimento fluidi adeguato, canister a scomparsa, dimensione 300 ml e 800 ml (opzionale), dispone di 3 filtri	Sistema contenimento fluidi adeguato
Servizi aggiuntivi	Soluzione completa	Non indicati tempi di intervento	Soluzione completa	Soluzione completa
Economicità della proposta	€ 57.840,00	€ 71.520,00	€ 78.630,00	€ 81.901,50

Riferimento Sub B: Sistema a pressione negativa per il trattamento di patologie ad addome aperto con visceri esposti

Aspetto	Hospotica	Smith & Nephew	Lohman & Rauscher	Solventum
Apparecchiatura	La proposta risulta insufficiente: assenza di allarme in caso di sistema occluso, tempi di allarme lunghi, il sistema assolve a funzioni basiche	Display intuitivo con video tutorial che facilitano l'utilizzo, stesso dispositivo del Rif. Sub A	<i>Proposta superiore all'importo presunto triennale</i>	<i>Proposta superiore all'importo presunto triennale</i>
Medicazioni	Gamma medicazioni completa e rispondente alle caratteristiche di minima richieste	Gamma medicazioni completa e rispondente alle caratteristiche di minima richieste		
Canister	La proposta risulta insufficiente: contenitore canister ingombrante, tubo canister voluminoso rende l'intero dispositivo con scarsa portabilità	Sistema contenimento fluidi adeguato, canister a scomparsa, dimensione 300 ml e 800 ml (opzionale), dispone di 3 filtri		
Servizi aggiuntivi	Non indicati tempi di intervento	Soluzione completa		
Economicità della proposta	€ 9.120,00	€ 9.225,00		

Riferimento Sub C: Sistema a pressione negativa per il trattamento avanzato delle ferite acute e croniche complesse in ambito ospedaliero associata alla terapia di instillazione di soluzioni direttamente nel sito della ferita

Si precisa che per il Riferimento Sub C è pervenuta un'unica proposta dalla ditta Solventum e che la stessa ha un importo complessivo triennale superiore rispetto all'importo presunto posto nell'indagine di mercato. Dal momento che trattasi dell'unica offerta pervenuta, gli esperti ritengono opportuno valutarla e chiedono all'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica di richiedere miglioria alla ditta.

Aspetto	Solventum
Apparecchiatura	Appropriata semplicità di utilizzo e sistema pressione adeguato
Medicazioni	Gamma medicazioni

	completa e rispondente alle caratteristiche di minima richieste
Canister	Sistema contenimento fluidi adeguato
Servizi aggiuntivi	Soluzione completa
Economicità della proposta	€ 6.139,50

Con nota prot. n. 45115 del 13.05.2026 l'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha inviato specifica richiesta di miglioria alla ditta Solventum relativamente al Rif. Sub C.

La ditta con comunicazione Sintel ID 219505945 del 18.05.2026 ha formulato un'ulteriore offerta nella quale il totale complessivo triennale della fornitura risulta invariato rispetto all'offerta ID Sintel 1774448277284 del 25.03.2026 ma ha proposto una differenziazione di prezzo tra le medicazioni di misure small, medium e large, consentendo così un risparmio in corso di contratto, sulla base dell'utilizzo preponderante di medicazioni di misura small e medium (riduzione di circa il 10% della spesa nel triennio).

Sulla base delle valutazioni tecniche sopra esposte e dell'economicità delle offerte, risultano rispondenti in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti nell'avviso di indagine di mercato e sono pienamente rispondenti alle esigenze aziendali le proposte delle ditte come di seguito dettagliate:

- Riferimento sub A - Sistema portatile per terapia a pressione negativa per trattamento delle ferite acute e croniche complesse per uso ospedaliero e/o domiciliare:
ditta Smith & Nephew: il sistema presenta delle peculiarità qualitative notevolmente superiori quali l'intuitività del dispositivo (con presenza di video tutorial) ed il comfort di portabilità per il paziente che giustificano ampiamente la differenza di prezzo rispetto alle proposte presentate dalle ditte Lohmann e Rauscher ed Hospotica, che peraltro hanno sistema valutato insufficiente;
- Riferimento sub B - Sistema a pressione negativa per il trattamento di patologie ad addome aperto con visceri esposti:
ditta Smith & Nephew: il sistema presenta delle peculiarità qualitative quali il display intuitivo (con presenza di video tutorial) ed il sistema contenimento fluidi a scomparsa che giustificano ampiamente la differenza di prezzo rispetto alla proposta presentata dalla ditta Hospotica, che peraltro ha apparecchiatura e canister valutati insufficienti;
- Riferimento sub C - Sistema a pressione negativa per il trattamento avanzato delle ferite acute e croniche complesse in ambito ospedaliero associata alla terapia di instillazione di soluzioni direttamente nel sito della ferita:
ditta Solventum: il sistema proposto risulta idoneo.

F.to

Dr. Pierò Baù (Responsabile UOSD Vulnologia PO Bassano)

Dr. Alex Pontini (Responsabile UOS Chirurgia Plastica e Ricostruttiva Breast Unit PO Santorso)

Bassano, li 19.05.2026