

Relazione consuntiva Eventi Avversi/Eventi Evitati Anno 2018

TIPOLOGIA DI EVENTI AVVERSI/EVENTI EVITATI	AMBITI DI INTERVENTO	MONITORAGGIO
Aggressione operatore	Prevedere la presenza di vigilantes h24 negli ospedali	Potenziato servizio di sorveglianza.
	Riproporre la formazione per la prevenzione dei comportamenti aggressivi anche nel Piano Formativo 2019	Riproposta la formazione sulla gestione dell'aggressività per il 2019
	Offrire un percorso cognitivo comportamentale agli operatori che hanno subito aggressione	Disponibilità del servizio psicologia clinica ospedaliera
Caduta	Coinvolgimento dei pazienti e familiari con brochure informative	Consegnate brochure all'accettazione
	Valutazione impatto procedura aziendale per la prevenzione delle cadute	Incontri eseguiti
	Monitoraggio applicazione procedura dipartimento medico	Eseguito Monitoraggio
	Monitoraggio trimestrale a campione delle cartelle cliniche relativamente all'applicazione della procedura	Eseguito Monitoraggio
	Utilizzare modalità SBAR	Eseguito Monitoraggio
Prescrizione e somministrazione farmaco	Revisione procedura Gestione in sicurezza delle preparazioni a base di potassio cloruro concentrato e altre soluzioni saline concentrate	Revisionate procedure
	Revisione della procedura per la prevenzione della morte coma o grave danno derivanti da errori in terapia farmacologica: Procedura aziendale per la gestione clinica dei farmaci	
	Revisione della procedura per la Gestione dei farmaci ad alto livello di attenzione	
	Revisione della procedura per la Gestione medicinali stupefacenti	
	Revisione della procedura per la Corretta gestione dei farmaci look-alike/sound-alike	Revisionate procedure
	Revisione procedure farmaci antiblastici: Allestimento antiblastici, gestione e spandimento accidentale, trasporto intraaziendale, somministrazione, prevenzione e trattamento degli stravasi	
	Segnalazione di sospetta reazione avversa a farmaco	
	Gestione della vigilanza su dispositivi medici, dispositivi medici impiantabili, dispositivi medici impiantabili attivi e dispositivi medici diagnostici in vitro	
	Corso la gestione del rischio clinico/Corso gestione pompe infusionali	

Relazione consuntiva Eventi Avversi/Eventi Evitati Anno 2018

TIPOLOGIA DI EVENTI AVVERSI/EVENTI EVITATI	AMBITI DI INTERVENTO	MONITORAGGIO
Prestazione assistenziale	Revisionare le modalità di affido del paziente in caso di ricovero da pronto soccorso alle unità operative	Processo rivisto
	Revisione procedura per la gestione della check list di sala operatoria	Procedure revisionate
	Revisione della procedura per la ritenzione delle garze, strumenti e altro materiale nel sito chirurgico	
	Rinforzo formativo con simulazione delle modalità di isolamento	Svolte simulazioni
	Modifica della modalità di prescrizione di calcio cloruro nella scheda infermieristica	Scheda aggiornata
	Modifica della modalità di prescrizione di eparina nella scheda dedicata	Scheda aggiornata
Inesattezza di dati paziente/lato/sede	Revisione della procedura per la sicurezza in sala operatoria	Revisionata procedura
	Rinforzo informativo da parte del coordinatore sulla corretta identificazione del paziente da parte degli operatori della radiologia	Eseguito momento informativo
	Automatizzazione del processo di raccolta prelievi pazienti	Attività programmata per il 2019
Malfunzionamento o malposizionamento di dispositivo/apparecchio	Eventuali modifiche o guasti di un apparecchio medico usato da più unità operative ma in carico ad una sola, devono essere comunicate a tutte non al solo detentore	Modalità operativa implementata
Ritardo/inadeguata procedura chirurgica	La verifica documentale deve essere fatta anche considerando il consenso informato e la procedura descritta in lista operatoria	Modalità operativa implementata
Ritardo/inadeguata procedura terapeutica	Verifica della cartella informatizzata da parte del servizio risorse informatiche	Analisi effettuata
	Revisione della procedura per la prevenzione della morte coma o grave danno derivanti da errori in terapia farmacologica, con previsione doppio check	Revisionata procedura